ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-ԱՆԱԼԻՏԻԿ/ՍՊԵԿՏՐ-2024/14 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Agilent MP-AES 4210 microwave plasma atomic emission spectrometer	G8007AA	G8007AA	Agilent Technologies	Ատոմային էմիսիոն սպեկտրաչափ Հավաքածուն ներառում է սպեկտրաչափ; այրված օդի հեռցման համակարգ, ծրագրային ապահովում; գազի գեներատոր; ներկառուցված արգոն, համակարգիչ, մոնիթոր, տպիչ, օդի կոմպրեսոր, ավտոմատացված նմուշարկիչ, ստանդարտների հավաքածու; տեղադրում և անձնակազմի ուսուցում՝: Տեխնիկական պարամետրերն են՝ Դետեկտոր՝ ՈւՄ զգոն CCD տիպի; հերմետիկ; առանց օդափոխման; չի պահանջում արտաքին լամպեր

						նմուշի և ենթաֆոնի չափման համար: Օպտիկական համակարգ՝ արագ սկանավորմամբ; բարձր ճշտությամբ: Մոնոքրոմատոր՝ Չզեռնի-Տերնյե; 600մմ կիզակետային երկարությամբ: Հոլոգրաֆիկ դիֆրակցիոն վանդակաշար՝ 24000 գիծ/ մմ; 250նմ-ում բռնկմամբ: Չափման տիրույթը՝ շարունակական չափումներ 178 – 780 նմ տիրույթում: Լուսահարում՝ հնարավորություն է տալիս չափումները կատարելու բարձր խանգարող ֆոնի առկայության ժամանակ: Սառեցման հնարավորություն՝ արագ սառեցման հնարավորությամբ մինչև 0° C թերմոէլեկտրիկ Պելտյե սարքով: Դետեկցիայի սահմանները՝ 3 սիգմա դետեկտման սահմանափակումով (մգ/լ) Mn 257.610 նմ-ում –5.00 ppb Ba 614.171 նմ-ում –1.5 ppb: Ազդանշանի կայունությունը՝ 3% RSD - 2 ժամ, առանց որևէ շեղման: Ճշտությունը՝ - 0.032 նմ ամբողջ տիրույթում չափման ժամանակ: Օպտիկական կայունություն՝ չի պահանջում սնդիկի կամ նեոնի լամպերով պարբերաբար

					տրամաչափարկում: Ատոմիզացիայի աղբյուրը՝ Աշխատանքային հաճախականությունը՝ 2450 MHz Կառավարում՝ համակարգչային: Օդի սառեցում՝ ավտոմատացված: Միացում/ անջատում՝ համակարգչային կառավարմամբ և լիովին ավտոմատացված: Գազերի օգտագործումը՝ չի օգտագործում հելիում, ացետիլեն կամ ազոտի օքսիդ: Պլազմայի գազ- պլազմայի համար օգտագործվում է ազոտ: Ազոտի օգտագործման պայմանները՝ հոսքը՝ - 115 լ/րոպե: Ճնշումը՝ - 620 կՊա (90 psi): Մաքրությունը՝ - 99.5 % Ազոտի գեներատոր՝ անհրաժեշտ է: Ցողացիր գազի հոսքը՝ 0.3 – 1.0 լ/րոպե: Օդի աղբյուր՝ սեղմված օդի արտաքին աղբյուր, ապահովի մաքուր, չոր, փոշուց և յուղից զերծ; հոսքը՝ 238 լ/րոպե; ճնշումը՝ 500 կՊա (72.5 psi): Նմուշի ներարկումը՝ պետք է ունենա 5 տարբեր մուտքերի հնարավորություն: Պոմպ՝ պերիստալտիկ, արագությունները կարգավորմամբ, համակարգչով կարգավորվող հինգ ալիքանի: Պլազմայի կոնֆիգուրացիա՝ ուղղահայաց պլազմայի

						առկայություն առանցքային դիտարկմամբ: Սարքի անվտանգության համակարգ՝ անհրաժեշտ է պլազմայի միացման սեղմակ, նմուշի սրվակի բռնիչ, գազերի աղբյուրների ճնշման դիտարկում, ջերմաստիճանի կարգավորում: Ծրագրային ապահովում՝ սարքի աշխատանքի անվտանգ, արագ, ճշգրիտ և հեշտ ապահովում: Ավտոմատացված նմուշարկչի տեխբնութագիրը՝ Նմուշների սրվակների քանակ՝ 250-768 Նմուշների արկղների քանակ՝ 4 Ստանդարնտների արկղների քանակ՝ 1 Սրվակների բարձրություն 150մմ Չափսեր(LxԽxԲ)՝ 600x320x510 մմ Քաշ՝ 15 կգ. Նմուշարման թևը աշխատում է X, Z, Thetta հարթություններում Նմուշից նմուշ անկյունային անցում՝ 3վ-ից քիչ Պերիլստալտիկ պոմպի առկայություն X(մմ/վրկ)՝ 14.5-1016 Z(մմ/վրկ)՝ 8,6-518 Thetta(աստիճան/վրկ)՝ 9-540 Լվացակայանի հոսքի արագություն՝ ծրագրավորվող, -50մլ/րոպե՝ կախված խողովակի տրամագծից;

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԷԱՁ-ԱՊՁԲ-ԱՆԱԼԻՏԻԿ/ՍՊԵԿՏՐ-2024/14 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					Կապը սարքի հետ՝ USB 2.0(Full speed), virtual COM-port with Plug and Play compatibility, AUX interface: RS-485 Էլ. հոսանք՝ 100-240 VAC, 47-63 Hz, 1.5 A Ներկառուցված ախտորոշում՝ 4 LED շարքով լույսային ազդանշաններ, սարքի աշխատանքային կամ վթարային վիճակները Ավտոմատացված նմուշարկչի փաթեթը ներառում է՝ SPS-4 Պաշտպանիչ ապակի Նմուշների մեծ և փոքր սրվակներ Փոքր և մեծ սրվակների համար արկղեր Հավաքածուն ներառում է՝ 1. Ատոմային էմիսիոն սպեկտրաչափ- 1 հատ 2. Համակարգիչ, մոնիթոր, տպիչ -1-ական հատ 3. Ծրագրային ապահովում և լիցենզիա- 1 հատ 4. Հինգ ալիքանի պերիստալտիկ պոմպ -1 հատ 5. Ազոտի գեներատոր իր ֆիլտրերի հավաքածուով -1 հատ 6. Ազոտի գծի խոնավեցուցիչ -1 հատ 7. Արգոնի ներկառուցված բալոն պլազմայի միացման համար- 1 հատ 8. Ներկառուցված արգոնի բալոնի միացման հավաքածու -1 հավաքածու 9. Սեղմված օդի կոմպրեսոր ապահովելու

					238L/ռոպեում հոսք իր չորացուցիչնեչով - 1 հատ 10. Օդահեռացման համակարգ պարունակում է 10.1 էլեկտրական շարժիչ – 1 հատ 10.2 օդատարի մուտք – 1 հատ 10.3 միջանկյալ միացում – 2 հատ 10.4 150մմ տրամագծով 1 մ երկարությամբ ալյիմինե ճկուն խողովակ – 3 հատ 10.5 խողովակի սեղմիչ -6 հատ 11. Տրամաչափարկման բազմաէլեմենտ լուծույթ- 500 մլ – 1 հատ 12. Տրամաչափարկման բլանկ լուծույթ-500 մլ – 1 հատ 13. Ավտոմատացված նմուշարկիչ-– 1 հատ 150 լիտր ազոտական թթու 69%, նախատեսված ձեռքբերվող սարքի շահագործման համար։ Մատակարարը կկատարի գործունեության հիմնական ստուգումները և փորձարկումը իրենց տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանության և թերությունների բացակայության, ինչպես նաև անհրաժեշտ գործիքների առկայության վերաբերյալ: Ստուգումները և փորձարկումը կիրականացվի մատակարարի կողմից Գնորդի կամ

					նրա լիազոր ներկայացուցչի ներկայությամբ: Բոլոր էլեկտրական սարքավորումները աշխատում են 220V/50Hz ± 10% հոսանքով և ունեն եվրոպական տեսակի վարդակներ: Կներկայացվի արտադրողի հավաստումը մատակարարի լիազորության վերաբերյալ (Manufacturer authorization): Մատակարարը ունի սերտիֆիկացված մասնագետ առկա ՀՀ տարածքում: Տեղադրում և ուսուցում ՀՀ-ում գրանցված արտադրողի կողմից հավատարմագրված մասնագետի կողմից: Մատակարարը կներկայացնի սարքի տեղադրումից հետո առնվազն մեկ տարվա երաշխիք, իսկ հետագայում համապատասխան պայմանագիր կնքելու դեպքում նաև հետերաշխիքային սպասարկում: