

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարզ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/79 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Meril / Meril Life Sciences Pvt.Ltd	Mozec PTA	Կաթետր բալոն պերիֆերիկ, OTW տիպի, համատեղելի 0.014" և 0.035" ուղղորդիչների հետ, շավթի երկարությունը 80, 135 և 150սմ ըստ համապատասխան ուղղորդիչների համատեղելիության՝ 0,014"/0,035" ուղղորդիչների հետ, հիդրոֆիլ ծածկույթով, առնվազն երկու ռենտգենոկոնտրաստային մարկերի առկայություն, համատեղելիություն 4-7Ֆր ինտրադյուսերի հետ ըստ համապատասխան ուղղորդիչի: Բալոնի նյութը՝ PEBA, չափսերը՝ -1,5մմ տրամագծի համար երկարությունները՝ առնվազն 3 չափ, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 40մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 80մմ: -2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 և 5,0մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 7 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 40մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 250մմ: -6,0; 7,0 և 8,0մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 8 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 20մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 150մմ: -9,0; 10,0; 12,0 և 14,0մմ տրամագծերի համար

		<p>Երկարությունները՝ առնվազն 6 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 20մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 80մմ: Վաճառողը պարտավոր է սեփական միջոցների հաշվին իրականացնել հետևյալ գործառույթները. Յուրաքանչյուր խոտանված ապրանքի դեպքում Պատվիրատուից տրամադրված տեղեկությունը փոխանցել Արտադրողին, ստանալ այդ դեպքի համար արտադրողի բացատրությունը և ներկայացնել Գնորդին: Ընդ որում Գնորդը իրավունք ունի ստուգել ներկայացված տեղեկության իսկությունը հենց արտադրողի հետ: Արտադրական խոտանի դեպքում ապրանքը փոխարինել նորով: Արտադրողի կողմից ապրանքի որևէ խմբաքանակի (Գնորդին մատակարարած) հետ կանչի դեպքում այդ տեղեկությունը Գնորդին փոխանցել և հետ կանչված ապրանքները փոխարինել նորով: Ապրանքի փոխարինումը պետք է իրականացվի երկու ամսվա ընթացքում:</p>
--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЛՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/79 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	марка	технические характеристики
5	Meril / Meril Life Sciences Pvt.Ltd	Mozec PTA	<p>Կաթետր բալոն պերիֆերիկ, OTW տիպի, համատեղելի 0.014" և 0.035" ուղղորդիչների հետ, շավթի երկարությունը 80, 135 և 150սմ ըստ համապատասխան ուղղորդիչների համատեղելիության՝ 0,014"/0,035" ուղղորդիչների հետ, հիդրոֆիլ ծածկույթով, առնվազն երկու ռենտգենոկոնտրաստային մարկերի առկայություն, համատեղելիություն 4-7ֆր ինտրադյուսերի հետ ըստ համապատասխան ուղղորդիչի: Բալոնի նյութը՝ PEBA, չափսերը՝ -1,5մմ տրամագծի համար երկարությունները՝ առնվազն 3 չափ, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 40մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 80մմ: -2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 և 5,0մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 7 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 40մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 250մմ: -6,0; 7,0 և 8,0մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 8 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 20մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 150մմ: -9,0; 10,0; 12,0 և 14,0մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 6 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ</p>

			<p>որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 20մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 80մմ: Վաճառողը պարտավոր է սեփական միջոցների հաշվին իրականացնել հետևյալ գործառույթները. Յուրաքանչյուր խոտանված ապրանքի դեպքում Պատվիրատուից տրամադրված տեղեկությունը փոխանցել Արտադրողին, ստանալ այդ դեպքի համար արտադրողի բացատրությունը և ներկայացնել Գնորդին: Ընդ որում Գնորդը իրավունք ունի ստուգել ներկայացված տեղեկության իսկությունը հենց արտադրողի հետ: Արտադրական խոտանի դեպքում ապրանքը փոխարինել նորով: Արտադրողի կողմից ապրանքի որևէ խմբաքանակի (Գնորդին մատակարարած) հետ կանչի դեպքում այդ տեղեկությունը Գնորդին փոխանցել և հետ կանչված ապրանքները փոխարինել նորով: Ապրանքի փոխարինումը պետք է իրականացվի երկու ամսվա ընթացքում:</p>
--	--	--	---