

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեկտա ՍՊԸ-ն ՎՕԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/11 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
31	Urea	Urea	Urea	Mindray	Միզանյութի որոշման թեստ- հավաքածուն նախատեսված BS շարքի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար: Ֆորմատը՝ 270 թեստ: Փաթեթավորումը՝ BS շարքի վերլուծիչների համար նախատեսված տարայով: Ստուգող նմուշը՝ արյան շիճուկ/պլազմա: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C: Հավաքածուն ներառում է օգտագործողի ուղեցույց: Ֆիրմային նշանի առկայություն: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: Մատակարարման պահին պիտանիության ժամկետի

					2/3-ի առկայություն: Ավտոմատ անալիզատորի համար Mindray BS-120
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧОԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/11 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
31	Urea	Urea	Urea	Mindray	Միզանյութի որոշման թեստ-հավաքածուն նախատեսված BS շարքի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար: Ֆորմատը՝ 270 թեստ: Փաթեթավորումը՝ BS շարքի վերլուծիչների համար նախատեսված տարայով: Ստուգող նմուշը՝ արյան շիճուկ/պլազմա: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C: Հավաքածուն ներառում է օգտագործողի ուղեցույց: Ֆիրմային նշանի առկայություն: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: Մատակարարման պահին պիտանիության ժամկետի

					2/3-ի առկայություն: Ավտոմատ անալիզատորի համար Mindray BS-120
--	--	--	--	--	--