

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/88 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Terumo	Ryurei	.	Terumo	Դիլատացիոն կաթետեր` ընդլայնվող գնդանոթով (բալոն ընդլայնվող գնդանոթով): Կաթետերի երկարությունը` ` 145սմ: Բալոնը եռաթև թույլ է տալիս ճնշման արագ բարձրացումը բալոնի մեջ: Մուտքի ծայրի տրամագիծը 0.41 մմ` 1.0 - 1.5 , 0.43մմ` 2.0-4.0 մմ-ի բալոնի դեպքում : Ծածկույթը հիդրոֆիլիկ: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից կաթետերի պահանջվող չափերն են ըստ տրամագծի ` 1.0 1.25մմ;1.5մմ; 2.0մմ; 2.25մմ; 2.5մմ; 2.75մմ; 3.0մմ;

				<p>3.25մմ , 3.5մմ; 3.75մմ 4.0մմ, նոմինալ ճնշումը ` 608ԿՊա, մաքսիմալ ճնշումը` 1.0-ից 3.0 մմ տրամագծերի դեպքում` ` 1419ԿՊա, 3.25մմ-ից 4.0մմ տրամագծի դեպքում` ` 1216ԿՊա: Կախված անոթի վնասված մասի չափից կաթետերի պահանջվող չափերն են ըստ երկարության` 5մմ 10մմ; 15մմ; 20մմ; 30մմ; 40մմ: Ֆորմատ` հատ: Նոր Է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Նոր Է , գործարանային փաթեթավորմամբ , որը ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները : Որակի վկայականների առկայություն ` CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամFDA կամ համարժեք</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧРЧ-ЕЦДЦПЗР-24/88 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	Terumo	Ryurei	.	Terumo	Дилатационный катетер с расширяющейся пушкой (баллон с расширяющейся пушкой). Длина катетера - 145 см. Баллон трехконечный, что позволяет быстро повысить давление в баллоне. Входной диаметр 0,41 мм для баллонов 1.0 - 1.5 мм и 0,43 мм для баллонов 2.0-4.0 других размеров. Покрытие - гидрофильное. В зависимости от анатомических особенностей оперируемого сосуда, необходимые размеры катетеров по диаметру составляют 1.0мм ,1.25мм;1.5мм;

				<p>2.0мм; 2.25мм; 2.5мм; 2.75мм; 3.0мм;3.25 мм, 3.5мм;3.75 мм, 4.0мм, номинальное давление 608 кПа, максимальное давление при диаметре от 1,0 до 3,0 мм - 1419кПа, при диаметре от 3,25 мм до 4,0 мм - 1216 кПа. В зависимости от размера поврежденной части сосуда требуемые размеры катетеров по длине 5 мм ,10 мм; 15 мм; 20 мм; 30 мм; 40 мм. Формат: шт. CE MARK сертификат качества требуется для любой поставленной партии. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке.</p>
--	--	--	--	--