

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեզսերվիս ՍՊԸ-ն ԹԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/02 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
83	Մետաղական կատետեր, որը տեղադրված է տերմոպլաստիկ PVC խողովակի մեջ, պետք է ունենա ռենտգեն պոզիտիվ երկայնակի երիզ և սմ-ային սանդղակ, ներքին ծածկույթը պետք լինի պոլիուրետանից: Երկարությունը 400մմ, չափսը 28CH/FR: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ДЕЗСЕРВИС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 044-ЕЦДЦП2Р-25/02 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
83	Металлический катетер, который вставляется в термопаста ПВХ трубки в, должны иметь рентген положительный поперечный окантовкой и см маржа масштаб, внутреннее покрытие должно быть из полиуретана: Длина мм, размер 28CH/FR: в момент Сдачи остаточной годности часть до 1 года питать сроком товары для арман 75% , 1-2 года, патента сроком товары для арман 2/3, 2 года и более патента сроком товары аван 15 месяцев. Наличие сертификатов качества