

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Ռիտա Գասպարյան -ն ՍՄԳԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/6 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Ակկու չեք Պերֆորմա թեստերիզներ	Ակկու չեք Պերֆորմա թեստերիզներ	Ակկու չեք Պերֆորմա թեստերիզներ	Խոֆման լյա ռոշ	Ակկու-Չեք պերֆորմա սարքի համար նախատեսված թեստերիզներ: Նմուշի տեսակը՝ մագնոթային արյուն Չափման մեթոդ՝ Էլեկտրոքիմիական Չափման միջակայքը՝ 0.6-33.3 մմոլ/լ Չափման ժամանակահատվածը՝ 5վրկ Արյան ծավալը՝ 0.6 մկլ Կալիբրացիա՝ համակարգը կալիբրավորված է ըստ երակային արյան, որը հիմնված է հեքսոկինազային մեթոդի վրա և համապատասխանում է NIST չափորոշիչին, Mut. Q- GDH 2 կայուն թթվածնի ազդեցության հանդեպ,

				<p>Թեստ-երիզների ժամկետը չի փոփոխվում անկախ սրվակի բացման պայմանից: Համակարգը համապատասխանում է EN ISO 15197:2013, CE0088 չափորոշիչների պահանջներին: Մասնակիցը պետք է ներկայացնի հավաստագրեր արտադրողի ձևաթղթով : Հանձնման պահին ապրանքը պետք է ունենա 1 (մեկ) տարի պիտանելության ժամկետ:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Рита Гаспарян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UYԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/6 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Ակկու չեք Պերֆորմա թեստ-երիզներ	Ակկու չեք Պերֆորմա թեստ-երիզներ	Ակկու չեք Պերֆորմա թեստ-երիզներ	Խոֆման լյա ոռշ	Ակկու-Չեք պերֆորմա սարքի համար նախատեսված թեստ-երիզներ: Նմուշի տեսակը՝ մազանոթային արյուն Չափման մեթոդ՝ էլեկտրոքիմիական Չափման միջակայքը՝ 0.6-33.3 մմոլ/լ Չափման ժամանակահատվածը՝ 5վրկ Արյան ծավալը՝ 0.6 մկլ Կալիբրացիա՝ համակարգը կալիբրավորված է ըստ երակային արյան, որը հիմնված է հեքսոկինազային մեթոդի վրա և համապատասխանում է NIST չափորոշիչին, Mut. Q- GDH 2 կայուն թթվածնի ազդեցության հանդեպ,

				<p>Թեստ-երիզների ժամկետը չի փոփոխվում անկախ սրվակի բացման պայմանից: Համակարգը համապատասխանում է EN ISO 15197:2013, CE0088 չափորոշիչների պահանջներին: Մասնակիցը պետք է ներկայացնի հավաստագրեր արտադրողի ձևաթղթով : Հանձնման պահին ապրանքը պետք է ունենա 1 (մեկ) տարի պիտանելության ժամկետ:</p>
--	--	--	--	---