ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդմարկետ ՍՊԸ-ն ՈՒԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/95 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Անզգայացման համակարգ	GE HealthCare	Aespire* View,	GE HealthCare	Չափերը՝ Բարձրություն՝ 136 սմ ։ Լայնություն՝ 75 սմ ։ Խորություն՝ 74 սմ։ Քաշ՝ 136 կգ։ Վերին մակերես՝ նախատեսված 34 կգ զանգվածի համար։ Լայնություն՝ 65 սմ։ Խորություն՝ 43 սմ։ Աշխատանքային մակերես՝ Բարձրություն՝ 83.8 սմ։ Մակերես՝ 2160 սմ²։ Պետք է լինի առնվազն 2 դարակ։ Դարակների Ներքին չափերը՝ Բարձրություն՝ 17.5 սմ ±5%։ Լայնություն՝ 33 սմ ±5%։ Խորություն՝ 26.5 սմ ±5%։ 4 անիվներ։ Տրամագիծ՝ 12.5 սմ։ Արգելակների առկայություն։ Օդափոխիչի էկրան։ Էկրանի չափս ՝

						31 սմ /12.1 դյույմ։ Ցույց է տալիս օդափոխիչի աշխատանքային ալիքներն ու ազդանշանային հաղորդագրությունները։ 2րդ մոնիտորի ինտեգրման հնարավորություն առաջինի հետ։ Օդափոխություն՝ Օդափոխման ռեժիմներ ՝ • VCV (Ծավալային հսկողություն)։ • Էլեկտրոնային PEEP։ • Ավտոմատ թարմ գազի հոսքի (շնչառության ծավալի) փոխհատուցում։ • Սրտային շրջանցման գործիքի ռեժիմ։ • Ուղիղ մուտք դեպի օդափոխիչի պարամետրերի կարգավորումները։ • Յուրաքանչյուր շնչառության համար ճնշման ալիքի տեսանելի հղումներ։ • Խելացի ազդանշաններ, որոնք ուղղորդում են օգտագործողին դեպի հատուկ խնդիրներ և շեղված պարամետրեր։ • Ներշնչված թթվածնի մոնիտորինգ։ Շնչառական համակարգը պետք է լինի՝ • Հեշտ մաքրվող, ավտոկլավային, առանց լատեքսի։ • Արագ արձագանքով ցածր հոսքային անզգայացման համար։ • Հեշտ հեռացվող՝ առանց գործիքների։ • Պետք է հնարավոր լինի մի քայլով

					միացնել կամ անջատել օդափոխիչը։ Օդափոխիչի աշխատանքային բնութագրեր Օդափոխիչի պարամետրերի միջակայքեր Շնչառական ծավալի միջակայք ՝ 20-1500 մL։ 5-ից 1500 մL (Ճնշման հսկողության ռեժիմում)։ Առկա են հետևյալ միջակայքային կարգավորումները ՝ 20-50 մL (1 մL քայլերով) 50-100 մL (5 մL քայլերով) 100-300 մL (10 մL քայլերով) 300-1000 մL (25 մL քայլերով) 1000-1500 մL (50 մL քայլերով) Րոպեական ծավալի միջակայք ՝ 0-99.9 L/ր • Ճնշման (PInspired) միջակայք՝ 5-ից 60 սմ H2O (1 սմ H2O քայլերով) • Ճնշման (Plimit) միջակայք 12-ից 100 սմ H2O (1 սմ H2O քայլերով) • Ճնշման (Psupport) միջակայք՝ Անջատված, 2-ից 40 սմ H2O (1 սմ H2O քայլերով)։ Հաճախականություն ՝ • 4-ից 100 շնչառություն/րոպե • 2-ից 60 շնչառություն/րոպե Ներշնչման/արտաշնչման հարաբերակցություն 2:1-ից 1:8 (0.5 քայլերով)։ Ներշնչման ժամանակ՝ 0.2-ից 5.0 վայրկյան (0.1 վայրկյան քայլերով)։ Տրիգերի պատուհան՝

					0-ից 80% (5% քայլերով)։ Հոսքի տրիգեր՝ 0.2-ից 1.0 L/ր (0.2 L/ր քայլերով) 1-ից 10 L/ր (0.5 L/ր քայլերով)։ Ներշնչման ավարտի մակարդակ՝ 5-ից 75% (5% քայլերով)։ Դրական վերջնական արտաշնչման ճնշում (PEEP) • Տեսակ՝ ինտեգրված, էլեկտրոնային հսկողությամբ։ • Միջակայք՝ անջատված 4-ից 30 սմ H2O (1 սմ H2O քայլերով)։ Օդափոխիչի կատարողական • Մուտքային ճնշման միջակայք՝ 240 կՊա մինչև 700 կՊա։ • Գազի գագաթային հոսք 120 L/ր + թարմ գազի հոսք։ • Հոսքի փականի միջակայք ՝ 1-ից 120 L/ր։ • Թարմ գազի հոսքի փոխհատուցում։ Օդափոխիչի մոնիտորինգ • Արտաշնչման րոպեական ծավալի միջակայք ՝ 0-ից 99.9/րոպե։ • Արտաշնչման շնչառական ծավալի միջակայք՝ 0-ից ավելի քան 1500 մL։ • O2%։ « 5-ից 110%։ • Գագաթային ճնշում ՝ –20-ից 120 սմ H2O։ • Միջին ճնշում ՝ –20-ից 120 սմ H2O։ • Պլատո ճնշում ՝ 0-ից 120 սմ H2O։ • Ճնշման ալիքի շարժման արագություն ՝ 4-ից 25 շնչառություն/րոպե (0-ից 16 վայրկյան), 26-ից 75

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Медмаркет в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՊԳԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/95 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					շնչառություն/րոպե (0-ից 8 վայրկյան), 75 շնչառություն/րոպե (0-ից 4 վայրկյան): Օդափոխիչի ճշգրտություն Մատակարարման/մոնիտորինգի ճշգրտություն՝ Ծավալի մատակարարում առնվազն՝ 210 մL ±7%, « 210 մL ± 15 մL, « 60 մL ± 10 մL: Ճնշման մատակարարում՝ ±10% սմ H2O PEEP մատակարարում՝ ±1.5 սմ H2O Ծավալի մոնիտորինգ՝ 210 մL ±9%, « 210 մL ±18 մL, « 60 մL ±10 մL: Ճնշման մոնիտորինգ՝ ±5% կամ ±2 սմ H2O: Ազդանշանների կարգավորումներ՝ • Շնչառական ծավալ (TVexp): o Ստորին սահման՝ ԱՆՋԱՏՎԱԾ, 5-ից 1500 մL o Վերին սահման՝ 20-ից 1600 մL, ԱՆՋԱՏՎԱԾ • Րոպեական ծավալ (Mvexp): o Ստորին սահման՝ ԱՆՋԱՏՎԱԾ, 0.1-ից 10 L/րոպե o Վերին սահման՝ 0-ից 30 L/րոպե, ԱՆՋԱՏՎԱԾ • Ներշնչված թթվածին (FiO2): o Ստորին սահման՝ 18%-ից 99% o Վերին սահման՝ 21%-ից 99%, ԱՆՋԱՏՎԱԾ • Ապնոյի ազդանշան՝ o Մեխանիկական օդափոխում ՄԻԱՑԱԾ՝ « 5 մL շնչառություն 30 վայրկյանում o Մեխանիկական

					օդափոխում ԱՆՁԱՏՎԱԾ՝ « 5 մL շնչառություն 30 վայրկյանում • Ստորին օդուղիների ճնշում՝ PEEP-ից 4 սմ H2O ավելի • Վերին ճնշում՝ 12-ից 100 սմ H2O (1 սմ H2O քայլերով)։ • Կայուն օդուղիների ճնշում՝ o Մեխանիկական օդափոխում ՄԻԱՑԱԾ՝ Plimit « 30 սմ H2O, կայուն սահմանը 6 սմ H2O է Plimit 30-ից 60 սմ H2O, կայուն սահմանը Plimit-ի 20%-ն է Plimit » 60 սմ H2O, կայուն սահմանը 12 սմ H2O է o Մեխանիկական օդափոխում ԱՆՁԱՏՎԱԾ՝ Plimit ≤ 60 սմ H2O, կայուն սահմանը Plimit-ի 50%-ն է Plimit » 60 սմ H2O, կայուն սահմանը 30 սմ H2O է • Ենթամթնոլորտային ճնշում՝ Paw « -10 սմ H2O • Ազդանշանի լռության ժամանակաչափ առնվազն՝ 120-ից 0 վայրկյան։ Օդափոխիչի բաղադրիչներ • Հոսքի փոխակերպիչ՝ o Տեսակ՝ Փոփոխական անցքի հոսքի սենսոր o Չափսեր՝ 22 մմ արտաքին տրամագիծ և 15 մմ ներքին տրամագիծ o Տեղադրություն՝ ներշնչման ելքում և արտաշնչման ելքում։ • Թթվածնի սենսոր՝ o Տեսակ՝

					Գալվանական կամ համարժեք։ o Կյանքի տևողությունը՝ առնվազն 12 ամիս։ Անզգայացնող նյութի մատակարարում o Գոլորշացուցիչներ՝ Tec 6 Plus, Tec 7 : o Դիրքերի քանակը՝ 2: o Տեղադրումը Tool-Free: Էլեկտրական Տեխնիկական Բնութագրեր • 100/120 Վ: « 300μA • 220/240 Վ: « 500μA Էլեկտրաէներգիայի և մարտկոցի պահուստ • Էլեկտրաէներգիայի մուտք՝ 100-120 Vac, 50/60 Հg; 220-240 Vac, 50/60 Հg • Մարտկոցի պահուստ՝ Նորմալ աշխատանքի պայմաններում փորձարկված մարտկոցի պահուստը 90 րոպե, երբ լիովին լիցքավորված է: • Մարտկոցի տեսակը՝ Ներքին լիցքավորվող կապարաթթվային։ • Սնուցման լար՝ երկարություն՝ 3 մ: Կապի Պորտ • Սերիական ինտերֆեյս՝ RS-232 համատեղելի պորտ Մուտք/ելք մոդուլներ • 120 Վ • Համակարգի հոսանքի պաշտպանիչներ՝ 15A • Ելքեր՝ առնվազն 4 ելք հետևում, 3-2A, 1-3A անհատական պաշտպանիչներով մեկուսիչ տրանսֆորմատորով: Պնևմատիկայի Տեխնիկական

					Բնութագրեր Ընդհանուր գազի ելք • Միակցիչ՝ ISO 22 մմ արտաքին տրամագիծ և 15 մմ ներքին տրամագիծ։ Գազամատակարարում • Խողովակաշարի մուտքի միջակայք՝ 280 կՊա-ից 600 կՊա։ • Խողովակաշարի միացումներ՝ DISS-Male, DISS-female, AS4059, FS90-116, SS 87 524 30 կամ NIST (ISO 5359)։ Բոլոր միակցիչները հասանելի են O2, N2O և Օդի համար, և պարունակեն են խողովակաշարի ֆիլտր և ստուգիչ փական։ • Մխոցի մուտք՝ Համաձայն CGA-V-1-ի կամ DIN-ի հետ միասին։ Պետք է պարունակի մուտքի ֆիլտր և ստուգիչ փական։ O2-ի վերահսկողություն՝ o Մեթոդ՝ N2O-ի համաչափ նվազեցում O2-ի ճնշման նվազեցման հետ։ o Մատակարարման ձախողման ազդանշան՝ տիրույթն ՝ 193 կՊա-ից 221 կՊա։ o O2 լվացում՝ տիրույթն ՝ 35-ից 75 L/րոպե։ Հոսքաչափեր • O2 տիրույթներ՝ 0.05-ից 0.95 L/րոպե և 1.0-ից 15.0 L/րոպե; Նվազագույն O2 հոսք՝ 50 մL/րոպե ±25 մL։ • N2O տիրույթներ՝ 0-ից 0.95 L/րոպե և 1.0-ից 10.0 L/րոպե։ • Օդի տիրույթ՝

					0-ից 0.95 L/րոպե և 1.0-ից 15.0 L/րոպե: Հիպոքսիկ պաշտպանության համակարգ • Տեսակ՝ Մեխանիկական • Տիրույթ՝ O2/N2O խառնուրդում 25% թթվածնի նվազագույն կոնցենտրացիա: Շրջակա միջավայրի բնութագրեր Համակարգի աշխատանքային պայմաններ • Ջերմաստիճան՝ 10°-ից 40°C: • Խոնավություն՝ 15% -ից 95% հարաբերական խոնավություն: Շնչառական համակարգի բնութագրեր Աշխատանքի ռեժիմներ • Շնչառական համակարգը աշխատում է շրջանաձև ռեժիմում: Ածխաթթու գազի ներծծող տարա • Ներծծող հզորություն 800 գ Միացված արտանետման գազի պահեստային խողովակ • Պորտեր և միակցիչներ o Արտաշնչում՝ 22 մմ արտաքին տրամագիծ ISO 15 մմ ներքին տրամագիծ: o Շնչում՝ 22 մմ արտաքին տրամագիծ ISO 15 մմ ներքին տրամագիծ : o Պարկի պորտ՝ 22 մմ արտաքին տրամագիծ: Ճնշման մոդուլի մատույց • Տիրույթ -2-ից 10 կՊա/–20-ից 100 սմ H2O: Միացված ճնշման կարգավորիչ

					փական (APL) • Տիրույթ 0.5-ից 70 սմ H2O: • Կոճակ՝ 30 սմ H2O և ավելի բարձր: Համակակարգը մատակարարման պահից սկսած 12 ամիս երաշխիք: Ամբողջական տեղադրում և ուսուցում: Սերտիֆիկատներ ՝ CE Marking, UL 60601-1, CSA, CSA, C22.2 #601.1, EN 60601-1, IEC 60601-1, ISO 13485, ISO 14971, CISPR 11, FDA: