

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Armgate SIA-ն ՍՉԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/9 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Շիմագու	Նեքսերա	Նեքսերա	Շիմագու Կորպորացիա	ԲԱՐՁՐ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԵՂՈՒԿԱՅԻՆ ՔՐՈՄԱՏՈԳԻՐ Հեղուկային քրոմատոգրաֆը կոլենենա՝ - բարձր ճմշման պոմպ ոչ պակաս քան 0.1 - 5.0 սմ3/րոպ. տիրույթում կառավարվող շարժական ֆազայի հոսքի արագությամբ - գազազերծիչ - Դիոդ կադապարային հայտածիչ առնվազն 190 - 600 նմ աշխատանքային տիրույթով - հոսքային բջիջի հերմետիկ քարտրիչ - Ֆլուրոմետրիկ հայտածիչ առնվազն 200 - 500 նմ աշխատանքային տիրույթով - աշտարակների տաքացման

					թերմոստատ առնվազն 5 – 80 0C ջերմաստիճանների տիրույթով, ոչ պակաս քան 3 աշտարակի (300մմ) տեղադրման հնարավորությամբ - աշտարակ C18 (150 × 4.6 մմ × 5 մկմ) - աշտարակ C18 (50×4,6 մմ × 2,7 մկմ) - նմուշի ներարկման ավտոմատ սարք առնվազն 0.1- 500 մկլ ծավալով և առնվազն 5 – 50 0C ջեռուցման տիրույթով - լուծիչի արտահոսքի սենսորներ - Համակարգիչ, մոնիթոր, տպիչ և հեղոկային քրմատոգիրով աշխատելու ծրագրային ապահովումը Լրակազմ՝ Դիոդ կադապարային հայտածիչ Ֆլուրոմետրիկ հայտածիչ Աշտարակների արգելալծակային անջատիչ բարձր ճմշման պոմպ աշտարակների տաքացման թերմոստատ ավտոմատ ներարկման սարք Համակարգիչ, մոնիթոր, տպիչ և հեղոկային քրմատոգիրով աշխատելու ծրագրային ապահովում -գազազերծիչ Շիշ՝ 4 հատ/կոմպլեկտ, ծավալը 1լ, կափարիչների հավաքածուով Պահեստամասերի հավաքածու (ընդհանուր, ԲԱՀՔ համար)
--	--	--	--	--	--

				-աշտարակ C18 (150 × 4.6 մմ × 5 մկմ) աշտարակ C18 (50×4,6 մմ × 2,7 մկմ) -Նախաաշտարակ C18 բռնակով 2 հատ 500 մկլ ներարկիչ՝ ներարկման սարքի համար Ֆիլտրացման սարքի մոնտաժման հավաքածու Սրվակներ (վիալաներ), թափանցիկ ապակի, պտուտակավոր գլխիկով և սեպտա Նախապես կտրված միջնապատով 100 հատ Սեպտա սրվակների համար Նախապես կտրվածով 100 հատ Խտարարային քարթիջ, Նախապես հավաքած օղակով Խողովակների, ֆիլտրերի և մագախողովակների հավաքածուներ Օդաքաշիչ անխափան Էլ.սնուցման սարք Պայմաններ՝ - Երաշխիկային Ժամկետ՝ առնվազն մեկ տարի - Արտադրող ընկերության հավաստագիրի առկայություն մատակարարին ավտորիզացիայի տրամադրելու մասին Սարքի տեղադրումը, գործարկումը և ռևուցանումը պետք է իրականացվի արտադրողի կողմից հավաստագրված մասնագետի կողմից: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Арггейт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом U2QU-ECXU72P-24/9 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Շիմազու	Нексер	Нексер	Корпорация Шимадзу	ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФ Жидкостный хроматограф будет иметь: - насос высокого давления с диапазоном регулировки скорости потока подвижной фазы не менее, чем 0,1 - 5,0 см ³ /мин - дегазатор - Диодно-матричный детектор с рабочим диапазоном не менее, чем 190 - 600 нм - Герметичный картридж проточной ячейки - Флуориметрический детектор с рабочим диапазоном не менее, чем 200 - 500 нм - Термостат с температурой нагрева колонок от

						не менее, чем 5 – 80 0С, с возможностью размещения не менее 3 колонок длиной 300 мм - Хроматографическая колонка C18 (150 × 4.6 мм × 5 мкм) - Хроматографическая колонка C18 (50×4,6 мм×2,7 мкм) - Автоматическая система ввода пробы с объемом не менее, чем 0,1 -500 мкл и диапазоном термостатирования не менее, чем 5 - 50 0С - Наличие датчиков утечки растворителя - Персональный компьютер с монитором и принтером, а так же программное обеспечение для работы на жидкостном хроматографе Комплектация прибора будет включать: Хроматограф жидкостный в составе: Детектор диодно-матричный Детектор флюориметрический Кран- переключатель колонок насос высокого давления Термостат колонок (ВЭЖХ) Дозатор автоматический для ВЭЖХ Персональный компьютер, программное обеспечение, монитор, принтер Дегазатор
--	--	--	--	--	--	---

					Бутыль (4шт/компл., объем 1л, с комплектом крышек) Комплект ЗИП (общий, для хроматографа ВЭЖХ) Хроматографическая колонка C18 (150 x 4.6 мм x 5 мкм) Хроматографическая колонка C18 (50x4,6 ммx2,7 мкм) Предколонка с держателем C18 -2 шт Шприц 500 мкл для дозатора автоматического ВЭЖХ Комплект монтажных частей фильтровальной установки Виала (100 шт прозрачное стекло, с закручивающейся крышкой и предварительно прорезанной септой) Предварительно прорезанная септа для виалы 100 шт Уплотнительный картридж, в сборе с предустановленным кольцом Комплект труб, фильтров, капилляров ВЭЖХ Вытяжка Устройство бесперебойного энергоснабжения. Условия поставки: Гарантия – один год Наличие сертификата компании-производителя о выдаче авторизации поставщику. Монтаж, пуско-наладку устройства и обучение персонала будет проводить аттестованный
--	--	--	--	--	--

				производителем специалист. Товар будет новым, неиспользованным.
--	--	--	--	--