

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դելտա ՍՊԸ-ն ԹԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/04 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
42	Ռևմատոիդ գործոնի որոշման թեստ հավաքածու: Մեթոդ` լատեքս ագլյուտինացիա: Նվազագույնը 100 թեստ, ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ:Ներառում է դրական և բացասական ստուգիչներ և ապակյա կամ պլաստիկ մակերես փորձը իրականացնելու համար:Փաթեթավորումը բացելուց հետո պիտանելիության ժամկետ` մինչև ռեակտիվի վերջնաժամկետը: Ստանդարտ Աշխատանքային Ընթացակարգի տրամադրում հայերեն կամ ռուսերեն: Գործող ISO 9001 և/կամ ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն կամ համրժեք: Մատակարարը պարտավոր է մատակարարել ք. Աբովյան: Մատակարարման պահից առնվազն 75% պիտանելիության ժամկետ:







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԹԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/04 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
42	Ռևմատոիդ գործոնի որոշման թեստ հավաքածու: Մեթոդ՝ լատեքս ագլյուտինացիա: Նվազագույնը 100 թեստ, ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Ներառում է դրական և բացասական ստուգիչներ և ապակյա կամ պլաստիկ մակերես փորձը իրականացնելու համար: Փաթեթավորումը բացելուց հետո պիտանելիության ժամկետ՝ մինչև ռեակտիվի վերջնաժամկետը: Ստանդարտ Աշխատանքային Ընթացակարգի տրամադրում հայերեն կամ ռուսերեն: Գործող ISO 9001 և/կամ ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն կամ համրժեք: Մատակարարը պարտավոր է մատակարարել ք. Աբովյան: Մատակարարման պահից առնվազն 75% պիտանելիության ժամկետ: