

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դելտա ՍՊԸ-ն ԹԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/04 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
51	<p>Ասպատատ ամինա տրանսֆերազի որոշման տեստ հավաքածու նախատեսված HumaLyzer Primus վերլուծիչով աշխատելու համար: Մեթոդ՝ կինետիկ Ալիքի երկարությունը - 340 նմ: Ֆորմատ՝ ոչ պակաս 360 թեստից: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա: Ստանդարտ Աշխատանքային Ընթացակարգի տրամադրում հայերեն կամ ռուսերեն:</p> <p>Պահպանման պայմանները՝ Ռեակտիվները 2-8'C պայմաններում պահվում են մինչև փաթեթի վրա նշված ժամկետը: Վալիդացման գործառույթը կատարվում է մատակարարողի մասնագետի կողմից ըստ պատվիրատուի պահանջի՝ ԹԱԿ ՊՈԱԿ-ում ազգային կամ միջազգային չափորոշիչների (ուղեցույցների) համապատասխան: ISO 9001 + ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն, կամ համրժեք: Մատակարարը պարտավոր է մատակարարել (ք. Աբովյան): Մատակարարման պահից առնվազն 2/3 պիտանելիության ժամկետ:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԹԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/04 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
51	<p>Ասպատատ ամիևա տրանսֆերագի որոշման տեստ հավաքածու նախատեսված HumaLyzer Primus վերլուծիչով աշխատելու համար: Մեթոդ՝ կինետիկ Ալիքի երկարությունը - 340 նմ: Ֆորմատ՝ ոչ պակաս 360 թեստից: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա: Ստանդարտ Աշխատանքային Ընթացակարգի տրամադրում հայերեն կամ ռուսերեն: Պահպանման պայմանները՝ Ռեակտիվները 2-8'C պայմաններում պահվում են մինչև փաթեթի վրա նշված ժամկետը: Վալիդացման գործառույթը կատարվում է մատակարարողի մասնագետի կողմից ըստ պատվիրատուի պահանջի՝ ԹԱԿ ՊՈԱԿ-ում ազգային կամ միջազգային չափորոշիչների (ուղեցույցների) համապատասխան: ISO 9001 + ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն, կամ համրժեք: Մատակարարը պարտավոր է մատակարարել (ք. Աբովյան): Մատակարարման պահից առնվազն 2/3 պիտանելիության ժամկետ:</p>