

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՀՏՁՀ-ԷԱՃ-ԲՍԱՊՁԲ-2024/1 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Ցենտրիֆուգա	Ցենտրիֆուգա	Ցենտրիֆուգա	Ցենտրիֆուգա	Ցենտրիֆուգա ; Լաբորատորիայում անհրաժեշտ է ցենտրիֆուգեր՝ արյան տարբեր բաղադրիչներն անալիզի համար առանձնացնելու համար: Գործառնական պահանջներ. Կոմպակտ կոնստրուկցիա՝ առանց վիբրացիայի աշխատելու համար; Սեղանին դրվող տարբերակ; Փորձանոթի տարողություն. ոչ պակաս քան 5-ից 15 մլ («Վակուտայներ» փորձանոթներ) միջակայքում; Կառավարման վահանակ (ոչ պակաս քան)- մեկնարկի / դադարեցման

անջատիչի, դինամիկ արգելակների,  
արագության աստիճանական  
կարգավորիչ ժամանակի չափիչով,  
գրոյական մեկնարկի անջատիչով և  
արագության ցուցիչ`  
ժամանակաչափով; Դռան  
արգելափակում; Սպասարկում -  
անխոզանակ շարժիչ` ճշգրիտ  
արագության նախնական  
ընտրությամբ և ցուցադրմամբ;  
Արագության տիրույթ. ոչ պակաս  
քան 200-ից 5000 պտ / րոպե  
տիրույթում; Համակարգի  
կազմաձևման պարագաներ,  
պահեստամասեր և ծախսվող  
նյութեր; Ցենտրիֆուգը պետք է  
հագեցած լինի ֆիքսված անկյան  
ռոտորով; Փորձանոթների դիրքերի  
քանակն անկյունային ռոտորում` ոչ  
պակաս քան 12 փորձանոթ;  
Էլեկտրոսնուցում` 220 Վ, 50/60 Հց;;  
Լրակազմ և պարագաներ;  
Տեղադրում և մեկնարկ ;  
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում ;  
Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն  
կամ անգլերեն կամ ռուսերեն ;  
Սարքավորումը պետք է լինի նոր,  
չօգտագործված; Լրակազմը  
ներառում է բոլոր անհրաժեշտ

				<p>լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար ; Երաշխիքը ոչ պակաս քան 12 ամիս; Որակի վկայականներ (առկայություն). -ISO13485 կամ համարժեք; -CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք:</p>
--	--	--	--	--



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Սեդսիստրվի ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՏՁՀ-ԷԱՃ-ԲՍԱՊՁԲ-2024/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Ցենտրիֆուգա	Ցենտրիֆուգա	Ցենտրիֆուգա	Ցենտրիֆուգա	Ցենտրիֆուգա ; Լաբորատորիայում անհրաժեշտ է ցենտրիֆուգեր՝ արյան տարբեր բաղադրիչներն անալիզի համար առանձնացնելու համար: Գործառնական պահանջներ. Կոմպակտ կոնստրուկցիա՝ առանց վիբրացիայի աշխատելու համար; Սեղանին դրվող տարբերակ; Փորձանոթի տարողություն. ոչ պակաս քան 5-ից 15 մլ («Վակուտայներ» փորձանոթներ) միջակայքում; Կառավարման վահանակ (ոչ պակաս քան)- մեկնարկի / դադարեցման

անջատիչի, դինամիկ արգելակների,  
արագության աստիճանական  
կարգավորիչ ժամանակի չափիչով,  
գրոյական մեկնարկի անջատիչով և  
արագության ցուցիչ`  
ժամանակաչափով; Դռան  
արգելափակում; Սպասարկում -  
անխոզանակ շարժիչ` ճշգրիտ  
արագության նախնական  
ընտրությամբ և ցուցադրմամբ;  
Արագության տիրույթ. ոչ պակաս  
քան 200-ից 5000 պտ / րոպե  
տիրույթում; Համակարգի  
կազմաձևման պարագաներ,  
պահեստամասեր և ծախսվող  
նյութեր; Ցենտրիֆուգը պետք է  
հագեցած լինի ֆիքսված անկյան  
ռոտորով; Փորձանոթների դիրքերի  
քանակն անկյունային ռոտորում` ոչ  
պակաս քան 12 փորձանոթ;  
Էլեկտրոսնուցում` 220 Վ, 50/60 Հց;;  
Լրակազմ և պարագաներ;  
Տեղադրում և մեկնարկ ;  
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում ;  
Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն  
կամ անգլերեն կամ ռուսերեն ;  
Սարքավորումը պետք է լինի նոր,  
չօգտագործված; Լրակազմը  
ներառում է բոլոր անհրաժեշտ

				<p>լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար ; Երաշխիքը ոչ պակաս քան 12 ամիս; Որակի վկայականներ (առկայություն). -ISO13485 կամ համարժեք; -CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք:</p>
--	--	--	--	--