ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դիավանտ ՍՊԸ-ն ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/85 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Hologic	3Dimensions, Hologic	3Dimensions	Hologic	Վերջին սերնդի թվային մամոգրաֆիկ համակարգ տոմոսինթեզով և ստերեոտակտիկ բիոպսիոն նավիգացիոն համակարգով Դետեկտոր Ամբողջական հարթ-պանելային դետեկտոր Դետեկտորի նյութը ամորֆսելենից: Պիքսելի չափը տոմոսինթեզի ռեժիմում մկմ՝ 70, առանց պիքսելների համակցման Դետեկտորի ֆորմատը, սմ՝ 24x29 Տեսադաշտի չափերը, սմ՝ 24x29 և 18x24, Դետեկտորի պիքսելի տեսակը՝ քառակուսի Էքսպոզիցիայի ավտոմատ վերահսկում,

						իմպլանտանտների պատկերավորման ապահովումով Գեներատոր և խողովակ Լարման տիրույթ, կՎ՝ 20-49 Լարման քայլ, կՎ՝ 1, Անոդի ջերմունակությունը՝ 300,000 ջերմային միավոր Ֆոկուսային հետքերի չափ, մմ՝ փոքր ֆՀ - 0.1, մեծ ֆՀ - 0.3: մԱ տիրույթը՝ մեծ ֆՀ - 200, փոքր ֆՀ – 50 Գեներատորի տեսակը՝ ինվերտորային, բարձր հաստատուն պոտենցիալով Գենտրիի առանձնահատկությունները Ուղղահայաց շարժման տիրույթը՝ սմ, 70 մինչև 141: Ֆոկուսային հեռավորություն՝ 700 մմ Ուղղահայաց ղեկավարվող շարժում, Պտտում՝ սմ +195օ – -155օ, Ֆիքսված պաշտպանիչ դիմակ պացիենտի համար, որը չի պտտվում աղեղի հետ, Աղբյուր-դետեկտոր առավելագույն հեռավորությունը՝ 70սմ: Կրծքի կոմպրեսիա լրիվ կոմպրեսիոն տիրույթ՝ 89 – 178 N, մեխանիկական կոմպրեսիայի սահմանափակում, առավելագույնը վերին սահմանը՝ 300 N: Խոշորացում թեթև ածխածնի օպտիկա մանրաթելային

						շրջանակով հարթակ, խոշորացման ֆակտորներ՝ 1,5x, 1,8x Ռենտգեն կոլիմացիա ավտոմատ կամ մանուալ ղեկավարվող, սահմանված չափսեր՝ սմ, (24x29 և 18x24) Տոմոսինթեզի առկայություն, FDA հավաստագրված: Պատկերի ստացման նվազագույն ժամանակը՝ 10 վ, Կոմբինացված 2D և տոմոսինթեզի ռեժիմ մեկ կոմպրեսիայի ժամանակ (սինթետիկ 2D), FDA հավաստագրված, Տոմոսինթեզի ռեժիմում ծավալային պատկերի թողունակությունը՝ 70 մկմ: 6մմ հաստությամբ սալեր 3D տվյալներից ստացող հատուկ ռեժիմի առկայություն: Հիմնական սկանավորման եղանակներ 2D սկրինիգ 2D; 3D ախտորոշում Ղեկավարման աշխատանքային կայան Աշխանքային կայանի համակարգային բլոկ Օպերատիվ հիշողություն, ԳԲ՝ 16 Կոշտ սկավառակ, ՏԲ՝ 1 Ապահոված՝ DVD +/- R/W Պատկերի արտացոլման բարձր թույլտվությամբ գունավոր մոնիտոր՝ 2ՄՊ Ստանդարտ հետազոտման սեղմակներ՝ - 24x29 սմ սկրինինգ սեղմակ - 18x24 սմ

						սկրինինգ սեղմակ - 10 սմ կոնտակտային սեղմակ: Ստերեոտակտիկ բիոպսիոն նավիգացիոն համակարգ: Բիոպսիայի իրականացման համար հատուկ սեղմակների առկայություն՝ Բիոպսիայի իրականացում կարտեզյան կոորդինատների օգնությամբ Համակարգին կցված հպումային էկրան – ասեղի ուղղորդված ավտոմատ դիրքավորում Երկու առանցքներում կանխադրված կորդինատներով ավտոմատ դիրքավորում, երրորդ առանցքի ուղղությամբ տարածության մեջ ասեղի ճշգրիտ դիրքավորմամբ Ճշգրտությունը՝ +/- 1մմ, կողմնային բիոպսիայի Հնարավորություն, 3D բիոպսիայի հնարավորություն, Կոնտրաստ մամոգրաֆիայի իրականացման հնարավորություն, FDA հավաստագրված: Հանգույցների ավտոմատ համակարգչային հայտնաբերման ծրագրային փաթեթի հնարավորություն, FDA հավաստագրված: Բժիշկի համար նախատեսված աշխատանքային կայան, որը նախատեսված է

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Диавант в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/85 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					Մամոգրաֆիկ թվային պատկերներների և տոմոսինթեզի դիտարկման, մշակման, գնահատման և մեկնաբանման համար: Աշխատանքային կայանի համակարգչային բլոկ, Բարձրակարգ բժշկական մոնիտոր՝ 5 ՄՊ թողունակությամբ: Արագագործ օպերատիվ հիշողություն՝ 32 ԳԲ Հիշողության պահոց՝ 2 ՏԲ Ցանցային ինտերֆեյսը՝ 10/100/1000 base T Ethernet: Ստեղնաշար, մկնիկ Աքսեսուարներ՝ Պաշտպանիչ դիմակ, Ինտեգրված կապար-ակրիլային պաշտպանիչ վահան՝ չափսերը՝ սմ, 219 x 86 ,Կապարի համարժեքությունը՝ մմ, 0,5 Մեծացնող սեղմակ, Երկֆունկցիոն ոտքի սեղմակ Տրամաչափարկման ֆանտոմ Հավաստագրերի առկայություն՝ CE հավաստագրի առկայություն FDA հավաստագրի առկայություն Երաշխիք՝ 12 ամիս տեղադրման և շահագործման պահից: Համակարգը ամբողջությամբ նոր է, չօգտագործված: Մոնտաժ և շահագործման սկիզբ, Բժշկական

					աշխատակիցների ուսուցում սարքի հետ տեղում սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Ապրանքը արտադրված է ոչ ուշ քան մատակարարման օրվանից 12 ամսվա ընթացքում: