

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԿ ՕՐԻՈՆ-Ա՞-Ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-149/24 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը  |
|-----------------|---|
| 3               | <p>Գազի վերլուծիչը պետք է ունենա ներկառուցված պոմպ: Շարժական, բազմաբաղադրիչ՝ մինչև 6 գազատեսակ միաժամանակ որոշելու համար, գազերի տեսակներըն են ջրածին, մեթան, ացետիլեն, էթիլեն, պրոպան և էթան, տարբեր համակցություններով (մեկ, երկու, երեք, չորս, հինգ, վեց բաղադրիչ) աշխատանքային տարածքում՝ բոլոր չափված բաղադրիչների միաժամանակ թվային ցուցիչով: Ինչպես նաև արտակարգ իրավիճակներում (ծայնային, լուսային և վիբրո-) ազդանշանի տրամադրումը, երբ գերազանցվում են նշված շեմային մակարդակների չափված բաղադրիչների կոնցենտրացիաները: Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայք՝ <math>-40^{\circ}\text{C}</math>-ից <math>+50^{\circ}\text{C}</math>, էլեկտրաէներգիայի մատակարարում՝ AA մարտկոցներ 4 հատ (6-8 ժամից) - հիմնական հավաքածու, մարտկոցից (12-18 ժամից) կամ վերալիցքավորվող մարտկոցով որը առավելագույնը 4 ժամ լիցքավորելու դեպքում կապահովի 24 ժամ աշխատելու հնարավորություն և յուրաքանչյուր լրակազմի հետ տրամադրել 1 հատ լրացուցիչ մարտկոց: Չափման միավորները՝ ppm, % vol., % LEL, մգ/մ<sup>3</sup>, ընդունելի է նաև առանց մգ/մ<sup>3</sup>: Տեսակի հաստատման հավաստագրի առկայություն:</p> |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ОРИОН-А ПК в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗЦЕЧ-ЕЦДЦТДР-149/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар         |
|------------|----------------------------|
|            | технические характеристики |
| 3          |                            |