

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՊՐՈՖՏԵՍՏ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/16-25-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | |
|--------------------|---------------------|------------|------------------------|--|
| | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 16 | Xience Pro | Xience Pro | Abbott Vascular | Ստենտի նյութը և կառուցվածքը - լազերով կտրված կոբալտ-քրոմի համաձուլվացքից կազմված գլան, ստենտի ծածկը՝ Էվերոլիմուս դեղանյութ արտազատող ծածկ: Ստենտի կառուցվածքը՝ 2.25-3.0 մմ տրամագծով ստենտն ունի երեք կարճ և երեք երկար ամրակներ՝ միացած ոչ գծային կապով: 3.5-4.0 մմ-ոց ստենտն ունի երեք կարճ և վեց երկար ամրակներ՝ միացած ոչ գծային կապով: Ստենտի եզրային օղը ձևավորված է սիմետրիկ ամրակներով՝ բարելավելու ուղղորդիչ կաթետերի դուրսբերումը: Ստենտի պատերի հաստությունը՝ 0.0032": Ստենտի երկայնաձիգ ճկունությունը՝ գերազանց: Ստենտը ոչ ֆեռոմագնիսական է և ունի բարձր ճառագայթային ուժ: Մետաղական մակերեսի ընդարձակումը կատարվում է՝ 13.3%-ի սահմաններում 3.0 մմ տրամագծի դեպքում, 12.8%-ի սահմաններում |

4.0 մմ-ի դեպքում: Լայնացումից առաջացած կարճացումը 0% է՝ 3.0 x 18 մմ ստենտի համար: Անկախ լայնացման աստիճանից չի գերազանցում ստենտի երկարության 5%-ը: Հետագա տեղաշարժման հավանականությունը՝ 4.4%, 3.0 x 18 մմ ստենտի համար: Ստենտի բացման նոմինալ ճնշումը՝ 11 atm , պայթման առավելագույն ճնշումը՝ 18 atm (բոլոր տրամագծերի ստենտերի համար): Անցման պրոֆիլը ոչ ավել, քան՝ 0.0425" (3.0 x 18), ծայրի մուտքի պրոֆիլը՝ 0.017": Բալունի միջին չափսը՝ 0.041 դոյմ կամ 1.04 մմ՝ 3.0x18 մմ ստենտի համար: Բալունը բարակ երկակի շերտով է, կյուրը՝ բազմաշերտ պեբաքս: Ուղղորդիչ կաթետերի ներքին սվազագույն տրամագիծը - 0.056 դյույմ կամ 1.4 մմ (բոլոր չափսի ստենտերի համար): Ստենտի դեղորայքային ծածկը բաղկացած է ակրիլային և ֆլուրո պոլիմերներից, որոնք օգտագործվում են են անոթային կարի համար նախատեսված թելերի արտադրությունում: Դեղանյութի կոնցենտրացիան ստենտի մակերեսին, 88 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$: Ստենտի աշխատանքային երկարությունը՝ 145սմ: Կախված վիրահատվող անոթի տրամագծից ստենտի պահաջվող չափերն են ըստ տրամագծերի՝ 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0 մմ: Բացված ստենտի մաքսիմալ տրամագիծը՝ 2.0-2.5-ը մինչև 3.25 մմ, 2.75-3.0-ը մինչև 3.75 մմ, 3.5-4.0-ը մինչև 4.5 մմ: Կախված վիրահատության ժամանակ հիվանդի անոթի վնասվածքի չափից ստենտի պահանջվող չափերն են ըստ երկարության՝ 8, 12, 15, 18, 23, 28 մմ (2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0 մմ տրամագծերի դեպքում), 8, 12, 15, 18, 23, 28, 33, 38 մմ

(2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0 մմ տրամագծերի դեպքում):
Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE
MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը
պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային
ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական
ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և
օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի
ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության
ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն:
Պատվիրատուն իրավունք ունի ըստ անհրաժեշտության
վերադարձնել կամ փոխել ապրանքի չափսը այլ
չափսով, եթե առկա է ապրանքի ամբողջ
պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը:
Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը
հայտով ներկայացնում է՝ 1. ապրանքը արտադրողի
կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ
(երաշխիքային-լիազոր նամակ): Պարտադիր պայման է
հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման
փուլում ներկայացնում է՝ 1. ապրանքը արտադրողի
կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և
համապատասխանության հավաստագիր: 2. ապրանքն
արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից
երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով
արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից
Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող
ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ
վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում
հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարարվող
ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը Երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ПРОФТЕСТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПР-2024/16-25-БПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | |
|------------|--------------------|-------|-------------------------------|----------------------------|
| | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 16 | | | | |