ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարգ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ՄԲԿ-ԷԱԱՊՁԲ 2024-14 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Կլինիկական արյան բիոքիմիական ավտոմատ վերլուծության հավաքածու	Կլինիկական արյան բիոքիմիական ավտոմատ վերլուծության հավաքածու	Կլինիկական արյան բիոքիմիական ավտոմատ վերլուծության հավաքածու	Կլինիկական արյան բիոքիմիական ավտոմատ վերլուծության հավաքածու	Կլինիկական արյան բիոքիմիական ավտոմատ վերլուծության հավաքածու • Թողունակությունը ոչ պակաս 200 քննություն/ժամ արագությամբ • Լեզուները առնվազն Ռուսերեն, անգլերեն • Ներքին բարկոդի կարդալու հանարավորություն • Ռեակցիոն կյուվետների բազմաստիճան լվացման կայան • Չափման մեթոդներ՝ ֆոտոմետրիա (կալորիմետրիա, UV-test, տուրբոդիմետրիա) • Քննության մեթոդներ՝ բիքրոմատիկ փորձ/ռեագենտ վերահսկում,

						կինետիկ, ֆիքսված ժամանակ, դիֆերենցված վերջնական կետերով փորձ/ռեագենտ վերահսկում • Հաշվարկի մեթոդներ՝ միակետ և բազմակետ ֆակտորով • Հաշվարկի ալգորիթմը՝ գծային (ֆակտոր, գծային, գծային ռեգրեսիոն, միջինացված), ոչ գծային, հնգավալենտ պարամետրային (սիգմոիդ), մուլտի-պարամետր (logit-log) • Յուրաքանչյուր տեստի համար 8 և ավելի ստանդարտի պահանջ Նմուշ / Վերահսկողություն / Կալիբրատոր • Նմուշի տեսակ՝ Շիճուկ, պլազմա, մեզ, ընդհանուր արյուն, և այլն • Նմուծառման ծավալը՝ առնվազն 2-300 մկլ/թեստ • Շարունակական ներմուծման հնարավորությամբ • Նախնական նոսրացում՝ ավտոմատ (ասեղում կամ ռեակցիոն փորձանոթում) • Հետնոսրացումը՝ ավտոմատ (արտասովոր չափաքանակների, սուբստրատի չափից ավելի արտածծման կամ պահանջվող քանակից քիչ լինելու դեպքում) • 30 ից ավելի ռեագենտների համար նախատեսված դիրքերի առկայություն • 60 ից ավելի

						նմուշների համար նախատեսված դիրքերի առկայություն • Ռեակցիոն սկավառակը և ինկուբացիոն դիրքերը՝ ոչ պակաս քան 80 լվացվող բազմակի օգտագործման կյուվետով • Մինիմալ և մաքսիմալ ռեակցիոն ծավալները ոչ ավել քան 210 և 350 մկլ • Կյուվետների լվացման կայան ՝ առնվազն 8 աստիճան և 8 ասեղներով, 2 տեսակի լվացման շշեր համակարգային և հեղուկ լվացման լուծույթներ • Ինկուբատորը՝ 37±0,2 աստիճան օդային տաքացում • Ինկուբացիոն ժամանակը՝ առավելագույնը 795 վրկ ներառյալ ինկուբացիոն և ստուգման ժամանակաները Հեղուկի ներբեռնում • Հեղուկի տեղափոխման պիպետային արմունկի առկայություն • Հեղուկի մակարդակի տվիչների առկայություն յուրաքանչյուր կյուվետի համար • Ջոնդի բախման հայտնաբերման հորիզոնական համակարգի առկայություն • Ջրի սպառում ՝ 2լ/ժ ից պակաս (8մլ/տեստ) • Ջրի որակը՝ 10uS ֆիլտրացիա, դեստիլացված դեիոնիզացված • Կարդացող

						համակարգը մոնո և բիխրոմատկ, ինտերֆերենցիոն ֆիլտրի առկայություն • Օպտիկական համակարգը՝ ինտերֆերենցիոն ֆիլտրեր • Լույսի աղբյուրը՝ հալոգեն լամպ • Լույսի սպեկտորի տիրույթը առնվազն 340-900նմ • Առնվազն 9 ներկառուցված ալիքի երկարություն , որոնցից պարտադիր՝ 340, 405, 505, 546, 578, 600, 650, 700 նմ առկայություն ± 2 նմ սխալի հնարավությամբ • Ընդունիչը՝ Սիլիկոնային ֆոտոտվիչ • Աբսորբցիայի տիրույթը՝ 0-2,5 OD • Աբսորբցիայի ճշտությունը ոչ ավել քան ՝ 0,0001 OD • Հիշողության չսահմանափակվող առկայություն՝ փորձերի համար, կալիբրացիայի համար, պացիենտների տվյալների համար, QC տվյալների համար, աբսորբցիոն կորի համար, • Վերահսկման առնվազն 3 մակարդակ • Համակարգչին միանալու հնարավորություն • Երկկողմանի LIS կապի առկայություն Լրակազմում պետք է ներառվի հետևյալ հետազոտությունների համար նախատեսված ռեագենտները

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍԲԿ-ԷԱՃԱՊ 2024-14 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Клинический автоматический биохимический анализатор	Клинический автоматический биохимический анализатор	Клинический автоматический биохимический анализатор	Клинический автоматический биохимический анализатор	Клинический автоматический биохимический анализатор для определения Na+, K+, Ca++, Ca2+, глюкозы, мочевины, креатинина, общего белка, альбумина, общего билирубина, прямого билирубина, АЛТ, АСТ, щелочной фосфатазы, гамма-глютамилтранспептидазы, амилазы, холестерина, триглицеридов, ЛПВП, ЛПНП, мочевой кислоты, железа, магния, фосфора, С-реактивного белка, антистрептолизина-О, ревматоидного фактора, ферритина, D-димера, прокальцитонина, гликозилированного гемоглобина, витамина D, тиреотропного гормона/тиреостимулирующего гормона, свободного трийодтиронина, свободного тироксина, простатического специфического антигена, общего тестостерона, кортизола, инсулина, ферритина, фолиевой кислоты, витамина B12, ПТГ, эстрадиола, прогестерона, ХГЧ, ЛГ, ФСГ, пролактина, ТТГ, свободного трийодтиронина, свободного тироксина, антител к тиреоглобулину, антител к тиреоидной пероксидазе, антител к рецептору ТТГ, антител к циклическому цитруллинированному пептиду, ревматоидного фактора, С-реактивного белка, антистрептолизина-О, прокальцитонина, D-димера, ферритина, ПСА, общего тестостерона, кортизола, инсул

					նավիգատիվ վահանակներ դիֆերենցված թվային կետերով համարակալված տեսախցիկներ, օդային տրանսպորտային միջոցների բազմաթիվ կառավարման ինտերֆեյսներ, ինքնաթիռի ավտոմատ թռիչքի համակարգ՝ թռիչքի ընթացքում ինքնաթիռի կառավարման համար, ուղղորդման համակարգ՝ ինքնաթիռի ուղղությունը որոշելու համար, հնգավեկտորային (սիմուլյատորի ներսում ինքնաթիռի շարժումը նկարագրող) ինքնաթիռի շարժիչ համակարգ, ISO 9001, ISO 13485, ISO 14971, CE
					/ Կալիբրատոր • Նմուշի տեսակ՝ Շիճուկ, պլազմա, մեզ, ընդհանուր արյուն, և այլն • Նմուծառման ծավալը՝ առնվազն 2-300 մկլ/թեստ • Շարունակական ներմուծման հնարավորությամբ • Նախնական նոսրացում՝ ավտոմատ (ասեղում կամ ռեակցիոն փորձանոթում) • Հետնոսրացումը՝ ավտոմատ (արտասովոր չափաքանակների, սուբստրատի չափից ավելի արտածծման կամ պահանջվող քանակից քիչ լինելու դեպքում) • 30 ից ավելի ռեագենտների համար նախատեսված դիրքերի առկայություն • 60 ից ավելի

						նմուշների համար նախատեսված դիրքերի առկայություն • Ռեակցիոն սկավառակը և ինկուբացիոն դիրքերը՝ ոչ պակաս քան 80 լվացվող բազմակի օգտագործման կյուվետով • Մինիմալ և մաքսիմալ ռեակցիոն ծավալները ոչ ավել քան 210 և 350 մկլ • Կյուվետների լվացման կայան ՝ առնվազն 8 աստիճան և 8 ասեղներով, 2 տեսակի լվացման շշեր համակարգային և հեղուկ լվացման լուծույթներ • Ինկուբատորը՝ 37±0,2 աստիճան օդային տաքացում • Ինկուբացիոն ժամանակը՝ առավելագույնը 795 վրկ ներառյալ ինկուբացիոն և ստուգման ժամանակաները Հեղուկի ներբեռնում • Հեղուկի տեղափոխման պիպետային արմունկի առկայություն • Հեղուկի մակարդակի տվիչների առկայություն յուրաքանչյուր կյուվետի համար • Ջոնդի բախման հայտնաբերման հորիզոնական համակարգի առկայություն • Ջրի սպառում ՝ 2լ/ժ ից պակաս (8մլ/տեստ) • Ջրի որակը՝ 10uS ֆիլտրացիա, դեստիլացված դեիոնիզացված • Կարդացող

						համակարգը մոնո և բիխրոմատկ, ինտերֆերենցիոն ֆիլտրի առկայություն • Օպտիկական համակարգը՝ ինտերֆերենցիոն ֆիլտրեր • Լույսի աղբյուրը՝ հալոգեն լամպ • Լույսի սպեկտորի տիրույթը առնվազն 340-900նմ • Առնվազն 9 ներկառուցված ալիքի երկարություն , որոնցից պարտադիր՝ 340, 405, 505, 546, 578, 600, 650, 700 նմ առկայություն ± 2 նմ սխալի հնարավությամբ • Ընդունիչը՝ Սիլիկոնային ֆոտոտվիչ • Աբսորբցիայի տիրույթը՝ 0-2,5 OD • Աբսորբցիայի ճշտությունը ոչ ավել քան ՝ 0,0001 OD • Հիշողության չսահմանափակվող առկայություն՝ փորձերի համար, կալիբրացիայի համար, պացիենտների տվյալների համար, QC տվյալների համար, աբսորբցիոն կորի համար, • Վերահսկման առնվազն 3 մակարդակ • Համակարգչին միանալու հնարավորություն • Երկկողմանի LIS կապի առկայություն Լրակազմում պետք է ներառվի հետևյալ հետազոտությունների համար նախատեսված ռեագենտները

						առնվազն 100 քննության համար յուրաքանչյուրը՝ ալբումին, տոտալ սպիտակուց, ալանին, ամինոտրանսֆերազա, ասպարտատ, լակտատ դեհիդրոգենազա, գամմա-գլըւտամիլտրանսֆերազա, L-ամիլազա, դիաստազա, ալկալին ֆոսֆատազա, տոտալ բիլիռուբին, ուղակի բիլիռուբին, տոտալ խոլեստերին, բարձր խտության լիպոպրոտեինների խոլեստերին , ցածր խտության լիպոպրոտեինների խոլեստերին, եռգլիցերիդներ, միզաթթու, կրեատինին, միզանյութ, գլյուկոզա, Na+, K+, Ca++, Ca2+, երկաթ, մագնեզիում, ֆոսֆոր, Ց-ռեակտիվ սպիտակուց, անտիստրեպտոլիզին-O, բարձր զգայունության ռեվմատոիդ ֆակտոր, ֆերրիտին, Դ-դիմեր, կրեատինին կինազա, գլիկոհեմոգլոբին, վիտամին Դ, էթանոլ, հոմոցիստեին, լիպազա, զինկ, պղինձ: Սարքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, արտադրված ոչ ուշ քան մատակարարման օրից 12 ամսվա ընթացքում, ներառի լիարժեք աշխատանքի համար

					նախատեսված բոլոր պարագաները այդ թվում սարքին համապատասխան համակարգիչը, on-line տիպի անխափան սնուցման աղբյուրը, աշխատանքի համար անհրաժեշտ բոլոր հեղուկները և կալիբրատորները, տեղադրումը, ուսուցումը, առնվազն 12 ամիս երաշխիք: Որակի սերտիֆիկատների պարտադիր առկայություն առնվազն՝ EMAS III, ISO 9001, ISO 13485: 2016, ISO 14971, CE: