# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

Տելիա-Մեդ ՓԲԸ-ն ՍԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/52 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 3 | Flower Medical | Flower Medical FM-200D | FM-200D | Flower Medical | "Տարողությունը 200լ, Տեսակը` հորիզոնական, Խցիկի պատրաստման նյութը` կոռոզիակայուն, չժանգոտվող պողպատ Դարակի առկայություն Աշխատանքային ճնշումը` 0,1-ից 0.2ՄՊա Առավելագույն ջերմաստիճանը` 136°C Ջերմաստիճանի միջակայք` 105°-136°C Նախա և հետստերիլիզացիոն վակուումային փուլի առկայություն Ավտոմատացված կառավարման հնարավորություն Դռան փականը` ավտոմատ վերահսկողության |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | հմարավորությամբ Էկրանը՝ հեղուկ-բյուրեղյա սենսորային Հզորությունը՝ 15ԿՎԱ Սնուցման աղբյուրը՝ 380V, 50Hz Օգտագործողի ձեռնարկի առկայություն Օգտվողի գոլորշակայուն հանդերձանքի առկայություն՝ պաշտպանիչ գոգնոց, ակնոց և ձեռնոցներ 1.1 Որակը հավաստող CE Conformité Européenne Administration հավաստագիր և ISO 13485 1.2 ՈՒղեկցող ձեռնարկ՝ անգլերեն 2. Սարքի և սպասարկման համար սահմանվում է առնվազն 365 օրացուցային օր երաշխիքային ժամկետ՝ սարքը պատվիրատուի կողմից ընդունելու (տեղադրումից, կարգաբերումից, ուսուցումից և շահագործման հանձնելու) օրվա հաջորդող օրվանից: 3. Երաշխիքային ժամկետում անսարքությունը կվերացվի մինչև 30 օրացույցային օրվա ընթացքում, եթե կողմերի միջև այլ ժամկետ սահմանված չէ, սահմանված ժամկետում անսարքությունը չվերացնելու դեպքում պայմանագիրն ենթակա է միակողմանի լուծման: 4. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Մատակարարման ենթակա ապրանքատեսակը կլինի 2024թթ. արտադրության, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ , չլինի վերաթողարկված (not refurbished), 5.Կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված ապրանքի տեխնիկական բնութագրին համապատասխանող և դրա որևէ բաղադրիչի գծով որակական հատկանիշները գերազանցող ապրանքներ մատակարարելու դեպքում հնարավոր է ապրանքի ընդունումը, եթե առկա է հայտը նախագծող ներկայացուցչի (ներկայացուցիչների) գրավոր մասնագիտական եզրակացությունը: |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

ЗАО Телиа-Мед в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/52 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 3 | - | - | - | - | - |