

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ինտերմեդի Գրուպ ՍՊԸ-ն ՍԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/52 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	EVIS X1 BF-H1100	EVIS X1 BF-H1100	EVIS X1 BF-H1100	ՕԼԻՄՊՈՒՍ	Ախտորոշիչ վիդեոբրոնխոսկոպ նախատեսված Olympus մակնիշի CV-190 plus տեսահամակարգի համար: Ախտորոշիչ վիդեոբրոնխոսկոպ պատկերի որակը՝ HDTV, 4,9 մմ տրամագծով: 2.2 մմ գործիքային ալիքով և պտտվող ներդիր խողովակով: NBI նեղ սպեկտրի պատկերման ռեժիմի հնարավորություն: Տեսաբրոնխոսկոպը պետք է համատեղելի լինի կլինիկայում առկա Olympus EVIX EXERA III CV-190 Plus տեսահամակարգի հետ: Տեսադաշտը՝ 120°, դիտման

ուղղությունը ուղիղ, տեսադաշտի խորությունը՝ 3-100 մմ: Դիստալ ծայրի արտաքին տրամագիծը՝ 4.9 մմ: Ներդիր խողովակի արտաքին տրամագիծը՝ 4.9 մմ:
Աշխատանքային երկարությունը՝ 600 մմ: Ներդիր խողովակի պտտման գործառույթի հնարավորություն: Ճկման անկյուն՝ վերև 210°/ներքև 130°:
Համատեղելի է
Էլեկտրակոագուլյացիա գործիքների հետ: Աջակցվող հետազոտական ռեժիմներ (եթե առկա է CV-1500 վիդեո համակարգը)՝ TXI, NBI, RDI •
Սարքը ունի պաշտոնական համատեղելիություն կլինիկայում առկա CV-190 Plus համակարգի հետ: Նոր է, չօգտագործված, չվերաթողարկված: Արժեքն իր մեջ ներառում է՝ տեղադրումը, մոնտաժը, կարգավորումները:
Բժշկական անձնակազմի ուսուցման եւ տեխնիկական սպասարկման համար տեսաբրոնխոսկոպն արտադրող կազմակերպության որակավորում ստացած մասնագետի կողմից անձնակազմի ուսուցման ապահովում: 1.

Մատակարարման պահին ապրանքը ունի հետևյալ ուղեկցող փաստաթղթերը. 1.1 Որակը հավաստող CE Conformité Européenne կամ ISO 1.2 Ուղեկցող ձեռնարկ՝ անգլերեն: 2. Սարքի և սպասարկման համար սահմանվում է՝ 365 օրացուցային օր երաշխիքային ժամկետ՝ սարքը պատվիրատուի կողմից ընդունելու (տեղադրումից, կարգաբերումից, ուսուցումից և շահագործման հանձնելու) օրվա հաջորդող օրվանից: 3. Երաշխիքային ժամկետում մատակարարը պարտավոր է անսարքությունը վերացնել մինչև 30 օրացույցային օրվա ընթացքում, եթե կողմերի միջև այլ ժամկետ սահմանված չէ, սահմանված ժամկետում անսարքությունը չվերացնելու դեպքում պայմանագիրն ենթակա է միակողմանի լուծման: 4. Մատակարարման ենթակա ապրանքատեսակը 2024թ. արտադրության, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ , չլինի վերաթողարկված (not refurbished), 5.Կնքվելիք

				<p>պայմանագրով նախատեսված ապրանքի տեխնիկական բնութագրին համապատասխանող և դրա որևէ բաղադրիչի գծով որակական հատկանիշները գերազանցող ապրանքներ մատակարարելու դեպքում հնարավոր է ապրանքի ընդունումը, եթե առկա է հայտը նախագծող ներկայացուցչի (ներկայացուցիչների) գրավոր մասնագիտական եզրակացությունը:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Интермед Групп в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQF4-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/52 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	EVIS X1 BF-H1100	EVIS X1 BF-H1100	EVIS X1 BF-H1100	ՕԼԻՄՊԻՍ	<p>Ախտորոշիչ վիդեոբրոնխոսկոպ նախատեսված Olympus մակնիշի CV-190 plus տեսահամակարգի համար: Ախտորոշիչ վիդեոբրոնխոսկոպ պատկերի որակը՝ HDTV, 4,9 մմ տրամագծով: 2.2 մմ գործիքային ալիքով և պտտվող ներդիր խողովակով: NBI նեղ սպեկտրի պատկերման ռեժիմի հնարավորություն:</p> <p>Տեսաբրոնխոսկոպը պետք է համատեղելի լինի կլինիկայում առկա Olympus EVIX EXERA III CV-190 Plus տեսահամակարգի հետ: Տեսադաշտը՝ 120°, դիտման</p>

ուղղությունը ուղիղ, տեսադաշտի խորությունը՝ 3-100 մմ: Դիստալ ծայրի արտաքին տրամագիծը՝ 4.9 մմ: Ներդիր խողովակի արտաքին տրամագիծը՝ 4.9 մմ:
Աշխատանքային երկարությունը՝ 600 մմ: Ներդիր խողովակի պտտման գործառույթի հնարավորություն: Ճկման անկյուն՝ վերև 210°/ներքև 130°:
Համատեղելի է
Էլեկտրակոագուլյացիա գործիքների հետ: Աջակցվող հետազոտական ռեժիմներ (եթե առկա է CV-1500 վիդեո համակարգը)՝ TXI, NBI, RDI •
Սարքը ունի պաշտոնական համատեղելիություն կլինիկայում առկա CV-190 Plus համակարգի հետ: Նոր է, չօգտագործված, չվերաթողարկված: Արժեքն իր մեջ ներառում է՝ տեղադրումը, մոնտաժը, կարգավորումները:
Բժշկական անձնակազմի ուսուցման եւ տեխնիկական սպասարկման համար տեսաբրոնխոսկոպն արտադրող կազմակերպության որակավորում ստացած մասնագետի կողմից անձնակազմի ուսուցման ապահովում: 1.

Մատակարարման պահին ապրանքը ունի հետևյալ ուղեկցող փաստաթղթերը. 1.1 Որակը հավաստող CE Conformité Européenne կամ ISO 1.2 Ուղեկցող ձեռնարկ՝ անգլերեն: 2. Սարքի և սպասարկման համար սահմանվում է՝ 365 օրացուցային օր երաշխիքային ժամկետ՝ սարքը պատվիրատուի կողմից ընդունելու (տեղադրումից, կարգաբերումից, ուսուցումից և շահագործման հանձնելու) օրվա հաջորդող օրվանից: 3. Երաշխիքային ժամկետում մատակարարը պարտավոր է անսարքությունը վերացնել մինչև 30 օրացույցային օրվա ընթացքում, եթե կողմերի միջև այլ ժամկետ սահմանված չէ, սահմանված ժամկետում անսարքությունը չվերացնելու դեպքում պայմանագիրն ենթակա է միակողմանի լուծման: 4. Մատակարարման ենթակա ապրանքատեսակը 2024թ. արտադրության, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ , չլինի վերաթողարկված (not refurbished), 5.Կնքվելիք

				<p>պայմանագրով նախատեսված ապրանքի տեխնիկական բնութագրին համապատասխանող և դրա որևէ բաղադրիչի գծով որակական հատկանիշները գերազանցող ապրանքներ մատակարարելու դեպքում հնարավոր է ապրանքի ընդունումը, եթե առկա է հայտը նախագծող ներկայացուցչի (ներկայացուցիչների) գրավոր մասնագիտական եզրակացությունը:</p>
--	--	--	--	---