

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ինտերմեդի Գրուպ ՍՊԸ-ն ՍԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/52 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |                  |                        |  |
|--------------------|-----------------------|---------------------|------------------|------------------------|--|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը          | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 1                  | EVIS X1 BF-H1100      | EVIS X1 BF-H1100    | EVIS X1 BF-H1100 | ՕԼԻՄՊՈՒՍ               | Ախտորոշիչ վիդեոբրոնխոսկոպ<br>նախատեսված Olympus մակնիշի<br>CV-190 plus տեսահամակարգի<br>համար: Ախտորոշիչ<br>վիդեոբրոնխոսկոպ պատկերի<br>որակը՝ HDTV, 4,9 մմ տրամագծով:<br>2.2 մմ գործիքային ալիքով և<br>պտտվող ներդիր խողովակով: NBI<br>նեղ սպեկտրի պատկերման ռեժիմի<br>հնարավորություն:<br>Տեսաբրոնխոսկոպը պետք է<br>համատեղելի լինի կլինիկայում<br>առկա Olympus EVIX EXERA III<br>CV-190 Plus տեսահամակարգի հետ:<br>Տեսադաշտը՝ 120°, դիտման |

ուղղությունը ուղիղ, տեսադաշտի խորությունը՝ 3-100 մմ: Դիստալ ծայրի արտաքին տրամագիծը՝ 4.9 մմ: Ներդիր խողովակի արտաքին տրամագիծը՝ 4.9 մմ:  
Աշխատանքային երկարությունը՝ 600 մմ: Ներդիր խողովակի պտտման գործառույթի հնարավորություն: Ճկման անկյուն՝ վերև 210°/ներքև 130°:  
Համատեղելի է  
Էլեկտրակոագուլյացիա գործիքների հետ: Աջակցվող հետազոտական ռեժիմներ (եթե առկա է CV-1500 վիդեո համակարգը)՝ TXI, NBI, RDI •  
Սարքը ունի պաշտոնական համատեղելիություն կլինիկայում առկա CV-190 Plus համակարգի հետ: Նոր է, չօգտագործված, չվերաթողարկված: Արժեքն իր մեջ ներառում է՝ տեղադրումը, մոնտաժը, կարգավորումները:  
Բժշկական անձնակազմի ուսուցման եւ տեխնիկական սպասարկման համար տեսաբրոնխոսկոպն արտադրող կազմակերպության որակավորում ստացած մասնագետի կողմից անձնակազմի ուսուցման ապահովում: 1.

Մատակարարման պահին ապրանքը ունի հետևյալ ուղեկցող փաստաթղթերը. 1.1 Որակը հավաստող CE Conformité Européenne կամ ISO 1.2 Ուղեկցող ձեռնարկ՝ անգլերեն: 2. Սարքի և սպասարկման համար սահմանվում է՝ 365 օրացուցային օր երաշխիքային ժամկետ՝ սարքը պատվիրատուի կողմից ընդունելու (տեղադրումից, կարգաբերումից, ուսուցումից և շահագործման հանձնելու) օրվա հաջորդող օրվանից: 3. Երաշխիքային ժամկետում մատակարարը պարտավոր է անսարքությունը վերացնել մինչև 30 օրացույցային օրվա ընթացքում, եթե կողմերի միջև այլ ժամկետ սահմանված չէ, սահմանված ժամկետում անսարքությունը չվերացնելու դեպքում պայմանագիրն ենթակա է միակողմանի լուծման: 4. Մատակարարման ենթակա ապրանքատեսակը 2024թ. արտադրության, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ , չլինի վերաթողարկված (not refurbished), 5.Կնքվելիք

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>պայմանագրով նախատեսված<br/>ապրանքի տեխնիկական<br/>բնութագրին համապատասխանող և<br/>դրա որևէ բաղադրիչի գծով<br/>որակական հատկանիշները<br/>գերազանցող ապրանքներ<br/>մատակարարելու դեպքում<br/>հնարավոր է ապրանքի ընդունումը,<br/>եթե առկա է հայտը նախագծող<br/>ներկայացուցչի<br/>(ներկայացուցիչների) գրավոր<br/>մասնագիտական եզրակացությունը:</p> |
|--|--|--|--|---|

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Интермед Групп в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQF4-EDXU72P-24/52 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |                  |                  |                            |  |
|------------|------------------------|------------------|------------------|----------------------------|--|
|            | фирменное наименование | товарный знак    | марка            | наименование производителя | технические характеристики   |
| 1          | EVIS X1 BF-H1100       | EVIS X1 BF-H1100 | EVIS X1 BF-H1100 | ՕԼԻՄՊԻՍ                    | Ախտորոշիչ վիդեոբրոնխոսկոպ նախատեսված Olympus մակնիշի CV-190 plus տեսահամակարգի համար: Ախտորոշիչ վիդեոբրոնխոսկոպ պատկերի որակը՝ HDTV, 4,9 մմ տրամագծով: 2.2 մմ գործիքային ալիքով և պտտվող ներդիր խողովակով: NBI նեղ սպեկտրի պատկերման ռեժիմի հնարավորություն: Տեսաբրոնխոսկոպը պետք է համատեղելի լինի կլինիկայում առկա Olympus EVIX EXERA III CV-190 Plus տեսահամակարգի հետ: Տեսադաշտը՝ 120°, դիտման |

ուղղությունը ուղիղ, տեսադաշտի խորությունը՝ 3-100 մմ: Դիստալ ծայրի արտաքին տրամագիծը՝ 4.9 մմ: Ներդիր խողովակի արտաքին տրամագիծը՝ 4.9 մմ:  
Աշխատանքային երկարությունը՝ 600 մմ: Ներդիր խողովակի պտտման գործառույթի հնարավորություն: Ճկման անկյուն՝ վերև 210°/ներքև 130°:  
Համատեղելի է  
Էլեկտրակոագուլյացիա գործիքների հետ: Աջակցվող հետազոտական ռեժիմներ (եթե առկա է CV-1500 վիդեո համակարգը)՝ TXI, NBI, RDI •  
Սարքը ունի պաշտոնական համատեղելիություն կլինիկայում առկա CV-190 Plus համակարգի հետ: Նոր է, չօգտագործված, չվերաթողարկված: Արժեքն իր մեջ ներառում է՝ տեղադրումը, մոնտաժը, կարգավորումները:  
Բժշկական անձնակազմի ուսուցման եւ տեխնիկական սպասարկման համար տեսաբրոնխոսկոպն արտադրող կազմակերպության որակավորում ստացած մասնագետի կողմից անձնակազմի ուսուցման ապահովում: 1.

Մատակարարման պահին ապրանքը ունի հետևյալ ուղեկցող փաստաթղթերը. 1.1 Որակը հավաստող CE Conformité Européenne կամ ISO 1.2 Ուղեկցող ձեռնարկ՝ անգլերեն: 2. Սարքի և սպասարկման համար սահմանվում է՝ 365 օրացուցային օր երաշխիքային ժամկետ՝ սարքը պատվիրատուի կողմից ընդունելու (տեղադրումից, կարգաբերումից, ուսուցումից և շահագործման հանձնելու) օրվա հաջորդող օրվանից: 3. Երաշխիքային ժամկետում մատակարարը պարտավոր է անսարքությունը վերացնել մինչև 30 օրացույցային օրվա ընթացքում, եթե կողմերի միջև այլ ժամկետ սահմանված չէ, սահմանված ժամկետում անսարքությունը չվերացնելու դեպքում պայմանագիրն ենթակա է միակողմանի լուծման: 4. Մատակարարման ենթակա ապրանքատեսակը 2024թ. արտադրության, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ , չլինի վերաթողարկված (not refurbished), 5.Կնքվելիք

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>պայմանագրով նախատեսված<br/>ապրանքի տեխնիկական<br/>բնութագրին համապատասխանող և<br/>դրա որևէ բաղադրիչի գծով<br/>որակական հատկանիշները<br/>գերազանցող ապրանքներ<br/>մատակարարելու դեպքում<br/>հնարավոր է ապրանքի ընդունումը,<br/>եթե առկա է հայտը նախագծող<br/>ներկայացուցչի<br/>(ներկայացուցիչների) գրավոր<br/>մասնագիտական եզրակացությունը:</p> |
|--|--|--|--|---|