

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ինտերմեդի Գրուպ ՍՊԸ-ն ՍԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/52 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի |                  |          |                     |   |
|-----------------|--------------------|------------------|----------|---------------------|---|
|                 | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը  | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 2               | BF-XP190           | BF-XP190         | BF-XP190 | ՕԼԻՄՊՈՒՍ            | Ախտորոշիչ վիդեոբրոնխոսկոպ նախատեսված Olympus մակնիշի CV-190 plus տեսահամակարգի համար: Առավելությունները: NBI Նեդ սպեկտրի պատկերման ռեժիմի հնարավորություն: Ներմուծվող մասի տրամագիծը՝ 2.8 մմ :Հեռավոր վերջավորության տրամագիծը՝ 3.1 մմ: Գործիքային անցուղու տրամագիծը՝ 1.2 մմ: Ճկման անկյուն Վերև/ներքև 210° / 130°: Տեսադաշտ՝ 110° : Հստակության խորությունը՝ 2-50 մմ: Աշխատանքային երկարությունը՝ 600 մմ: Տեսադաշտի ուղղությունը՝ |

Ուղիղ: Պատման գործառույթ՝ Առկա:  
Սարքը ունի պաշտոնական  
համատեղելիություն կլինիկայում  
առկա CV-190 Plus համակարգի  
հետ: Նոր է, չօգտագործված,  
չվերաթողարկված: Արժեքն իր մեջ  
ներառում է՝ տեղադրումը,  
մոնտաժը, կարգավորումները:  
Բժշկական անձնակազմի ուսուցման  
եւ տեխնիկական սպասարկման  
համար տեսաբրոնխոսկոպան  
արտադրող կազմակերպության  
որակավորում ստացած  
մասնագետի կողմից անձնակազմի  
ուսուցման ապահովում:1.  
Մատակարարման պահին  
ապրանքը ունի հետևյալ ուղեկցող  
փաստաթղթերը. 1.1 Որակը  
հավաստող CE Conformité  
Européenne ISO 13485 1.2 Ուղեկցող  
ձեռնարկ՝ առնվազն անգլերեն կամ  
ռուսերեն լեզուներով: 2. Սարքի և  
սպասարկման համար սահմանվում  
է առնվազն 365 օրացուցային օր  
երաշխիքային ժամկետ՝ սարքը  
պատվիրատուի կողմից ընդունելու  
(տեղադրումից, կարգաբերումից,  
ուսուցումից և շահագործման  
հանձնելու) օրվա հաջորդող

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>օրվանից: 3. Երաշխիքային ժամկետում մատակարարը պարտավոր է անսարքությունը վերացնել մինչև 30 օրացույցային օրվա ընթացքում, եթե կողմերի միջև այլ ժամկետ սահմանված չէ, սահմանված ժամկետում անսարքությունը չվերացնելու դեպքում պայմանագիրն ենթակա է միակողմանի լուծման: 4. Մատակարարման ենթակա ապրանքատեսակը պետք է լինի 2024թթ. արտադրության, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ , չլինի վերաթողարկված (not refurbished), 5. Կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված ապրանքի տեխնիկական բնութագրին համապատասխանող և դրա որևէ բաղադրիչի գծով որակական հատկանիշները գերազանցող ապրանքներ մատակարարելու դեպքում հնարավոր է ապրանքի ընդունումը, եթե առկա է հայտը նախագծող ներկայացուցչի (ներկայացուցիչների) գրավոր մասնագիտական եզրակացությունը:</p> |
|--|--|--|--|--|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Интермед Групп в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQF4-EDXU72P-24/52 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |          |                            |   |
|------------|------------------------|---------------|----------|----------------------------|---|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка    | наименование производителя | технические характеристики  |
| 2          | BF-XP190               | BF-XP190      | BF-XP190 | ՕԼԻՄՊԻՍ                    | Ախտորոշիչ վիդեոբրոնխոսկոպ նախատեսված Olympus մակնիշի CV-190 plus տեսահամակարգի համար: Առավելությունները: NBI նեղ սպեկտրի պատկերման ռեժիմի հնարավորություն: Ներմուծվող մասի տրամագիծը՝ 2.8 մմ :Հեռավոր վերջավորության տրամագիծը՝ 3.1 մմ: Գործիքային անցուղու տրամագիծը՝ 1.2 մմ: Ճկման անկյուն Վերև/ներքև 210° / 130°: Տեսադաշտ՝ 110° : Հստակության խորությունը՝ 2-50 մմ: Աշխատանքային երկարությունը՝ 600 մմ: Տեսադաշտի ուղղությունը՝ |

Ուղիղ: Պատման գործառույթ՝ Առկա:  
Սարքը ունի պաշտոնական  
համատեղելիություն կլինիկայում  
առկա CV-190 Plus համակարգի  
հետ: Նոր է, չօգտագործված,  
չվերաթողարկված: Արժեքն իր մեջ  
ներառում է՝ տեղադրումը,  
մոնտաժը, կարգավորումները:  
Բժշկական անձնակազմի ուսուցման  
եւ տեխնիկական սպասարկման  
համար տեսաբրոնխոսկոպան  
արտադրող կազմակերպության  
որակավորում ստացած  
մասնագետի կողմից անձնակազմի  
ուսուցման ապահովում:1.  
Մատակարարման պահին  
ապրանքը ունի հետևյալ ուղեկցող  
փաստաթղթերը. 1.1 Որակը  
հավաստող CE Conformité  
Européenne ISO 13485 1.2 Ուղեկցող  
ձեռնարկ՝ առնվազն անգլերեն կամ  
ռուսերեն լեզուներով: 2. Սարքի և  
սպասարկման համար սահմանվում  
է առնվազն 365 օրացուցային օր  
երաշխիքային ժամկետ՝ սարքը  
պատվիրատուի կողմից ընդունելու  
(տեղադրումից, կարգաբերումից,  
ուսուցումից և շահագործման  
հանձնելու) օրվա հաջորդող

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>օրվանից: 3. Երաշխիքային ժամկետում մատակարարը պարտավոր է անսարքությունը վերացնել մինչև 30 օրացույցային օրվա ընթացքում, եթե կողմերի միջև այլ ժամկետ սահմանված չէ, սահմանված ժամկետում անսարքությունը չվերացնելու դեպքում պայմանագիրն ենթակա է միակողմանի լուծման: 4. Մատակարարման ենթակա ապրանքատեսակը պետք է լինի 2024թթ. արտադրության, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ , չլինի վերաթողարկված (not refurbished), 5. Կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված ապրանքի տեխնիկական բնութագրին համապատասխանող և դրա որևէ բաղադրիչի գծով որակական հատկանիշները գերազանցող ապրանքներ մատակարարելու դեպքում հնարավոր է ապրանքի ընդունումը, եթե առկա է հայտը նախագծող ներկայացուցչի (ներկայացուցիչների) գրավոր մասնագիտական եզրակացությունը:</p> |
|--|--|--|--|--|