ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իվաֆարմ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/317 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	հիվանդների վիճակի հսկողության համակարգ uMEC 150	uMEC 150	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.	Հիվանդի հսկողության մոնիտորի համակարգ Հիվանդի մոնիտորի էկրանի չափը՝ 15.6’’ , գունավոր հպումային, LCD Մոնիտորինգի պարամետրերը ներառում են ՝ ԷՍԳ, RESP, NIBP, SPO2,IBP, TEMP2 S-T սեգմենտի և 27 տեսակի առիթմիայի վերլուծություն: NIBP ռեժիմում ավելցուկային ճնշումից երկակի պաշտպանություն ԷՍԳ/ համաձայն IEC 60601-2-27:2012 Ուղիները՝ 3/5 I, II, III, aVR, aVL, aVF, V Ցուցադրամն զգայունությունը՝ Auto, 2.5mm/mV(x0.25), 5 mm/mV(x0.5), 10mm/mV(x1.0), 20mm/mV(x2.0), 40mm/mV(x4.0) Ուժեղացման ընրություն ՝ x0.125, x0.25, x0.5, x1, x2, x4, auto Sweep Speed (mm/s)՝ 12.5, 25, 50 Թողունակությունը դիագնոստիկ ռեժիմում՝ 0.05-150 Hz Մոնիտորինգ ռեժիմում ՝ 0.5-40 Hz Վիրաբուժական ռեժիմում ՝1-25 Hz Ուժեղ ռեժիմում 2-20 Hz Սրտի զարկերի միջակայքը

				bpm՝ Մեծահասակների դեպքում ՝ 10-300 Մանկական և նորածին՝ 10-350 RESP: Շնչառության հաճախականություն: Շնչառության ձև: Մեթոդը՝ Տրանս-տորակալ բիո-իմպենդաս Միջակայքը՝ Lead RA-LA, RA-LL, LA-RL,LL-RL Չափման միջակայքը՝0-200 rpm, Սկանավորման արագությունը (mm/s)՝ 3 mm/s, 6.25 mm/s, 12.5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s: SpO2 Թթվածնով հագեցվածություն, պուլսի հաճախականություն, պլետիզմոգրամմա: Համաձայն ISO 80601-2-61: 2017 Չափման միջակայքը՝ 0-100% Ճշգրտությունը (70-100%) / Մեծահասակ/մանկական - ±2 % -նորածին՝ ±3 % Պերֆուզիան ինդեքս՝ 0.05-20 % Զարկերակային պուլսի միջակայքը (bpm) – 20-300 NIBP: Սիստոլիկ Զարկերակային ճնշում, դիաստոլիկ զարկերակային ճնշում, միջին ճնշում: Մեթոդը՝ Ավտոմատ օսցիլոմետրիկ Գործարկամ ռեժիմները՝ Manual, Auto, STAT, Sequence, Clock; Չափման ինտերվալը ավտոմատ ռեժիմում 1/2/3/4/5/10/15/30/60/90/120/180/240/480min Պարամետրներ՝ Systolic, Diastolic, Mean Սիստոլիկ միջակայք(mmHg)՝ -Մեծահասակ - 25-290 -Մանկական- 25-240 -Նորածնային- 25-145 Դիաստոլիկ միջակայք(mmHg)՝ -Մեծահասակ – 10-250 -Մանկական- 10-220 -Նորածնային- 10-115 Միջին միջակայք(mmHg)՝ -Մեծահասակ – 10-260 -Մանկական- 10-225 -Նորածնային- 10-125: TEMP ջերմաստիճանի տվյալներ: Համաձայն ISO 80601-2-56:2018 Միջակայք ՝ 0-50 ˚C (41 to 122 ˚F) Պարամետրներ ՝ T1, T2, and TD: IBP- ինվազիվ զարկերակային ճնշում Ուղիներ 2 /4 ուղի Չափման միջակայք (mmHg)՝ -50 to 400 IBP ռեժիմի ժամանակ

				զարկերակային գծի պատկերում էկրանի վրա ET Co2 Մեթոդը՝ ջերամդիզացում Միջակայքը՝ 0.2-20 լ/ր S Թրենդ 240 ժամ Ահազանգեր՝ 1000 ֆիզիոլոգիական ահազանգ, 1000 տեխնիկական ահազանգ NIBP չափման արդյունքը՝ 1600 խումբ Մարտկոցով աշխատանքի տևողությունը 5 ժամ Համակարգչային ծրագրային ինտերֆեյս՝ RJ45, USB, քույրի կանչ Ամբողջական համակարգը բաղկացած է 20 հիվանդի մոնիտորից, որոնցից թվով 4 մոնիտորը ունի ԷՍԳ, RESP, NIBP, SPO2, TEMP2, IBP, EtCO2 և տպիչ հագեցվածությունը, 6 մոնիտոր ԷՍԳ, RESP, NIBP, SPO2, TEMP2 և տպիչ , իսկ 10 մոնիտոր ԷՍԳ, RESP, NIBP, SPO2, TEMP2 Համակարգը ներառում է նաև մոնիտորների հսկման թվով 2 ստացիոնար կենտոնական կայան և 2 շարժական կայան Ստացիոնար կայաների համակարգիչները բավարարում են հետևյալ պարամետրները՝ Core i5 11400, Cooler, Ram 16GB PC4, 2Tb HDD, մոնիտոր՝ DAHUA DHI-LM32-F200 /32՞՞ Full HD/ Շարժական կայանները տեղադրված են դյուրակիր համակարգիչների վրա և իրական ժամանակում ցուցադրում են բոլոր մոնիտորների պարամետրները ։ Մատակարարը տրամադրում է համակարգի անխափան գործարկամ համար բոլոր անհրաժեշտ պարագաները՝ մալուխներ, հանգուցային ցանցային սարքավորումներ և այլն։ Համակարգի տեղադրումը և գործարկումը կատարվում է մատակարարի կողմից։ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում։ Հիվանդի մոնիտորների երաշխիքային ժամկետը՝ 2 տարի Սարքի առաքումը և տեղադրումը

				կատարվում է մատակարարի կողմից՝ պատվիրատուի կողմից նշված հասցեով:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ивафарм ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/317 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1				