ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդպրո ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/317 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Բիստոս	ԲԹ780	Բիստոս	Հիվանդի հսկողության մոնիտորի համակարգ Հիվանդի մոնիտորի էկրանի չափը առնվազն 15.6’’ , գունավոր հպումային, LCD Մոնիտորինգի պարամետրերը ներառում են ` ԷՍԳ, RESP, NIBP, SPO2,IBP, TEMP2 S-T սեգմենտի և առնվազն 16 տեսակի առիթմիայի վերլուծություն: NIBP ռեժիմում ավելցուկային ճնշումից երկակի պաշտպանություն ԷՍԳ/ համաձայն IEC 60601-2-27:2012 Ուղիները՝ 3/5 I, II, III, aVR, aVL, aVF, V Ցուցադրամն զգայունությունը՝ Auto, 2.5mm/mV(x0.25), 5 mm/mV(x0.5), 10mm/mV(x1.0), 20mm/mV(x2.0), 40mm/mV(x4.0) Ուժեղացման ընրություն ` x0.125, x0.25, x0.5, x1, x2, x4, auto Sweep Speed (mm/s)՝ 12.5, 25, 50 Թողունակությունը դիագնոստիկ ռեժիմում՝ 0.05-100 Hz Մոնիտորինգ ռեժիմում ` 0.5-40 Hz Վիրաբուժական ռեժիմում `1-25 Hz Ուժեղ ռեժիմում 5-20 Hz Սրտի

				զարկերի միջակայքը bpm՝ Մեծահասակների դեպքում ՝ 15-300 Մանկական և նորածին՝ 15-350 RESP: Շնչառության հաճախականություն: Շնչառության ձև: Մեթոդը՝ Տրանս-տորակալ բիո-իմպենդաս Միջակայքը՝ Lead RA-LA, RA-LL,LA-RL,LL-RL Չափման միջակայքը՝0-120 rpm, Սկանավորման արագությունը (mm/s)՝ 6.25, 12.5, 25 SpO2 Թթվածնով հագեցվածություն, պուլսի հաճախականություն, պլետիզմոգրամմա: Համաձայն ISO 80601-2-61: 2017 Չափման միջակայքը՝ 0-100% Ճշգրտությունը (70-100%) / Մեծահասակ/մանկական - ±2 % -նորածին՝ ±3 % Պերֆուզիան ինդեքս՝ 0.05-20 % Զարկերակային պուլսի միջակայքը (bpm) – 25-250 NIBP Սիստոլիկ Զարկերակային ճնշում, դիաստոլիկ զարկերակային ճնշում, միջին ճնշում: Մեթոդը՝ Ավտոմատ օսցիլոմետրիկ Գործարկամ ռեժիմները՝ Manual / Auto / STAT Չափման ինտերվալը ավտոմատ ռեժիմում 1/2/3/4/5/10/15/30/60/90/120/180/240/480min Պարամետրներ՝ Systolic, Diastolic, Mean Սիստոլիկմիջակայք(mmHg)՝ -Մեծահասակ - 30-280 -Մանկական- 30-230 -Նորածնային- 30-145 Դիաստոլիկմիջակայք(mmHg)՝ -Մեծահասակ – 10-220 -Մանկական- 10-165 -Նորածնային- 10-105 Միջինմիջակայք(mmHg)՝ -Մեծահասակ – 10-240 -Մանկական- 10-175 -Նորածնային- 10-115 TEMP ջերմաստիճանի տվյալներ: Համաձայն ISO 80601-2-56:2018 Միջակայք ՝ 0-50 ˚C (41 to 122 ˚F) Պարամետրներ ՝ T1, T2, and TD IBP- ինվազիվ զարկերակային ճնշում Ուղիներ 2 /4 ուղի Չափման

				միջակայք (mmHg)՝ -50 to 400 IBP ռեժիմի ժամանակ զարկերակային գծի պատկերում էկրանի վրա ET Co2 Մեթոդը՝ ջերամդիզացում Միջակայքը՝ 0.2-20 լ/ր S Թրենդ 168 ժամ Ահազանգեր՝ 200 ֆիզիոլոգիական ահազանգ, 100 տեխնիկական ահազանգ NIBP չափման արդյունքը՝ 1000 խումբ Մարտկոցով աշխատանքի տևողությունը առնվազն 5 ժամ Համակարգչային ծրագրային ինտերֆեյս՝ RJ45, USB, քույրի կանչ Ամբողջական համակարգը պետք է բաղկացած լինի 20 հիվանդի մոնիտորից, որոնցից թվով 4 մոնիտորը պետք է ունեա ԷՍԳ, RESP, NIBP, SPO2, TEMP2, IBP, EtCO2 և տպիչ հագեցվածությունը, 6 մոնիտոր ԷՍԳ, RESP, NIBP, SPO2, TEMP2 և տպիչ , իսկ 10 մոնիտոր ԷՍԳ, RESP, NIBP, SPO2, TEMP2 Համակարգի պետք է ներառի նաև մոնիտորների հսկման թվով 2 ստացիոնար կենտոնական կայան և 2 շարժական կայան Ստացիոնար կայաների համակարգիչները առնվազն պետք է բավարարեն հետևյալ պարամետրները՝ Core i5 11400, Cooler, Ram 16GB PC4, 2Tb HDD, մոնիտոր՝ DAHUA DHI-LM32-F200 /32՞՞ Full HD/ Շարժական կայանները պետք է տեղադրված լինի դյուրակիր համակարգիչների վրա և իրական ժամանակում ցուցադրում բոլոր մոնիտորների պարամետրները ։ Մատակարարը պետք է տրամադրի համակարգի անխափան գործարկամ համար բոլոր անհրաժեշտ պարագաները՝ մալուխներ, հանգուցային ցանցային սարքավորումներ և այլն։ Համակարգի տեղադրումը և գործարկումը կատարվում է մատակարարի կողմից։ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3

				աշխատանքային օրվա ընթացում: Հիվանդի մոնիտորների երաշխիքային ժամկետը առնվազն ՝ 2 տարի Սարքի առաքումը և տեղադրումը պետք է կատարվի մատակարարի կողմից՝ պատվիրատուի կողմից նշված հասցեով:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեդպրո ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/317 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Бистос	БТ780	Бистос	Размер монитора пациента - не менее 15.6 дюймов, цветной ЖК-монитор Параметры мониторинга включают:ЭКГ, RESP, NIBP, SPO2,IBP, TEMP2, анализ сегмента S-T и не менее 16 видов аритмий. NIBP двойная защита от избыточного давления ЭКГ в соответствии с IEC 60601-2-27:2012 Отведения:3/5 I, II, III, aVR, aVL, aVF, V Чувствительность: Авто, 2.5 мм/мВ(x0.25), 5 мм/мВ (x0.5), 10 мм/мВ (x1.0), 20 мм/мВ (x2.0), 40 мм/мВ (x4.0) Выбор коэффициента усиления: x0.125, x0.25, x0.5, x1, x2, x4, авто Скорость развертки: (мм/сек): 12.5, 25, 50 Пропускная способность: в режиме диагностики:0.05-100 Гц в режиме контроля:0.5-40Гц в режиме эксплуатации: 1-25Гц в сильном режиме:5-20Гц Диапазон сердечных сокращений: уд/мин Взрослые: 15-300 Дети и

				новорожденные: 15-350 RESP:Частота дыхания.Форма дыхания. Метод: трансторакальный биоимпеданс Диапазон:Lead RA-LA, RA-LL,LA-RL,LL-RL Диапазон измерения: 0-120 об/мин Скорость развертки:(мм/сек): 6.25, 12.5, 25 SpO2Насыщенность кислородом, частота пульса, плетизмограмма.В соответствии с ISO 80601-2-61: 2017 Диапазон измерения: 0-100% Точность: (70-100%) / Взрослые/дети - ±2 % - новорожденные ±3 % Индекс перфузии: 0.05-20 % Диапазон измерения частоты пульса:(уд/мин) – 25-250 NIBP Систолическое артериальное давление, диастолическое артериальное давление, среднее давление. Метод: автоматический осциллометрический. Режим работы:ручной / автоматический /непрерывный Время автоматического измерения: 1/2/3/4/5/10/15/30/60/90/120/180/240/480мин Параметры: систолический, диастолический, средний Систолический диапазон (мм рт. ст.): - взрослые - 30-280 -дети- 30-230 -новорожденные- 30-145 Диастолический диапазон (мм рт. ст.): - взрослые– 10-220 -дети- 10-165 -новорожденные- 10-105 Средний диапазон (мм рт. ст.): - взрослые– 10-240 -дети- 10-175 -новорожденные- 10-115 TEMPданные температуры.В соответствии с ISO 80601-2-56:2018 Диапазон:0-50˚C (от 41 до 122 ˚F) Параметры:T1, T2, and TD IBP-инвазивное артериальное давление Каналы: 2 /4 канала Диапазон измерения(мм рт. ст.): от -50 до 400 Отображение артериальной линии в режиме IBP ET Co2

				Метод:термодизацияДиапазон: 0.2-20 л/мин Хранение данных не менее: Тренды:168 часов Сигнал тревоги: 200 физиологических сигналов, 100 технических сигналов Результат NIBP измерения:1000 групп Время работы на батарее, не менее 5 часов Программный интерфейс компьютера:RJ45, USB, вызов медсестры Полная система должна состоять из 20 мониторов для наблюдения за пациентами, из которых 4 монитора должны быть оснащеныЭКГ,RESP,NIBP,SPO2,TEMP2,IBP,EtCO2и принтером, 6 мониторов - ЭКГ, RESP, NIBP, SPO2, TEMP2 и принтером, а 10 мониторов - ЭКГ, RESP, NIBP, SPO2,TEMP2 Система также должна включать 2 стационарные центральные станции управления мониторами и 2 мобильные станции.Компьютеры стационарных станций должны, по меньшей мере, соответствовать следующим параметрам: Core i5 11400, Cooler, Ram 16GB PC4, 2Tb HDD, мониторDAHUA DHI-LM32-F200 /32˝ Full HD/ Мобильные станции должны быть установлены на ноутбуках и отображать настройки всех мониторов в режиме реального времени. Поставщик должен предоставить необходимый комплект для бесперебойной работы системы: кабели, сетевое оборудование и т. д. Установка и запуск системы выполняются Поставщиком в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. Гарантийный срок на мониторы пациента, не менее 2 лет. Доставка и установка устройства должны производиться

				поставщиком по адресу, указанному заказчиком