

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՍթերիՀոմ» ՍՊԸ-ն ԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/16 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	SWS Medical	SWS Medical	SWS-6000	SWS Hemodialysis Care Co., Ltd.	Սարքը նախատեսված է հեմոդիալիզի անցկացման համար (ցածր և բարձր հոսք) Մարտկոցի առկայություն Գունավոր սենսորային Էկրանի առկայություն Սարքը կարող է աշխատել մուտքային ջրի (բուժման ընթացքում). 5-ից 30 °C տիրույթում Մեքենան ունի մանրէների գտիչ (Օրինակ՝ պիրոգեն ֆիլտր)՝ մինչև ջրի հոսքը դեպի դիալիզատոր Աուդիո-, տեսա- ազդանշաններ՝ հաղորդունակության հաճախականության խախտման, արյան արտահոսքի, օդային

արտահոսքի, տրանսմեմբրանային ճնշման ազդանշաններ, դիալիզի ջերմաստիճանի ազդանշան, ախտահանման ավարտի ազդանշան, շրջանցման (bypass) ազդանշան և արյան պոմպի դադարեցման ազդանշանի առկայություն և վտոմատ միացման/անջատման հնարավորության առկայություն և վտոմատ ինքնաստուգման հնարավորության առկայություն Մոնիտորին բուժման պարամետրերի ցուցադրման հնարավորության առկայություն Կրեատինինի կլիրենսի մշտադիտարկման առկայություն՝ ներկառուցված սարքի միջոցով Էֆեկտիվ միզաթթվի կլիրենսի ու դիալիզի դոզայի (KT/V) չափման և մոնիտորինգի համար: Սարքի արյան պոմպը համապատասխանում է ստանդարտ A-V արյան հոսքագծերին: Արյան հոսքի վերահսկման առկայություն: Արյան արտահոսքի հայտնաբերման առկայություն : Հոսքի արագությունը՝ 0,3-ից մինչև 600 մլ/րոպե տիրույթում: Դիալիզատի

ջերմաստիճաններն՝ 33-ից 40o C տիրույթում: Խտանյութի սպասում ռեժիմի առկայություն Հեպարինի համար ներարկիչ դիսպանսերի առկայություն: Հոսքի արագությունը 0.1- ից մինչև 10 մլ / ժամ: Հոսքի արագություն՝ 100-ից 1000 մլ / մթ տիրույթում (ոչ ավել քան 100 մլ/րոպ քայլով): Na և ՌԲՖ (ոլտրաֆիլտրավորման) պրոֆիլավորման հնարավորության առկայություն :

Ոլտրաֆիլտրացիայի հսկողության առկայություն՝  $\pm 50$  մլ կամ  $\pm 50$  մլ / ժամ x սպառված բուժման ժամանակ (ժամ) կամ կուտակված ոլտրամանուշակագույն ծավալի 2.5%-ը Սարքի ախտահանման և մաքրման համակարգի առկայություն: Ունի ինտեգրված ջերմային և/կամ քիմիական ախտահանման հնարավորություն՝ ինչպես կարճ, այնպես էլ երկար ախտահանման ծրագրով՝ օր/ գիշեր շաբաթային գրաֆիկով Ախտահանման մատյանի առկայություն: Ունի դրենաժային համակարգ Մեքենան կարող է միացված լինել համակարգչի

առկայությանը : Անսարքության  
ավտոմատ ախտորոշում՝  
ընթացքում սխալներն առցանց  
հայտնաբերելու և ցուցադրելու  
հնարավորությամբ (տեխնիկական  
սպասարկման ռեժիմում)  
Պարագաներ՝ Համակարգի  
տեղադրման և ստանդարտացման  
համար պահանջվող բոլոր  
ծախսանյութերը ներառյալ:  
Համալիրը ներառում է բոլոր  
անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և  
պարագաները, որոնք անհրաժեշտ  
են լիարժեք գործունեության համար  
(օրինակ՝ ջրի մաքրման  
համակարգի միացման համար,  
Էլեկտրական համակարգերի համար  
անհրաժեշտ անջատիչներ  
(Էլեկտրոնային համակարգերի  
համար անհրաժեշտ ավտոմատներ  
(ապահովիչներ)) և այլն) բոլոր  
սարքերի համար մատակարարվում  
են արյան ճնշումը չափելու  
մանժետները (ճարմանդները)  
Սնուցում՝ Սնուցում՝ 220 ից 240 Վ /  
50 Հց Առաջարկվող սարքերը ունեն  
գրանցում ԵՏՄ (Եվրասիական  
տնտեսական միություն)-ի որևէ  
երկրում և նախատեսված լինեն ԵՏՄ-

«ՍթերիՀոլ» ՍՊԸ	в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом CPV-ESU 12F-24/16				<p>ում գրանցված ոչ պակաս քան երկու արտադրողների պարագաների (դիալիզատոր /հիվանդի անհատական ֆիլտր/, արյան հոսքագծեր, ֆիստուլային ասեղներ և ռեակտիվներ) կիրառման համար: Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեններ)) ISO 13485 ISO 9001 CE Mark (Directive 93/42/EEC)</p>
<b>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</b>					
<b>предлагаемого товара</b>					
представляет полное описание предлагаемого им товара					

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					