# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

ՅՈՒՆԻՄԵԴ ՍՊԸ-ն ՁՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-69/24 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | Bionet | FC700 | FC700 | Bionet | Ֆետալ մոնիտորը (կարդիոտոկոգրաֆ) ունի 7՝՝ LED էկրան, 2 ալիք /FHR, UC/: Ջերմային տպիչ, տպման արագությունը – 1, 2, 3 սմ/մմ, թուղթը քաշելու ֆունկցիա RS-232C ծրագրի առկայություն: Ավտոմատ CTG վերլուծություն Պտղի սրտի բաբախի մուտքային ազդանշան: Ուլտրաձայնային իմպուլսային դոպլեր Ուլտրաձայնային հաճախականությունը: 1,0 Mhz Ուլտրաձայնային հզորությունը: «10mW/cm2 Պտղի սրտի բաբախի միջակայքը 50-240 bpm Պտղի սրտի |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | բաբախի ճշգրտությունը: 120-160 bpm : -/+1bpm, բացառությամբ : 120-160 bpm : -/+2bpm Արգանդի կրճատման մուտքային ազդանշան : արտաքին տվիչ Չափման միջակայքը: 0-99 միավոր Հզորությունը: 100-240 VAC(50/60 Hz), 1,2A Ուլտրաձայնային դոպլեր և արգանդի կրճատման տվիչների առկայություն: CE, ISO 9001, ISO 13485 վկայականներ: Սարքը նոր է, չօգտագործված, փակ գործարանային տուփով, օգտագործողի ռուսերեն ձեռնարկ: Երաշխիք 12 ամիս: Մատակարարը կապահովի սարքավորման անվնաս տեղափոխումը, փորձնական աշխատանքի կազմակերպումը բժշկական կենտրոնի տարածքում՝ պատվիրատուի ներկայացուցչի ներկայությամբ: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում տեխնիկական սպասարկման աշխատանքները՝ սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

ՅՈՒՆԻՄԵԴ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՁՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-69/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | Bionet | FC700 | FC700 | Bionet | Фетальный монитор (кардиотокограф) имеет 7 светодиодных экранов, 2 канала (ЧСС, УК). Термопринтер, скорость печати – 1, 2, 3 см/мм, функция вытягивания бумаги, наличие программы RS-232C. Автоматический анализ КТГ Входной сигнал сердцебиения плода. Ультразвуковой импульсный допплер Частота ультразвука. Ультразвуковая мощность 1,0 МГц. «Диапазон сердечного ритма плода 10 мВт/см2. Точность сердечного ритма плода: 50–240 ударов в |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | минуту. 120-160 ударов в минуту. -/+1 ударов в минуту, за исключением: 120-160 ударов в минуту. -/+2 удара в минуту Входной сигнал сокращения матки. внешний датчик Диапазон измерения. 0-99 баллов Мощность. 100–240 В переменного тока (50/60 Гц), 1,2 А. Доступны ультразвуковой допплер и датчики сокращения матки. Сертификаты CE, ISO 9001, ISO 13485. Аппарат новый, не использовался, в закрытой заводской коробке, инструкция на русском языке. Гарантия 12 месяцев. Поставщик обеспечит безопасную транспортировку оборудования, организацию опытных работ на территории медицинского центра в присутствии представителя заказчика. Техническое обслуживание сертифицированным специалистом в течение гарантийного срока. |