ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՅՈՒՆԻՄԵԴ ՍՊԸ-ն ՀՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-67/24 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Medec International	Caelus Lite	Caelus Lite	Medec International	Անզգայացման սարք նախատեսված մեծահասակների և նորածինների համար, միկրոպրոցեսսորային կառավարմամբ, պնևմատիկ ինհալացիոն համակարգով, որը համալրված է արտաշնչման և ներշնչման հոսքի տվիչով: Ներկառուցված վակումի համակարգ: Էլեկտրոնային PEEP կարգաբերումով: Համակարգի ինքնաստուգման թեստ՝ 4 րոպե: Սարքը օժտված է արտահոսքի սենսորով, անզգայացնող գազի տիպի ավտոմատ իդենտիֆիկացիայով,

						պարամագնետիկ թթվածնի տվիչով, ներկառուցված դարակներով: Գոլորշացուցիչները փոփոխական շրջանցիկ, ամբողջությամբ փոխհատուցվող մեթոդով: Շնչառության ծավալ՝ 5 -1,600 մլ միջակայքում, ներշնչման դադար՝ 0-60% միջակայքում, շնչառության հաճախականություն՝ 2-100 շնչ/րոպե միջակայքում, ներշնչման հոսք՝ 250 լ/ր, պասիվ անզգայացնող գազի հեռացում, CO2-ի կոնցենտրացիայի արտացոլում ներկառուցված մոնիտորին, արտաշնչման ծավալի հաշվարկում էլեկտրոնային անեմոմետրիկ մեթոդով, թթվածնի տվիչի արձագանք՝ 0,2վ, աշխատանքը ներկառուցված մարտկոցներից՝ 90ր, Դիտարկման հնարավորությունները՝ թայմերի առկայություն բոլոր ռեժիմներում, ներկառուցված 18.5 դույմանոց մոնիտոր: Կորերի արտացոլման հնարավորության առկայություն՝ ճնշում, հոսք, ծավալ, CO2, Հալոտան, Իզոֆլուրան, էնֆլուրան, սևոֆլուրան, դեսֆլուրան, թթվածին: Գրաֆիկական և թվային տրենդների

						առակայություն - Ppeak, Pmean, PEEP, MV, CO2 insp. /exp., O2 insp./exp., ազդող նյութի, դիմադրություն, ստատիկ/դինամիկ համապասխանություն: Տագնապների պահպանում և արտահանում: Սարքը ունի հետևյալ ցուցմունքների արտացոլման հնարավորություն՝ ստատիկ/դինամիկ համապատասխանություն, CO2/C, Ppeak, Pplateau, Pmean, PEEP, MV, MV calculated, MV spontaneous%, VTi, Vte, Leak%, Frequency total, spontaneous, Frequency CO2, Ti spontaneous, Tinspiratoric, Texpiratoric, I:E, CO2, O2, Agent: Լրակազմ՝ Անզգայացման սարք, Գոլորշացուցիչներ 2 հատ՝ իզոֆլյուրան և սեվոֆլուրան, «Freshgas» պորտ: Սարքավորման երաշխիքային ժամկետ՝ 24 ամիս: Սարքը նոր է, չօգտագործված, փակ գործարանային տուփով: Մատակարարը կապահովի սարքավորման անվնաս տեղափոխումը, տեղադրումը, աշխատանքային ռեժիմի բերումը, գործարկումը և փորձնական

					աշխատանքի կազմակերպումը կկատարվի բժշկական կենտրոնի տարածքում՝ պատվիրատուի ներկայացուցչի ներկայությամբ: Տեղադրումը, ուսուցումը և երաշխիքային ժամկետի ընթացքում տեխնիկական սպասարկման աշխատանքներ՝ սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից, օգտագործման ձեռնարկ: Որակի վկայականներ՝ ISO13485, CE Mark:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՅՈՒՆԻՄԵԴ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԶՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-67/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Medec International	Caelus Lite	Caelus Lite	Medec International	Аппарат для анестезии взрослых и детей раннего возраста с микропроцессорным управлением, пневматической системой ингаляции, который должен быть оснащен датчиком потока выдоха и вдоха. Аппарат для анестезии взрослых и детей раннего возраста с микропроцессорным управлением, пневматической системой ингаляции, оснащенной датчиками потока выдоха и вдоха. Встроенная вакуумная система. С электронной регулировкой PEEP. Самотестирование системы: 4

						минуты. Аппарат оснащен датчиком утечки, автоматическим определением типа наркозного газа, парамагнитным датчиком кислорода, встроенными полками. Испарители с регулируемым байпасом, полностью компенсированный метод. Дыхательный объем: диапазон 5–1600 мл, пауза вдоха: диапазон 0–60%, частота дыхания: диапазон 2–100 вдохов/мин, поток вдоха: 250 л/мин, пассивное удаление анестезирующего газа, отражение концентрации CO2 на встроенном дисплее. в мониторе, расчет объема выдоха электронным анемометрическим методом, время отклика датчика кислорода: 0,2с, работа от встроенных аккумуляторов: 90 минут, возможности мониторинга: наличие таймеров во всех режимах, встроенный монитор 18,5 дюйма. Возможность отображения кривых: Давление, Расход, Объем, CO2, Галотан, Изофлюран, Энфлюран, Севофлюран, Десфлюран, Кислород. Графическая и цифровая

						настройка трендов — Ppeak, Pmean, PEEP, MV, CO2 вд. /эксп., вдыхание/эксп. O2, приток, сопротивление, статический/динамический отклик. Хранение и экспорт тревог. Устройство имеет возможность отображать следующие показания: статическое/динамическое соответствие, CO2/C, Ppeak, Pplateau, Pmean, PEEP, MV, расчетное MV, % спонтанного MV, VTi, Vte, % утечки, общая частота, спонтанная частота. CO2, Ti спонтанный, Тинспираторный, Экспираторный, I:E, CO2, O2, Агент. Оборудование: Наркозный аппарат, 2 испарителя: изофлюран и севофлуран, порт «Фрешгаз». Гарантийный срок оборудования: 24 месяца. Аппарат новый, неиспользованный, в закрытой заводской коробке. Поставщик обеспечит безопасную транспортировку оборудования, монтаж, пуско-наладочные работы и организация опытных работ будут осуществляться на территории медицинского центра в

					присутствии представителя заказчика. Установка, обучение и обслуживание в течение гарантийного срока сертифицированным специалистом, инструкция по эксплуатации. Сертификаты качества: ISO13485, знак CE.