

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ-ն ՉՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-67/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Անզգայացման սարք A5	Անզգայացման սարք A5	A5	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.	Անզգայացման սարք նախատեսված մեծահասակների և նորածինների համար, միկրոպրոցեսորային կառավարմամբ, պնևմատիկ ինհալացիոն համակարգով, որը համալրված է՝ արտաշնչման և ներշնչման հոսքի տվիչով: Ներկառուցված վակումի համակարգ: Էլեկտրոնային PEEP կարգաբերումով: Համակարգի ինքնաստուգման թեստը 4 րոպե: Սարքը օժտված է արտահոսքի սենսորով, անզգայացնող գազի տիպի ավտոմատ իդենտիֆիկացիայով,

պարամագնետիկ թթվածնի տվիչով,  
ներկառուցված դարակներով:  
Գոլորշացուցիչները փոփոխական  
շրջանցիկ, ամբողջությամբ  
փոխհատուցվող մեթոդով:  
Շնչառության ծավալը 10 -1,500 մլ  
միջակայքում, ներշնչման դադարը  
0-60% միջակայքում, շնչառության  
հաճախականությունը 2-100  
շնչ/րոպե միջակայքում, ներշնչման  
հոսքը 180 լ/ր, պասիվ անզգայացնող  
գազի հեռացում, CO2-ի  
կոնցենտրացիայի արտացոլում  
ներկառուցված մոնիտորին,  
արտաշնչման ծավալի հաշվարկում  
Էլեկտրոնային անեմոմետրիկ  
մեթոդով, թթվածնի տվիչի  
արձագանքը փոքր 18վ,  
աշխատանքը ներկառուցված  
մարտկոցներից 90ր, Դիտարկման  
հնարավորությունները՝ թայմերի  
առկայություն բոլոր ռեժիմներում,  
ներկառուցված 15՛6 դոլյմանոց  
մոնիտոր: Կորերի արտացոլման  
հնարավորության առկայություն՝  
ճնշում, հոսք, ծավալ, CO2,  
Հալոտան, Իզոֆլուրան, Էնֆլուրան,  
սևոֆլուրան, դեսֆլուրան, թթվածին:  
Գրաֆիկական և թվային տրենդների

առակայություն - Ppeak, Pmean, PEEP, MV, CO2 insp. /exp., O2 insp./exp., ազդող նյութի, դիմադրություն, ստատիկ/դինամիկ համապատասխանություն: Տափնապների պահպանում և արտահանում: Սարքը հնարավորություն ունի հետևյալ ցուցմունքների արտացոլման՝ ստատիկ/դինամիկ համապատասխանություն, CO2/C, Ppeak, Pplateau, Pmean, PEEP, MV, MV calculated, MV spontaneous%, VTi, Vte, Leak%, Frequency total, spontaneous, Frequency CO2, Ti spontaneous, Tinspiratoric, Texpiratoric, I:E, CO2, O2, Agent: Լրակազմ՝ Անզգայացման սարք, Գոլորշացուցիչներ 2 հատ՝ իզոֆլուրան և սեվոֆլուրան, Freshgas պորտ (ACGO): Նշված տեխնիկական բնութագրին համարժեք են՝ Draeger Fabius Plus կամ համարժեք Lowenstein Leon Plus սարքավորումները: Սարքավորման երաշխիքային ժամկետը 24 ամիս: Սարքը նոր է, չօգտագործված, փակ գործարանային տուփով: Մատակարարը կապահովի

				<p>սարքավորման անվնաս տեղափոխումը, տեղադրումը, աշխատանքային ռեժիմի բերումը, գործարկումը և փորձնական աշխատանքի կազմակերպումը կկատարվի բժշկական կենտրոնի տարածքում՝ պատվիրատուի ներկայացուցչի ներկայությամբ: Տեղադրումը, ուսուցումը և երաշխիքային ժամկետի ընթացքում տեխնիկական սպասարկման աշխատանքներ՝ սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից, օգտագործման ձեռնարկ: Որակի վկայականներ (առկայություն)՝ ISO1348, CE Mark (Directive 93/42/EEC):</p>
--	--	--	--	---

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Теофарма Импорт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2000000000-0000000000-67/24  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					