

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՎԻ ԶԵՅ ԻՆՋԻՆԵՐԻՆԳ» Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ)-ն ՉՄՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-68/24 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Երիկամներում քարերի փշրման սարք	Jena	Multipulse Ho 35W	Asclepion Laser Technologies GmbH	Ուռուլոգիական վիրաբուժությունում կիրառման համար՝ հովիում տեսակի լազերային համակարգ, սարքավորումը նախատեսված է քարափշրման և ուրետրալ ստրիկտուրաների համար, կիրառելի կլինի ցանկացած տեսակի քարերի հեռացման համար, հզորությունը՝ առնվազն 35 Վտ, հաճախականությունը՝ 3-30Հց, ալիքի երկարությունը՝ 2100 Նմ ±20ն/մ, լազերային ճառագայթի ռեժիմ - Իմպուլսային ալիք (pw), Իմպուլսի տևողությունը - 95 - 1900

մս, 1 իմպուլսի ծախսվող էներգիա 0,2-8Ջ տիրույթում, սենսորային LCD մոնիտոր 7", լազերային մանրաթելի աշխատանքային կարգավորիչ դիտակ: Լրակազմը իր մեջ կներառի լազերային մանրաթելեր, բազմակի օգտագործման համար, առնվազն 2 տարբեր չափի, յուրաքանչյուրից առնվազն 6-ական, մանրաթելերի չափերը լրացուցիչ կհամաձայնեցվի մատակարարման ժամանակ, ոտքի անջատիչ, բազմակի օգտագործման մանրաթելերի խնամքի և սպասարկման հավաքածու, լազերային համակարգով աշխատանքի ժամանակ անհրաժեշտ հատուկ ակնոց, հաճախականության և էներգիայի բազմակի համակցությունների ընտրության հնարավորություն, սարքավորումը հնարավորություն կունենա միացնելու երկար մանրաթել (առնվազն 4,5մ) լեդուղիների քարերի մասնատման համար, սարքավորումը չպետք է ունենա սահմանափակում՝ մանրաթելերը սահմանափակ քանակով օգտագործելու համար, օպտիմիզացված փոշիացում և

մասնատում, սարքավորման  
հեռակա սպասարկման  
հնարավորություն, հովացումը՝  
ներքին, ջրային հովացում:  
Սարքավորումը կիրառելի է նաև  
գինեկոլոգիայում, ՔԿԱ,  
վիրաբուժություն ոլորտներում:  
Սարքը կլինի նոր, չօգտագործված,  
փակ գործարանային տուփով,  
օգտագործողի ռուսերեն ձեռնարկ:  
Մատակարարը կապահովի  
սարքավորման անվնաս  
տեղափոխումը, տեղադրումը,  
աշխատանքային ռեժիմի բերումը,  
գործարկումը կկատարվի բժշկական  
կենտրոնի տարածքում՝  
պատվիրատուի ներկայացուցչի  
ներկայությամբ: Տեղադրումը,  
ուսուցումը և երաշխիքային  
ժամկետի ընթացքում տեխնիկական  
սպասարկման աշխատանքներ՝  
սերտիֆիկացված մասնագետի  
կողմից: Երաշխիք 24 ամիս:  
Վկայագրեր և ստանդարտներ  
առնվազն ISO-13485, CE կամ  
համարժեք: Պայմանագրի  
կատարման փուլում արտադրողից  
կամ վերջինիս ներկայացուցչի  
կողմից երաշխիքային նամակի

					Ներկայացում:
--	--	--	--	--	--------------

