

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեյտա ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՌԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/1-ԲՆԱ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 63 | VIT D | VIT D | MonoBind | <p>Վիտամին Դ-ի(ընդհանուր) որոշման թեստ հավաքածու, Vitamin D (Total) ELISA, ներառյալ բոլոր կալիբրատորները և կոնտրոլները: Մեթոդ իմունոֆերմենտային, ինկուբացիոն ժամանակ 30/30/20 րոպե, ալիքի երկարություն 450nm, անալիտիկ զգայնությունը ոչ ավել քան 1.140 ng/mL, հետազոտվող նմուշ - արյան շիճուկ, ֆորմատ - 96 թեստ. CE mark կամ ISO 13485 սերտիֆիկատի առկայություն: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն*(տես ծանոթությունը):Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 2-8oC, For In Vitro Diagnostic only Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել իմունոֆերմենտատիվ վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկության:</p> |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-ՌԲՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/1-ԲՆԱ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | |
|------------|------------------------|---------------|----------------------------|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | наименование производителя | технические характеристики |
| 63 | VIT D | VIT D | MonoBind | Վիտամին Դ-ի(ընդհանուր) որոշման թեստ հավաքածու, Vitamin D (Total) ELISA, ներառյալ բոլոր կալիբրատորները և կոնտրոլները: Մեթոդ իմունոֆերմենտային, ինկուբացիոն ժամանակ 30/30/20 րոպե, ալիքի երկարություն 450nm, անալիտիկ զգայնությունը ոչ ավել քան 1.140 ng/mL, հետազոտվող նմուշ - արյան շիճուկ, ֆորմատ - 96 թեստ. CE mark կամ ISO 13485 սերտիֆիկատի առկայություն: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն*(տես ծանոթությունը):Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 2-8oC, For In Vitro Diagnostic only Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել իմունոֆերմենտատիվ վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկության: |