

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեյտա ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՌԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/1-ԲՆԱ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |                        |  |
|--------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|--|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 65                 | ALT                   | ALT                 | Delta Ltd              | <p>ԱԼՏ, Ալանինամինոտրանսֆերազի կինետիկ եղանակով որոշման թեստ-հավաքածու, 2x100մլ = 200 թեստ ոչ ավել /1 թեստը 1 մլ է/:Բաղկացած` R1 - 1x80 մլ բուֆեր-սուբստրատային ռեագենտ R2 - 1x20 մլ NADH - Ստուգվող նմուշ: արյան շիճուկ/պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն*(տես ծանոթությունը):Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Սերտիֆիկատ : ISO 13485: Պահպանման պայմանները 2-8oC, For In Vitro Diagnostic only Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկության:</p> |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-ՌԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/1-ԲԼԱ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |                            |  |
|------------|------------------------|---------------|----------------------------|--|
|            | фирменное наименование | товарный знак | наименование производителя | технические характеристики   |
| 65         | ALT                    | ALT           | Delta Ltd                  | <p>ԱԼՏ, Ալանինամինոտրանսֆերազի կինետիկ եղանակով որոշման թեստ-հավաքածու, 2x100մլ = 200 թեստ ոչ ավել /1 թեստը 1 մլ է/:Բաղկացած՝ R1 - 1x80 մլ բուֆեր-սուբստրատային ռեագենտ R2 - 1x20 մլ NADH - Ստոկզվող նմուշ: արյան շիճուկ/պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն*(տես ծանոթությունը):Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Սերտիֆիկատ : ISO 13485: Պահպանման պայմանները 2-8oC, For In Vitro Diagnostic only Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկության:</p> |