

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կվանտա ՍՊԸ-ն ՈՒԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/18 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
15	Ասպիրացիոն բիոպսիայի ասեղ	Չիբա	"Chiba տեսակի ասեղ նախատեսված ասպիրացիոն բիոպսիաների համար: Հաստությունը 18G երկարությունը 15սմ: Ասեղը պետք է ունենա էխոգենիկ ծայր, խորրության վերահսկման համար նախատեսված stopper, ներթափանցման խորությունը ցույց տվող գծանշումներ, թափանցիկ Luer cone, նմուշառման վերահսկման համար, գունային կոդավորում: Որակի հսկման սերտիֆիկատներ, առնվազն ISO:13485 և MDR APROVED CE: Գնահատման փուլում մասնակիցը պարտավոր է ներկայացնել նմուշ` պատվիրատուի կողմից սահմանված ժամկետում "







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Кванта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ПГЦЧ-ЕЦХЦПЗР-25/18 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
15	Игла для аспирационной биопсии	Чиба	"Игла типа Chiba предназначена для аппарационной биопсии. Толщина 18 г длина 15 см. Игла должна иметь эхогенный наконечник, пробку для контроля глубины, маркировку, указывающую глубину проникновения, прозрачный конус Люэра для контроля отбора проб, цветовую кодировку. Сертификаты контроля качества, по крайней мере, ISO.13485 и MDR APPROVED CE. На этапе оценки участник обязан представить образец в срок, установленный заказчиком "