ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կվանտա ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/92 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	հիվանդների վիճակի հսկողության համակարգ	հիվանդների վիճակի հսկողության համակարգ	M9000CP	Արի Մեդիքալ Մեդիքլ Տեխնոլոգի Էքուիփմընթ ԼԹԴ	Հիվանդի մոնիտորը նկարում է սրտագրությունները, չափում է արյան ճնշումը (ոչ ինվազիվ ձևով), շնչառության արժեքները, ջերմաստիճանը, թթվածնի հագեցվածությունը զարկերակային արյան մեջ (SpO2) և պուլսի հաճախությունը (HR) Օգտագործվում է հիվանդներին մոնիտորինգի ենթարկելու համար տեղափոխման ժամանակ՝ օգտագործելով մարտկոցներ, իսկ չափված տեղեկատվությունը հիվանդի վիճակի վերաբերյալ՝ արտացոլվում է էկրանին ալիքի

					ձևերով և թվային արժեքներC13:C113ով Դիսփլեյ/էկրան Դիսփլեյ. գունավոր թվային էկրան, էկրանի անկյունագծային կորեր և չափված արժեքներ, ոչ պակաս քան 12,1”, ոչ պակաս քան 7 կոր, ինչպես նաև լուսարձակման համար ցուցադրման դաշտեր՝ ձեռքով կարգավորելի Թողունակության արագությունը՝ կարգաբերված է 6.25, 12.5, 25 մմ / վրկ Դիսփլեյի պիքսելները ոչ պակաս քան 800x600 Մոնիտորի ինտերֆեյսը Ոչ պակաս քան էլեկտրացանցի / մարտկոցի շահագործումից, ցանցի շահագործում. Ներկառուցված էլեկտրասնուցման բլոկի միջոցով Մարտկոցի շահագործումը. Ինտեգրված մարտկոցի միջոցով Մարտկոցի գործարկման ժամանակը՝ ոչ պակաս քան 2,5 ժամ Սնուցումը՝ 220 Վոլտ, 50/60Հց Բուֆեր. տրենդների ցուցանիշների համար Համակարգի ընդլայնում Ծրագրակազմի թարմացումներն ինտերֆեյսերի միջոցով. Կատարողական պարամետրերի շրջանակի ընդլայնում Մոնիտորինգի

					պարամետրերը ներառում են՝ ECG, RESP, NIBP, SPO2, PULSE RATE, DUAL-TEMP S-T հատվածի սինխրոն հայտնաբերում և վերլուծություն Բոլոր պարամետրերի գրաֆիկական և աղյուսակային տրենդներ NIBP, HEART RATE, TEMP, SPO2, RESP, տվյալների պահպանում (ոչ պակաս քան 360 ժամ) Կենտրոնական մոնիտոր կայանի հետ կապնվելու հնարավորություն Ներքին բարձր հստակության ջերմային կետերի մատրիցային պրինտեր, որը կարող է նկարել ալիքների ձևեր և նիշեր ECG Մուտք. ECG մալուխ, ստանդարտ AAMI մալուխի միակցիչ Կալիբրացման ազդանշան ՝ 1 մՎտ Սրտի բաբախների քանակը. Չափման միջակայքը՝ ոչ պակաս քան 25-ից 250 բ/ րոպե Ազդանշանային ռեժիմ՝ լսելի և տեսողական ազդանշան NIBP Մեթոդը՝ օսկիլոմետրիկ, Ռեժիմը՝ Manual, Auto, STAT, թողունակությունը՝ 1 մմ սնդ. սյուն Չափման միջակայքն AUTO ռեժիմով՝ ոչ պակաս քան 2-60 րոպե Չափման ժամանակահատվածը STAT ռեժիմով՝ 5 րոպե Սրտի

					հաճախության միջակայքը՝ ոչ պակաս քան 40-220 հարված մեկ րոպեի ընթացքում Ահազանգի տեսակները՝ SYS, DIA, MEAN Չափման և ազդանշանային միջակայք (ոչ պակաս քան) Adult ռեժիմ SYS: 40-240 mmHg DIA: 13-210 mmHg MEAN: 26-230 mmHg Pediatric ռեժիմ SYS: 40- 200 mmHg DIA: 13-150 mmHg MEAN: 26-160 mmHg Neonatal ռեժիմ SYS: 10 -135 mmHg DIA: 13 -100 mmHg MEAN: 26-110 mmHg Ճնշման թողունակությունը՝ 1mmHg Ճշգրտության ճնշման առավելագույն միջին սխալ. ± 5 mmHg Առավելագույն ստանդարտ շեղումը `± 8 mmHg Պաշտպանություն գերճնշումից Adult ռեժիմ: 300±3 mmHg Pediatric ռեժիմ: 240±3 mmHg Neonatal ռեժիմ: 150±3 mmHg SpO2 Չափման և ազդանշանային միջակայք (ոչ պակաս քան) Չափման միջակայք՝ 1-100% Ահազանգի միջակայք ՝ 40-100% Թողունակությունը՝ 1 % Ճշգրտությունը՝ 70% -100% ± 2% 1%-69% ±5 Ակտուալիզացման միջակայք՝ մոտ 1 վրկ. Զարթուցիչի

		ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ **предлагаемого товара** Кванта ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом			հետաձգում. 10 վրկ., Ճարկերակային արագություն Չափման և ազդանշանային միջակայք՝ 30-250 բաբախ/րոպե Թողունակությունը՝ 1 բաբախ/րոպե, ճշգրտություն՝ ± 2 բաբախ/րոպե Շնչառություն (Respiration) Չափման և ազդանշանային միջակայք (ոչ պակաս քան) Մեթոդը՝
		представляет полное описание предлагаемого им товара.			ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/92 ниже դիմադրություն R-F (RA-LL) միջև
Номер лота			Предлагаемый товар		Դիֆերենցիալ մուտքային դիմադրություն > 2.5 ՄΩ
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики Իմպեդանսի չափման միջակայքը՝
3	Монитор пациента	Монитор пациента	M9000CP	Ари Медицинские Технологии Ко., Лтд.	0.3-5.0Ω Իմպեդանսի հիմնական գծի միջակայքը՝ 0-2.5Ω Թողունակություն՝ 0.3-2.5 Հz Շնչառության հաճախություն Չափման և ազդանշանային միջակայք Adult: 0-120 rpm Neo/Ped: 0 -150 rpm Թողունակությունը՝ 1 շնչ/րոպե Ճշգրտություն՝ ± 2 շնչ/րոպե ՍանՕԵ ահազանգ ՝ 10-40 Տ Ջերմաստիճան Չափման և ազդանշանային միջակայք (ոչ պակաս քան) 2 կանայ Չափման և ազդանշանային միջակայք՝ 0-50°C, թողունակություն՝ 0.1°C Ճշգրտությունը՝ ±0.1°C Դիսպլեյ/Էկրան Դիսպլեյ: Цветной Ակտուալացման

Монитор пациента рисует кардиограммы, измеряет кровяное давление (неинвазивный тип), показатели дыхания, температуру в двух точках, насыщение артериальной крови кислородом (SpO2) и частоту пульса (ЧСС) Используется для мониторинга пациентов во время транспортировки с помощью батареек, а измеренная информация о состоянии пациента отображается в виде волн вместе с числовыми значениями.

					Диагностика измеренные
					<10 частоты пульса,
					менее 7 циклов/мин) Такие боля
					щие обращаются в
					настраивается в ручном режиме.
					разверните кнопку и выберите
					10 J, 25 J, 50 J, 100 J, 200 J, 300 J, 360 J.
					менее чем 30 мин.
					мониторная лучше чем
					шрифт/аккумулятор,
					сети: SpO2 в качестве внешнего источник
					оптимальной Работа от батареи:
					Встроенный аккумулятор
					аккумулятора, при полном заряде.
					Время работы от батареи: не менее
					чем 2,5 часов. Источники питания:
					220В, 50/60 Гц; 5 предохранителей для значений
					трендов. Расширенные системы
					Обновляемая программная
					обеспечение: 3 канала интерфейсы:
					расширенный диапазон параметров
					производительность SpO2 Параметры
					мониторинга включают ЭКГ, RESP,
					NIBP, SpO2, ЧСС, ЧДД, пульса,
					синхронизацию обнаружения импульсов
					Дыхательная частота и сигнал ST
					Графическое представление тренды
					всех параметров NIBP, HEART RATE,

					TEMP, SPO2, RESP, ECG Хранение данных не менее чем 360 часов Возможность подключения к центральной станции мониторинга Внутренний термопечатный принтер высокой четкости, способный выводить осциллограммы ISO 13485 ЕС Входит в ЕЭС Класс IIb по Директиве 93/42/ЕЕС Цветный дисплей LCD
					Калибровочный сигнал: 1 мВ Частота сердечных сокращений: Диапазон измерения: не менее чем от 25 до 250 ударов в минуту Режим сигнализации: Звуковая и визуальная сигнализация NIBP Способ: Осциллографический Режим: Ручной, автоматический, статический, разрешение 1 мм рт. ст. Интервал измерения в автоматическом режиме: не менее чем в диапазоне 2-60 минут Период измерения в режиме статистики: 5 мин Диапазон частоты пульса: не менее чем 40-220 ударов в минуту Тип сигнализации: SYS, DIA, MEAN Диапазон измерения и сигнализации (не менее чем) Режим для взрослых SYS: 40-240

					mmHg DIA: 13-210 mmHg MEAN: 26-230 mmHg Педиатрический режим SYS: 40- 200 mmHg DIA: 13-150 mmHg MEAN: 26-160 mmHg Неонатальный режим SYS: 10 -135 mmHg DIA: 13 -100 mmHg MEAN: 26-110 mmHg Разрешающее давление: 1 мм рт. ст. Точность Максимальная средняя погрешность давления: ±5 мм рт. ст. Максимальное стандартное отклонение: ±8 мм рт. ст. Защита от избыточного давления Режим для взрослых: 300±3 мм рт. ст. Педиатрический режим: 240±3 мм рт. ст. Неонатальный режим: 150±3 мм рт. ст. SpO2 Диапазон измерения и сигнализации (не менее чем) Диапазон измерения: 1-100 % Диапазон срабатывания сигнализации: 40-100 % Разрешение: 1 % Точность: 70% -100% ±2 %; 1%-69% ±5% Интервал актуализации: около 1 секунды. Задержка сигнала тревоги: 10 Сек., Частота пульса Диапазон измерения и сигнализации: 30-250 уд / мин Разрешение: 1 уд / мин, точность: ±2 уд / мин Дыхание

						(респирация) Диапазон измерения и сигнализации (не менее чем) Способ: Импеданс между R-F (RA-LL) Дифференциальное входное сопротивление: > 2,5 MΩ Диапазон измерения импеданса: 0,3-5,0 Ом Диапазон импеданса базовой линии: 0 – 2,5 КОм Полоса пропускания: 0,3-2,5 Гц Частота дыхания Диапазон измерения и сигнализации Взрослый: 0-120 rpm Neo/Ped: 0 -150 rpm Разрешение: ±2 rpm Точность: ±2 rpm Тревога Апноэ: 10-40 С Температура Диапазон измерения и сигнализации (не менее чем) Канал: 2 Диапазон измерения и сигнализации: 0-50 °C, разрешение: 0,1 °C Точность: ±0,1 °C Интервал актуализации: около 1 секунды. Средняя постоянная времени: <10 сек. Акссесуары: Электродный кабель для одноразового электрода (3 или 5 выводов) Манжета NIBP для взрослых Манжета NIBP для детей Манжета NIBP для новорожденных Шланг для манжеты NIBP Шнур питания Одноразовый электрод (5 шт)

					Датчик SpO2 многоразового использования для взрослых Примечание: В дополнение к 10 многоразовым датчиком SpO2 для взрослых, поставляемым с мониторами, должно также поставляться 4 многоразовых датчика SpO2 для новорожденных, совместимых с теми же мониторами Комплектация и акссесуары: Установка и пуско-наладочные работы Обучение персонала на месте Руководство пользователя на армянском или английском, или русском языках Оборудование должно быть новым, неиспользованным В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и аксессуары для полноценной работы оборудования Гарантия не менее чем 24 месяцев Сертификаты качества (наличие) ИСО 13485 или эквивалент CE Mark (Directive 93/42/EEC) или FDA или эквивалент