ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կվանտա ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/92 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Թերմոստատ	Թերմոստատ	9030AA	Արի Մեդիքալ Մեդիքլ Տեխնոլոգի Էքուիփմընթ ԼԹԴ	Թերմոստատ Ինկուբատորի ծավալը ոչ պակաս քան 30 լ Օդափոխության առկայություն Բնական կոնվեկցիա Դիսփլեյով հարմարվողական բազմաֆունկցիոնալ միկրոպրոցեսորային հսկիչի առկայություն Թվային հետադարձ հաշվիչ՝ նպատակային ժամանակի կարգավորմամբ, պետք է լինի կարգավորելի ոչ պակաս քան 1 րոպեից մինչև 999 ժամ միջակայքում Ծրագիրը պետք է պահպանվի հոսանքի խափանման դեպքում Ջերմաստիճանի վերահսկում Բարձր

						ջերմաստիճանից պաշտպանության առկայություն Չժանգոտվող պողպատե պատյան Լիովին մեկուսացված չժանգոտվող պողպատից դուռ փականով Ներքին ապակե դուռ Չժանգոտվող պողպատից ինտերիեր Հեշտ մաքրվող ինտերիեր՝ պատրաստված չժանգոտվող պողպատից Ոչ պակաս, քան 1 չժանգոտվող պողպատից ցանց(եր) Ջերմաստիճանի կարգավորման միջակայքը ոչ պակաս քան +20 - + 80 ° C միջակայքում Էլեկտրոսնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 կամ

					համարժեք CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Кванта ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/92 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	Термостат	Термостат	9030AA	Ари Медицинские Технологии Ко., Лтд.	Термостат Объем инкубатора не менее чем 30 л Наличие вентиляции Естественная конвекция Наличие адаптивного многофункционального микропроцессорного контроллера с дисплеем Цифровой обратный счетчик с заданной настройкой времени, должен регулироваться не менее чем в диапазоне от 1 минуты до 999 часов Программа должна сохраняться на случай отключения питания Контроль температуры Наличие защиты от перегрева Корпус из нержавеющей

					стали Полностью изолированная дверь из нержавеющей стали с замком Внутренняя стеклянная дверь Внутренняя отделка из нержавеющей стали Легко моющийся внутренний корпус, изготовленный из нержавеющей, стали не менее чем1 решетки из нержавеющей стали Диапазон температур установки не менее чем от +20 до +80°C Электропитание 220 В, 50/60 Гц Комплектация и акссесуары: Установка и пуско-наладочные работы Обучение персонала на месте Руководство пользователя на армянском или английском, или русском языках Оборудование должно быть новым, неиспользованным В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и аксессуары для полноценной работы оборудования Гарантия не менее чем 24 месяцев Сертификаты качества (наличие) ИСО 13485 или эквивалент CE Mark (Directive 93/42/EEC) или FDA или эквивалент