

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Անալիզ-Մեդ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/92 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	Stat Profile Prime® CCS Analyzer	Stat Profile Prime	Stat Profile Prime® CCS Analyzer	Nova Biomedical /Ամերիկա	Արյան գազերի և էլեկտրոլիտների վերլուծիչ Բոլոր սենսորները , էլեկտրոդները գտնվում են մեկ միկրոէլեկտրոնիկական Nova Biomedical-ի Նորարարական MicroSensor Card տեխնոլոգիայի քարթրիջային համակարգում Stat Profile Prime-ի յուրօրինակ քարթրիջային համակարգը բաղկացած է սենսորների, չափաբերիչների և հեղուկի որակի հսկողության (QC) առանձին պակետներից: Յուրաքանչյուր քարթրիջ պատրաստ է օգտագործման և հեշտությամբ

փոխարինվում է վայրկյանների ընթացքում: Տրամաչափման քարթրիջի ծառայության ժամկետը 32 օր, Չափերը 6.4սմx5.1սմx0.6սմ Քարթրիջը` 100 թեստ Բարկոդ սքաներ QR կոդ կարդացող սարքի առկայություն: Չափման 10 պարամետրերը Արյան գազ / Էլեկտրոլիտ/մետաբոլիտ` ոչ պակաս քան pH, PCO<sub>2</sub>, PO<sub>2</sub>, Hct, Na, K, Cl, nCa, Glu, Lac Ընդունելի նմուշներ` ամբողջական արյուն (հեպարինացված), զարկերակային, խառը երակային, մազանոթային նմուշի ծավալը` Արյան գազ 50 մկ, Էլեկտրոլիտ/մետաբոլիտ` 100 մկ. Հաշվարկվող պարամետրերը SO<sub>2</sub>%, HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>, TCO<sub>2</sub>, Be-efc, Be-b, SBC, O<sub>2</sub>Ct, O<sub>2</sub>Cap, A, AaDO<sub>2</sub>, a/A, RI, PO<sub>2</sub>/FIO<sub>2</sub>, Anion Gap\*, P50 \*, Hb Ճշգրտված ջերմաստիճանը` pH, PCO<sub>2</sub>, PO<sub>2</sub> Թողունակությունը ժամում 45 նմուշ/ժամում Տպիչ` ներկառուցված թերմոտպիչ Ռեակտիվները կալիբրատորի թափոնների պակետ և QC, ավտոմատ կոնտրոլ պակետ 35 օր. պահպանման ժամկետը սենյակային ջերմաստիճանում 18-ից 30°C 12

				<p>ամիս; Ապարատի չափերը 30.5սմx36.2սմx39.06սմ,քաշը 8.167կգ. Սերիական ինտերֆեյսի պորտերի առկայությունը` համակարգչին և տպիչին միանալու համար, USB Էլեկտրոնուցում` 220 Վ, 50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ Մեկնարկի համար ոչ պակաս քան 300 թեստի համար ռեագենտների առկայություն Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը կինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO 9001 Quality System Registration, CSA, TÜV, CE Self Declared Complies to EN 61010, EN 50081,82. CE Mark (Directive 93/42/EEC)</p>
--	--	--	--	--



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Ωλσ|ηq-στη σηC в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом << Ωλ ΕΩΔΩηΩF-2024/92 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
8					