ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/92 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Շարժական ուլտրաձայնային համակարգ 3 տվիչով	Շարժական ուլտրաձայնային համակարգ 3 տվիչով	Շարժական ուլտրաձայնային համակարգ 3 տվիչով	Շարժական ուլտրաձայնային համակարգ 3 տվիչով	Շարժական ուլտրաձայնային համակարգ 3 տվիչով Շարժական ուլտրաձայնային համակարգ՝ առաջադեմ տեխնոլոգիաներով, ինչպիսիք են՝ ամբողջությամբ թվային գերլայնաշերտ ճառագայթային ձևափոխիչը, բազմաշերտ զուգահեռ ճառագայթիչը, բազմաշերտ զուգահեռ մշակումը, գույնը, ուղղորդված ուժը և մշակումը, գույնը, ուղղորդված հզորությունը և սպեկտրալ դոպլերը, հյուսվածքն ու մաքուր հակադարձումը՝ ներդաշնակ պատկերավորում,

					բծերի կրճատում, տարածական լրացում, տրապացոիդալ պատկերավորում, µScan պատկերի մշակման տեխնոլոգիա Օգտագործման հատվածները. որովայնային (մեծահասակների, մանկաբուժական, նորածնային), տրանսկրանիալ, կրծքային, սրտային (մեծահասակների, մանկական, նորածնային), անհետաձգելի օգնություն, ընդհանուր պատկերավորում, մկանային-կմախքային համակարգ, մանկաբարձություն/գինեկոլոգիա, փոքր մասեր և անոթներ: Դիսփլեյը. բարձր թողունակության գունավոր թվային ոչ պակաս քան 15" Սկանավորման մեթոդները. ոչ պակաս քան Էլեկտրոնային կոնվեքս Էլեկտրոնային գծային Էլեկտրոնային ֆազային Պատկերավորման ռեժիմներ (ոչ պակաս քան) 2D (B- ռեժիմ), B- ռեժիմի կառավարում, B- ռեժիմով ինքնակարգավորում, M- ռեժիմ և PW / CW, PW / CW դոպլեր, C (գունավոր դոպլեր), THI (ներդաշնակ պատկեր), PHI (մաքուր ներդաշնակ պատկեր), PDI (Power Doppler Imaging), DPDI

					(Directional Power Doppler Imaging), TSI (Tissue Specification Imaging), Widescan (Trapezoid Imaging) Դիսփլեյի ռեժիմներ (ոչ պակաս քան) 256 մոխրագույնի մակարդակ, 2B ռեժիմ, 4B ռեժիմ, B + CFM, B + PDI, B + M, B + PW, B + CFM + PW, B + PDI + PW, B + CW, B + CFM + CW, B + PDI + CW, Widescan Ներդաշնակ պատկերավորում պատկերների բոլոր փոխակերպիչների վրա Յուրաքանչյուր տվիչի և սկանավորման յուրաքանչյուր ռեժիմի համար ընտրելի երեք հաճախականություն Բծերի կրճատում և անհատականացված նախադրվածներ՝ պատկերի գործընթացի ալգորիթմի իրական ժամանակում օպտիմալացման համար Պատկերի որակի օպտիմալացում՝ անատոմիական կառուցվածքների հայտնաբերումը բարելավելու համար Տրապազոիդ պատկերավորում բոլոր գծային զոնդերի վրա Տվիչի սելեկտոր. (ոչ պակաս քան) Կառավարման վահանակ. Ամբողջ ալֆանային թվային ստեղնաշար, հատուկ տեխնոլոգիական կոճակներ,

					ֆունկցիայի հատուկ ստեղներ Պատկերի ձևաչափը. Պատկերավորում-ամբողջական, պառակտված, բազմակի, ձախ / աջ, վերև / ներքևի պատկերավորում Ոչ պակաս քան սարքին միաժամանակ 3 տվիչ միանալու հնարավորություն Բազմահաճախակային էլեկտրոնային տվիչներ (կոնվեքս, ֆազային, գծային) B ռեժիմում (ոչ պակաս քան) ՈՒժեղացում. 0-255 կարգավորելի Խորությունը՝ 30 սմ Պատկերի խոշորացում՝ 10 անգամ Դինամիկ տիրույթը՝ 20-200 կարգավորելի Հյուսվածքների առանձնահատկությունների պատկերավորում. 4 տեսակ (ճարպային, մկանային, հեղուկ, նորմալ) Ավտոմատ օպտիմալացման գործառույթ Գունային դոպլեր ռեժիմում (ոչ պակաս քան) PRF: 0,5-10Khz PDI / DPDI. 7 տեսակի ընտրելի PW դոպլեր ռեժիմում (ոչ պակաս քան) PRF: 1-16Khz Առավելագույն արագության միջակայք՝ մոտ 0,01-19 մ/վ Նմուշի ծավալը և դիրքը. 0.5-10 մմ կարգավորելի CW դոպլեր ռեժիմում (ոչ պակաս քան) PRF: 1-16Khz

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом << ԱԾ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/92 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Портативная ультразвуковая система с 3 датчиками	Портативная ультразвуковая система с 3 датчиками	Портативная ультразвуковая система с 3 датчиками	Портативная ультразвуковая система с 3 датчиками	Առավելագույն արագության միջակայք՝ մոտ 0,01-42 մ / վ Չափումներ և հաշվետվություններ. Բոլոր ստանդարտները B, M և դոպլեր ռեժիմներում Որովայնի խոռոչ, կրծքագեղձ, սրտաբանություն, գինեկոլոգիա, մանկաբարձական ծրագրավորվող սյունակներով, մանկական, փոքր մասեր, վահանագեղձ, տրանսկրանիալ, MSK, անոթային, ստանդարտ նեսսաչափության հաշվետվություններ և օգտագործողի կողմից ընտրված հաշվետվություններ, սրտային, OB / GYN, բոլոր հաշվետվություններն ավտոմատ կերպով պահվում են համակարգում՝ հիվանդի ֆայլը, արխիվացումը էլեկտրասնուցում՝ 220V / 50Hz Տվիչներ. Որովայնի, կրծքի, ծնկաբերության, փոքր մասերի, սրտաբանական և հետազոտությունների 3 տվիչ ոչ պակաս քան էլեկտրոնային կոնվեքս: մոտ 1 մինչև 7 MHz Գծային: մոտ 4 մինչև 16 MHz Էլեկտրոնային

					Ֆազային զանգվածի հաճախականությունը՝ 1 մինչև 6 MHz Частота фазированной решетки: 1 до 6 MHz Լրակազմ ամբողջական համակարգչային տոմոգրաֆիայի համար Полный комплект для компьютерной томографии Լրակազմ ամբողջական համակարգչային տոմոգրաֆիայի համար Полный комплект для компьютерной томографии Ուլտրաձայնային հետազոտությունների տեսակներ՝ 2D (B-ռեժիմ), B-ռեժիմ կառավարման, B-ռեժիմ ավտոմատ կարգավորման, M-ռեժիմ և PW / CW, PW / CW Դոպլեր, C (գունավոր դոպլեր), THI (հարմոնիկ պատկեր), PHI (մաքուր հարմոնիկ պատկեր), PDI (էներգետիկ դոպլերագրություն) Виды ультразвуковых исследований: 2D (B-режим), B-режим управления, B-режим автоматической регулировки, M-режим и PW / CW, PW / CW Доплер, C (цветной доплер), THI (гармоническое изображение), PHI (Чистое гармоническое изображение), PDI (энергетическая допплерография) Տեխնիկական բնութագրերի համաձայն В соответствии с техническими характеристиками Գունավոր էլեկտրոնային ֆազային զանգվածի սկաներ՝ 90 հատ Цветной электронный фазовый сканер: 90 шт.

						(Силовое доплеровское изображение), DPDI (направленное Силовая доплеровская визуализация), TSI (визуализация спецификации ткани), Widescan (трапециевидная визуализация) Режимы отображения: (не менее чем) 256 уровней серого, режим 2B, режим 4B, B+CFM, B+PDI, B+M, B+PW, B+CFM+PW, B+PDI+PW, B+CW, B+CFM +CW, B+PDI+CW, Widescan Гармоническое изображение на всех преобразователях изображения Три выбираемые частоты для каждого датчика и каждого режима сканирования Уменьшение спеклов и настраиваемые пресеты для оптимизации алгоритма обработки изображений в режиме реального времени Оптимизируйте качество изображения для улучшения обнаружения анатомических структур Изображение трапеции на всех линейных датчиках Переключатель датчика: (не менее чем) Панель управления: Полная буквенно-цифровая клавиатура, специальные технологические

						кнопки, специальные функциональные клавиши. Формат изображения: Изображение - полное, разделенное, множественное, изображение влево / вправо, вверх / вниз Возможность одновременного подключения к устройству не менее чем 3 датчиков Многочастотные электронные датчики (конвексный, фазовый, линейный) В режиме B (не менее чем) Коэффициент усиления: 0-255 регулируемый Глубина: 30 см Увеличение изображения: в 10 раз Динамический диапазон: 20-200 регулируемый Визуализация спецификации ткани: 4 типа (жировая, мышечная, жидкая, нормальная) Функция автоматической оптимизации В режиме цветного доплера (не менее чем) PRF: 0,5-10 кГц PDI/DPDI: 7 типов на выбор В доплеровском режиме PW (не менее чем) Частота дискретизации: 1-16 кГц Диапазон максимальной скорости: приблизительно 0,01-19 м/с Объем и положение образца:

					регулируется на 0,5-10 мм В доплеровском режиме CW (не менее чем) PRF: 1-16 кГц Диапазон максимальной скорости: приблизительно 0,01-42 м/с Измерения и отчетность: все стандартные в B, M и доплеровском режимах Брюшная полость, Молочные железы, Кардиология, гинекология, Акушерство с программируемыми таблицами, Педиатрия, Мелкие части, Щитовидная железа, Транскраниальные, MSK, сосудистые, Стандартные отчеты по биометрии и настраиваемые пользователем отчеты, Кардиология, Акушерство / гинекология, все отчеты автоматически сохраняются в системе в файле пациента, архивируются Источник питания: 220 В / 50 Гц Датчики: 3 датчика для абдоминального, грудного, акушерско-гинекологического, мелких отделов, кардиологического и транскраниального обследований не менее чем Электронный

					конвексный: прибл. от 1 до 7 МГц Апертура: 50 мм Электронный линейный: прибл. от 4 до 16 МГц Апертура: 46 мм Электронный фазовый: прибл. от 1 до 6 МГц сектор развертки: 90 градусов Комплектация и акссесуары: Ультразвуковой гель - 1 флакон Онлайн ИБП. не менее чем 20 минут работы Установка и пуско-наладочные работы Обучение персонала на месте Руководство пользователя на армянском или английском, или русском языках Оборудование должно быть новым, неиспользованным В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и аксессуары для полноценной работы оборудования Гарантия: не менее чем 24 месяцев. Сертификаты качества (наличие) ИСО 13485 или эквивалент CE Mark (Directive 93/42/EEC) или FDA или эквивалент