

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/92 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	EKG1212T	EKG1212T	EKG1212T	Meditech Equipment Co.,Ltd , China	ԷՍԳ շարժական Ձայնագրող ԷՍԳ արտածումներ. 12 ստանդարտ արտածումներ Ձայնագրող կանալներ. 1/3-ի օգտագործողի ընտրությամբ Թվային դիսփլեյ. անկյունագիծը ոչ պակաս քան 8" Արտածումների փոխումը. ձեռքով և ավտոմատ Չգայունություն, մմ / մվ՝ ոչ պակաս քան 5, 10, 20, ավտոմատ Կարգաբերման ազդանշան. ավտոմատ և ձեռքով ԷՍԳ չափումներ՝ բոլոր արտածումները, միջին, ճշգրտված HR- ի միջին RR PR- ի միջակայքում QRS տևողություն QT ընդմիջում և QTc

միջակայք, առավելագույն R [V5]  
կամ [V6] և S [V1, Սոկոլով-Լին  
ինդեքս P, R, T առանցք  
Հաճախականությունների սահմանը,  
Hz ախտորոշիչ. Դեֆիբրիլյացիայի  
պաշտպանություն ըստ AAMI / IEC  
60601-2-25: 2011 ստանդարտներ  
Չֆիլտրացված՝ ոչ պակաս քան 0,05  
ից 150 Հց Ձայնագրիչ. INOP-ի  
կառավարումն անկախ  
յուրաքանչյուր էլեկտրոդի և  
պեյսմեյկերի հայտնաբերման  
համար Ձայնագրման եղանակը՝  
ջերմային թուղթ Տարլուծումը  
առնվազն՝ 8 կետ / մմ Ձայնագրող  
թուղթ՝ ոչ պակաս քան 210մմ x 30մմ  
Ձայնագրման արագությունը՝ մմ /  
վրկ՝ 5 /10 / 25/50 օգտագործողի  
կողմից ընտրելի Ներքին  
վերալիցքավորվող մարտկոց  
Մարտկոցի գործարկման  
ժամանակը. ոչ պակաս քան 90  
րոպե Միացման ձևը՝ ստանդարտ  
կամ կաբրերա էլեկտրոսնուցումը՝  
220 Վ / 50 Հց: Ռուսերեն և անգլերեն  
մենյուի առկայություն  
Աքսեսուարներ 1. Հիվանդի մալուխ  
2. Կրծքավանդակի վերջույթների 6  
էլեկտրոդ 3. 4 վերջույթների

				<p>Էլեկտրոդներ 4. 1 շիշ ԷՍԳ գել 5. 2 թղթի փաթույթ Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 կամ համարժեք CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք</p>
--	--	--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Մեդիտեխնիկա ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/92 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	EKG1212T	EKG1212T	EKG1212T	Meditech Equipment Co.,Ltd , China	Портативный электрокардиограф Запись отведений ЭКГ: 12 стандартных отведений Каналы записи: 1/3 выбираемых пользователем Цифровой дисплей: площадь обзора: 8" Переключение выводов: ручное и автоматическое. Чувствительность, мм/мВ: 5, 10, 20, авто Сигнал калибровки: автоматический и ручной Все отведения, среднее значение, скорректированное среднее значение ЧСС, интервал RR PR, продолжительность QRS, интервал QT и интервал QTс, max R[V5] и

S[V1], Индекс Соколова-Лайона по  
оси P, R, T Диапазон частот, Гц  
Диагностический: Защита от  
дефибрилляции в соответствии с  
АAMI / IEC 60601-2-25: 2011  
Нефильтрованный 0,05...150 Гц  
Регистратор: управление входом  
независимо для каждого электрода  
и обнаружения кардиостимулятора  
Способ записи: разрешение  
термобумаги 8 точек мм Бумага для  
записи: 210 мм x 30 м Скорость  
записи, мм/сек: 5/ 10/ 25/ 50  
выбираемый пользователем  
Внутренняя аккумуляторная  
батарея Время работы от батареи:  
90 мин Подключение каналов  
стандартное Питание 220В/50Гц  
Наличие меню на русском и  
английском языках Аксессуары: 1.  
Кабель пациента 2. 6 электродов  
для грудных конечностей 3. 4  
электрода для конечностей 4. 1  
флакон геля для ЭКГ 5. 2 рулона  
бумаги Комплектация и  
аксессуары: Установка и запуск  
Обучение персонала на месте  
Руководство пользователя на  
английском языках новый,

					неиспользованный В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и аксессуары для полноценной работы оборудования Гарантия 24 месяцев Сертификаты качества (наличие): ISO13485 CE Mark (Directive 93/42 / EEC) Extension letter for EU 2017/745
--	--	--	--	--	---