ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/92 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	JR2000D	JR2000D	JR2000D	Shanxi Jerry Medical Instrument Co., Ltd. , China	Հիվանդի մոնիտոր Հիվանդի մոնիտորը նկարում է սրտագրությունները, չափում է արյան ճնշումը (ոչ ինվազիվ ձևով), շնչառության արժեքները, ջերմաստիճանը, թթվածնի հագեցվածությունը զարկերակային արյան մեջ (SpO2) և պուլսի հաճախությունը (HR) Օգտագործվում է հիվանդներին մոնիտորինգի ենթարկելու համար տեղափոխման ժամանակ՝ օգտագործելով մարտկոցներ, իսկ չափված տեղեկատվությունը հիվանդի վիճակի վերաբերյալ՝

						արտացոլվում է էկրանին ալիքի ձևերով և թվային արժեքներով Դիսփլեյ/էկրան Դիսփլեյ. գունավոր թվային էկրան, էկրանի անկյունագծային կորեր և չափված արժեքներ, 12,1 դույմ, 7 կոր, ինչպես նաև լուսարձակման համար ցուցադրման դաշտեր՝ ձեռքով կարգավորելի Թողունակության արագությունը՝ կարգաբերված է 6.25, 12.5, 25 մմ / վրկ Դիսփլեյի պիքսելները 800x600 Մոնիտորի ինտերֆեյսը էլեկտրացանցի / մարտկոցի շահագործումից, ցանցի շահագործում. Ներկառուցված էլեկտրասնուցման բլոկի միջոցով Մարտկոցի շահագործումը. Ինտեգրված մարտկոցի միջոցով Մարտկոցի գործարկման ժամանակը՝ 2,5 ժամ Սնուցումը՝ 220 Վոլտ, 50/60Հց Բուֆեր. տրենդների ցուցանիշների համար Համակարգի ընդլայնում Ծրագրակազմի թարմացումներն ինտերֆեյսերի միջոցով. Կատարողական պարամետրերի շրջանակի ընդլայնում Մոնիտորինգի պարամետրերը ներառում են՝ ECG, RESP, NIBP, SPO2, PULSE RATE, DUAL-

						TEMP S-T հատվածի սինխրոն հայտնաբերում և վերլուծություն Բոլոր պարամետրերի գրաֆիկական և աղյուսակային տրենդներ NIBP, HEART RATE, TEMP, SPO2, RESP, տվյալների պահպանում (360 ժամ) Կենտրոնական մոնիտոր կայանի հետ կապնվելու հնարավորություն Ներքին բարձր հստակության ջերմային կետերի մատրիցային պրինտեր, որը կարող է նկարել ալիքների ձևեր և նիշեր ECG Մուտք. ECG մալուխ, ստանդարտ AAMI մալուխի միակցիչ Կալիբրացման ազդանշան ՝ 1 մՎտ Սրտի բաբախների քանակը. Չափման միջակայքը՝ 25-ից 250 բ/ րոպե Ազդանշանային ռեժիմ՝ լսելի և տեսողական ազդանշան NIBP Մեթոդը՝ օսկիլոմետրիկ, Ռեժիմը՝ Manual, Auto, STAT, թողունակությունը՝ 1 մմ սնդ. սյուն Չափման միջակայքն AUTO ռեժիմով՝ 2-60 րոպե Չափման ժամանակահատվածը STAT ռեժիմով՝ 5 րոպե Սրտի հաճախության միջակայքը՝ 40-220 հարված մեկ րոպեի ընթացքում Ահազանգի տեսակները՝ SYS, DIA,

						MEAN Չափման և ազդանշանային միջակայք Adult ռեժիմ SYS: 40-240 mmHg DIA: 13-210 mmHg MEAN: 20-235 mmHg Pediatric ռեժիմ SYS: 40- 200 mmHg DIA: 13-150 mmHg MEAN: 10-160 mmHg Neonatal ռեժիմ SYS: 10 -135 mmHg DIA: 13 -100 mmHg MEAN: 26-110 mmHg Ճնշման թողունակությունը՝ 1mmHg Ճշգրտության ճնշման առավելագույն միջին սխալ. + / - 5 mmHg Առավելագույն ստանդարտ շեղումը ՝ + / - 8 mmHg Պաշտպանություն գերճնշումից Adult ռեժիմ: 300 + / - 3 mmHg Pediatric ռեժիմ: 240+ / - 3 mmHg Neonatal ռեժիմ: 150 + / - 3 mmHg SpO2 Չափման և ազդանշանային միջակայք Չափման միջակայք՝ 1-100% Ահազանգի միջակայք ՝ 40-100% Թողունակությունը՝ 1 % Ճշգրտությունը՝ 70% -100% + / - 2% 1%-69% + / - 5 Ակտուալիզացման միջակայք՝ 1 վրկ. Զարթուցիչի հետաձգում. 10 վրկ., Զարկերակային արագություն Չափման և ազդանշանային միջակայք՝ 30-250 բաբախ/րոպե Թողունակությունը՝ 1 բաբախ/րոպե,

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Медтехсервис ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом << ԱԱՀԱՊՁԲ-2024/92 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	JR2000D	JR2000D	JR2000D	Shanxi Jerry Medical Instrument Co., Ltd., China	Монитор пациента Монитор пациента рисует кардиограммы, измеряет кровяное давление (неинвазивный тип), показатели дыхания, температуру в двух точках, насыщение артериальной крови кислородом (SpO2) и частоту пульса (ЧСС) Используется для мониторинга пациентов во время транспортировки с помощью батареек, а измеренная информация о состоянии пациента отображается в виде волн вместе с числовыми значениями. Дисплей/Экран Дисплей: Цветной ճշգրտություն՝ + / - 2 բաբախ/րոպե Շնչառություն (Respiration) Չափման և ազդանշանային միջակայք Մեթոդը ՝ դիմադրություն R-F (RA-LL) միջև Դիֆերենցիալ մուտքային դիմադրություն. մեծ 2.5 Մ ohm Իմպենդանսի չափման միջակայքը՝ 0.3-5.0 ohm Իմպենդանսի հիմնական գծի միջակայքը՝ 0-2.5 ohm Թողունակություն՝ 0.3-2.5 Հg Շնչառության հաճախություն Չափման և ազդանշանային միջակայք Adult: 0-120 rpm Neo/Ped: 0 -150 rpm Թողունակությունը՝ 1 շնչ/րոպե Ճշգրտություն՝ + / - 2 Տ Ջերմաստիճան Չափման և ազդանշանային միջակայք՝ 0-50 ° C թողունակություն՝ 0.1 ° C Ճշգրտությունը՝ + / - 0.1 ° C Սկտուալացման ժամանակահատվածը՝ 1 վրկ Միջին ժամանակի հաստատունը՝ փոքր 10 վրկ. Պարագաներ Մեկնաբանվա էլեկտրոդի մալուխ (3 լարանի) NIBP ճարմանդներ Մեծահասակների համար NIBP ճարմանդներ

					цифровой дисплей, кривые 6 диагональ экрана, измеренные значения NIBP, 7 кривых, а также поля отображения яркости: настраивается вручную. Скорость развертки: регулируется до 6,25, 12,5, 25 мм/с. Пикселей: 800x600 Интерфейсы монитора работы от сети/аккумулятора 10 работы от сети: через встроенный источник питания. Работа SpO2 батарей: с помощью встроенного аккумулятора или подзарядки. Время работы от батареи: 2,5 часов. Источник питания: 220В, 50/60 Гц, Буфер SpO2 значений тренда. Расширение системы Обновление программного обеспечения через интерфейс: расширение диапазона параметров производительности Параметры мониторинга включают: ЭКГ, RESP, NIBP, SPO2, ЧАСТОТУ пульса, синхронное обнаружение и анализ двухканального сегмента ST Графические и табличные тренды всех параметров 24 NIBP, HEART RATE, TEMP, SPO2, RESP, хранение данных ISO 13485 CE Mark (Directive

					93/42/EEC) Extension cable for ECG 3/12 lead for EU станции мониторинга 2017/745 Внутренний принтер
					термоточечный матричный принтер высокой четкости, способный выводить осциллограммы и символы ECG Вход: Кабель ЭКГ, стандартный кабельный разъем AAMI Калибровочный сигнал: 1 мВ Частота сердечных сокращений: Диапазон измерения: от 25 до 250 ударов в минуту Режим сигнализации: Звуковая и визуальная сигнализация NIBP Способ: Осциллографический Режим: Ручной, автоматический, статический, разрешение 1 мм рт. ст. Интервал измерения в автоматическом режиме: в диапазоне 2-60 минут Период измерения в режиме статистики: 5 мин Диапазон частоты пульса: 40-220 ударов в минуту Тип сигнализации: SYS, DIA, MEAN Диапазон измерения и сигнализации Режим для взрослых SYS: 40-240 mmHg DIA: 13-210 mmHg MEAN: 26-230 mmHg Педиатрический режим SYS: 40-200 mmHg DIA: 13-150 mmHg MEAN:

						26-160 mmHg Неонатальный режим SYS: 10 -135 mmHg DIA: 13 -100 mmHg MEAN: 26-110 mmHg Разрешающее давление: 1 мм рт. ст. Точность Максимальная средняя погрешность давления: ±5 мм рт. ст. Максимальное стандартное отклонение: ±8 мм рт. ст. Защита от избыточного давления Режим для взрослых: 300±3 мм рт. ст. Педиатрический режим: 240±3 мм рт. ст. Неонатальный режим: 150±3 мм рт. ст. SpO2 Диапазон измерения и сигнализации Диапазон измерения: 1-100 % Диапазон срабатывания сигнализации: 40-100 % Разрешение: 1 % Точность: 70% -100% ±2 %; 1%-69% ±5% Интервал актуализации: около 1 секунды. Задержка сигнала тревоги: 10 Сек., Частота пульса Диапазон измерения и сигнализации: 30-250 уд / мин Разрешение: 1 уд / мин, точность: ±2 уд / мин Дыхание (респирация) Диапазон измерения и сигнализации Способ: Импеданс между R-F (RA-LL) Дифференциальное входное

						сопротивление: > 2,5 MΩ Диапазон измерения импеданса: 0,3-5,0 Ом Диапазон импеданса базовой линии: 0 – 2,5 КОм Полоса пропускания: 0,3-2,5 Гц Частота дыхания Диапазон измерения и сигнализации Взрослый: 0-120 rpm Neo/Ped: 0 -150 rpm Разрешение: ±2 rpm Точность: ±2 rpm Тревога Апноэ: 10-40 С Температура Диапазон измерения и сигнализации Канал: 2 Диапазон измерения и сигнализации: 0-50 °C, разрешение: 0,1 °C Точность: ±0,1 °C Интервал актуализации: около 1 секунды. Средняя постоянная времени: <10 сек. Акссесуары: Электродный кабель для одноразового электрода (3 выводов) Манжета NIBP для взрослых Манжета NIBP для детей Манжета NIBP для новорожденных Шланг для манжеты NIBP Шнур питания Одноразовый электрод (5 шт) Датчик SpO2 многоразового использования для взрослых Примечание: В дополнение к 10 многоразовым датчиком SpO2 для взрослых, поставляемым с

					мониторами, поставляться 4 многоразовых датчика SpO2 для новорожденных, совместимых с теми же мониторами Комплектация и акссесуары: Установка и пуско-наладочные работы Обучение персонала на месте Руководство пользователя на английском, новым, неиспользованным В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и аксессуары для полноценной работы оборудования Гарантия 24 месяцев Сертификаты качества (наличие) ИСО 13485 CE Mark (Directive 93/42/EEC) Extension letter for EU 2017/745