

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/92 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	Ցենտրիֆուգ	Ցենտրիֆուգ	Ցենտրիֆուգ	Ցենտրիֆուգ	Ցենտրիֆուգ Լաբորատորիայում անհրաժեշտ է ցենտրիֆուգեր՝ արյան տարբեր բաղադրիչներն անալիզի համար առանձնացնելու համար: Գործառնական պահանջներ. Կոմպակտ կոնստրուկցիա՝ առանց վիբրացիայի աշխատելու համար Սեղանին դրվող տարբերակ Փորձանոթի տարողություն. ոչ պակաս քան 5-ից 15 մլ («Վակուտայներ» փորձանոթներ) միջակայքում Կառավարման վահանակ (ոչ պակաս քան)- մեկնարկի / դադարեցման

անջատիչի, դիսամիկ արգելակների,
արագության աստիճանական
կարգավորիչ ժամանակի չափիչով,
գրոյական մեկնարկի անջատիչով և
արագության ցուցիչ`
ժամանակաչափով Դռան
արգելափակումը Սպասարկում -
անխոզանակ շարժիչ` ճշգրիտ
արագության նախնական
ընտրությամբ և ցուցադրմամբ
Արագության տիրույթ. ոչ պակաս
քան 200-ից 5000 պտ / րոպե
տիրույթում Համակարգի
կազմաձևման պարագաներ,
պահեստամասեր և ծախսվող
նյութեր Ցենտրիֆուգը պետք է
հագեցած լինի ֆիքսված անկյան
ռոտորով: Փորձանոթների դիրքերի
քանակն անկյունային ռոտորում` ոչ
պակաս քան 12 փորձանոթ
Էլեկտրոնուլցում` 220 Վ, 50/60 Հց:
Լրակազմ և պարագաներ
Տեղադրում և մեկնարկ
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում
Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն
կամ անգլերեն կամ ռուսերեն
Սարքավորումը պետք է լինի նոր,
չօգտագործված Լրակազմը
ներառում է բոլոր անհրաժեշտ

				<p>լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 կամ համարժեք CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեդիտեխսերվիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/92 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7	Настольная центрифуга	Настольная центрифуга	Настольная центрифуга	Настольная центрифуга	Настольная центрифуга Центрифуги необходимы в лаборатории для разделения различных компонентов крови для анализа. Эксплуатационные требования: Компактная конструкция для работы без вибрации Настольная версия Емкость пробирки. не менее чем в диапазоне 5-15 мл (пробирки «Вакутайнер») Панель управления (не менее) - для переключателя запуска/остановки, динамических тормозов, бесступенчатого регулятора скорости с

переключателем нулевого пуска и индикатора скорости с таймером.
Дверной замок Не требующий технического обслуживания
бесщеточный приводной двигатель с точным предварительным выбором скорости и дисплеем.
Диапазон оборотов: не менее чем в диапазоне от 200 до 5000 об/мин
Аксессуары для настройки системы, запасные части и расходные материалы
Центрифуга должна быть оснащена ротором с фиксированным углом наклона.
Количество положений пробирок в угловом роторе: не менее чем 12 пробирок
Электропитание 220 В, 50/60 Гц
Комплектация и аксессуары: Установка и пусконаладочные работы
Обучение персонала на месте
Руководство пользователя на армянском или английском, или русском языках
Оборудование должно быть новым, неиспользованным
В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и аксессуары для полноценной работы оборудования
Гарантия не

				менее чем 24 месяцев Сертификаты качества (наличие) ИСО 13485 или эквивалент CE Mark (Directive 93/42 / EEC) или FDA или эквивалент
--	--	--	--	--