

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կվանտա ՍՊԸ-ն ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/09 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի  |                        |   |
|--------------------|---|------------------------|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը                                     | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 16                 | Արյունաստեղծ<br>հյուսվածքի<br>նմուշառման<br>հավաքածու 15G | Վիգեո                  | Արյունաստեղծ հյուսվածքի նմուշառման հավաքածու 15G, մշակված<br>անվտանգ օգտագործման և հուսալի ասպիրացիայի համար, պարտադիր<br>մակնանշում եռակի սրվածության մասին: Պետք է ապահովի խորության<br>միլիմետրային սանդղակով և երկար կանյուլայով կոնքային գազաթի<br>նմուշառում: Աշխատանքային մասը փոփոխվող երկարությամբ մինչև 65<br>մմ, չափը 15G : ISO13485 և MDA approved CE սերտիֆիկատների<br>առկայություն: |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Кванта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗЦЧ-ЕЦХЦПЗР-25/09 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар                           |                            |   |
|------------|--|----------------------------|---|
|            | фирменное наименование                       | наименование производителя | технические характеристики  |
| 16         | Набор для отбора проб кроветворной ткани 15G | Вигео                      | Набор для отбора проб кроветворной ткани 15G, предназначенный для безопасного использования и надежной аспирации, с обязательной маркировкой тройной остроты зрения, должен обеспечивать отбор проб из верхушки таза с миллиметровой шкалой глубины и длинной канюлей. Рабочая часть переменной длины до 65 мм, размер 15Г. Наличие сертификатов CE, одобренных ISO13485 и MDA. |