

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՉՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-72/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	բժշկական սեղաններ	բժշկական սեղաններ	բժշկական սեղաններ	բժշկական սեղաններ	Էլեկտրական ծննդաբերական սեղան, շարժական, պատված հեշտ լվացվող մակերեսով, ընդհանուր երկարությունը առնվազն 1850մմ, լայնությունը առնվազն 600մմ: Սեզմենտների երկարությունները՝ Նստատեղը՝ առնվազն 400մմ, մեջքի հատվածը՝ առնվազն 800մմ, լրացուցիչ ոտքերը՝ առնվազն 650մմ: Նստատեղի և մեջքի շուրջը պետք է առկա լինեն արքեստուարների ամրացման ռեյսեր (EUORails): Բարձրությունը կարգավորվող՝ առնվազն 650-940մմ (Էլեկտրական), մեջքի թեքությունը Էլեկտրական

շարժիչով կարգավորվող՝ առնվազն 0°-ից 55°, նստատեղը (Trendelenburg) էլեկտրական շարժիչով կարգավորվող՝ թեքությունը առնվազն 0°-ից 15°: Պետք է նախատեսված լինի առնվազն 150կգ քաշի համար: Ապահովված լինի անիվների կենտրոնական արգելակման համակարգով (զույգ անիվներ), կատետրի պայուսակով, որը կարելի է լինի ամրացնել մահճակալի երկու կողմերում: Պետք է ունենա համապատասխան հզորության հոսանքի կարգավորիչ: Կոմպլեկտը պետք է բաղկացած լինի ներքնակից, որը պետք է պատված լինի ջրակայուն, լվացվող ծածկով: Սեղանի միջանկյալ մասում պետք է ամրացված լինի դրենաժային տարա, ոտնամասի հատվածը պետք է լինի հեռացվող, ունենա 2 հատ ոտքերի հենարան՝ ամրացնող ժապավեններով, 2 հատ ձեռքերի հենարան, 2 հատ Labor Grip: Առնվազն CE, ISO 9001, ISO 13485 վկայականներ, առնվազն 1 տարվա երաշխիքային սպասարկում: Ապրանքը պետք է լինի նոր,

				<p>չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա օգտագործողի ռուսերեն ձեռնարկ: Ապրանքի մատակարարումը, տեղադրումը, կարգաբերումը, ուսուցումը պետք է կատարվի մատակարարի կողմից, երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ծագող տեխնիկական խնդիրների լուծումը պետք է իրականացվի սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից:</p>
--	--	--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Մեղտեխսերվիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՉՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-72/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	բժշկական սեղաններ	բժշկական սեղաններ	բժշկական սեղաններ	բժշկական սեղաններ	Էլեկտրական ծննդաբերական սեղան, շարժական, պատված հեշտ վացվող մակերեսով, ընդհանուր երկարությունը առնվազն 1850մմ, լայնությունը առնվազն 600մմ: Սեգմենտների երկարությունները՝ Նստատեղը՝ առնվազն 400մմ, մեջքի հատվածը՝ առնվազն 800մմ, լրացուցիչ ոտքերը՝ առնվազն 650մմ: Նստատեղի և մեջքի շուրջը պետք է առկա լինեն արքեստուարների ամրացման ռելսեր (EUORails): Բարձրությունը կարգավորվող՝ առնվազն 650-940մմ (Էլեկտրական), մեջքի թեքությունը Էլեկտրական

շարժիչով կարգավորվող՝ առնվազն 0°-ից 55°, նստատեղը (Trendelenburg) էլեկտրական շարժիչով կարգավորվող՝ թեքությունը առնվազն 0°-ից 15°: Պետք է նախատեսված լինի առնվազն 150կգ քաշի համար: Ապահովված լինի անիվների կենտրոնական արգելակման համակարգով (զույգ անիվներ), կատետրի պայուսակով, որը կարելի է կլինի ամրացնել մահճակալի երկու կողմերում: Պետք է ունենա համապատասխան հզորության հոսանքի կարգավորիչ: Կոմպլեկտը պետք է բաղկացած լինի ներքնակից, որը պետք է պատված լինի ջրակայուն, լվացվող ծածկով: Սեղանի միջանկյալ մասում պետք է ամրացված լինի դրենաժային տարա, ոտնամասի հատվածը պետք է լինի հեռացվող, ունենա 2 հատ ոտքերի հենարան՝ ամրացնող ժապավեններով, 2 հատ ձեռքերի հենարան, 2 հատ Labor Grip: Առնվազն CE, ISO 9001, ISO 13485 վկայականներ, առնվազն 1 տարվա երաշխիքային սպասարկում: Ապրանքը պետք է լինի նոր,

				<p>չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա օգտագործողի ռուսերեն ձեռնարկ: Ապրանքի մատակարարումը, տեղադրումը, կարգաբերումը, ուսուցումը պետք է կատարվի մատակարարի կողմից, երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ծագող տեխնիկական խնդիրների լուծումը պետք է իրականացվի սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից:</p>
--	--	--	--	---