

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարզ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ԷԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/06 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Էլեկտրական վիրահատական սեղան	Էլեկտրական վիրահատական սեղան	Էլեկտրական վիրահատական սեղան	Էլեկտրական վիրահատական սեղան--Նախատեսված Ց- աղեղի հետ համատեղ աշխատանքի համար: Սեղանի տեխնիկական պարամետրերը՝ Արտաքին չափսերը՝ երկարությունը առնվազն 2100մմ, լայնությունը առնվազն 500մմ, բարձրությունը կարգաբերվող առնվազն 680-930մմ տիրույթում: Հակադարձ տրենդելենբուրգ՝ առնվազն 0-25° Տրենդելենբուրգ՝ առնվազն 0-25° Մեջքի մասի թեքում առնվազն վերև/ներքև՝ 70°/15° Կողային թեքություն ձախ/աջ՝ առնվազն 0-15° Գլխամասի թեքում առնվազն վեր/ներքև 45°/90° Ոտքի թիթեղը վեր/ներքև 45°/90° Երիկամային կամրջի բարձրությունը՝ առնվազն 0-100 մմ Ոտքի թիթեղի հորիզոնական թեքում առնվազն ` 90° Հորիզոնական սահք՝ առնվազն 0-350 մմ Անվտանգ աշխատանքային բեռ՝ առնվազն 250 կգ Արգելակի

				<p>առկայությունը Ներքնակը կայուն հեղուկ քիմիական ախտահանող նյութերին, մարմնի «հիշողության» հատկությունով Ներկառուցված մարտկոցի առկայությունը, նախատեսված առնվազն 120 ամբողջական աշխատանքային ցիկլի համար Կառավարումը ձեռքի կառավարման վահանակի միջոցով Պատրաստման նյութը չժանգոտվող մետաղ, 304 կամ ավել դասի Լրակազմում առնվազն. կառավարման վահանակ՝ 1հատ, մահճակալի շրջանակ՝ 1 հատ, ներքնակ՝ 1 հավաքածու, անզգայացման Էկրանի շրջանակ՝ 1 հատ, ուսի հենակներ՝ 2 հատ, թևատակ՝ 2 հատ, ոտքերի հենարան՝ 2 հատ, ծնկների հենարան՝ 2 հատ, ձեռքերի հենարան՝ 2 հատ, արմունկների հենարան՝ 2 հատ: Լրակազմում պետք է ներառված լինեն բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Տեղադրման և փորձարկման աշխատանքներ, Աշխատակազմի ուսուցում տեղում՝ մասնագետի կողմից: Երաշխիք՝ առնվազն 12 ամիս: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Որակի սերտիֆիկատների պարտադիր առկայությունը առնվազն՝ ISO13485, CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA: Արտադրողի կողմից մատակարարին տրված հավաստագրի առկայությունը սույն ծածկագրով մրցույթին մասնակցելու և մատակարարման մասին:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕРЧ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/06 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	Էլեկտրական վիրահատական սեղան	Էլեկտրական վիրահատական սեղան	Էլեկտրական վիրահատական սեղան	<p>Էլեկտրական վիրահատական սեղան--Նախատեսված 8-աղեղի հետ համատեղ աշխատանքի համար: Սեղանի տեխնիկական պարամետրերը՝ Արտաքին չափսերը՝ երկարությունը առնվազն 2100մմ, լայնությունը առնվազն 500մմ, բարձրությունը կարգաբերվող առնվազն 680-930մմ տիրույթում: Հակադարձ տրենդելենբուրգ՝ առնվազն 0-25° Տրենդելենբուրգ՝ առնվազն 0-25° Մեջքի մասի թեքում առնվազն վերև/ներքև՝ 70°/15° Կողային թեքություն ձախ/աջ՝ առնվազն 0-15° Գլխամասի թեքում առնվազն վեր/ներքև 45°/90° Ոտքի թիթեղը վեր/ներքև 45°/90° Երիկամային կամրջի բարձրությունը՝ առնվազն 0-100 մմ Ոտքի թիթեղի հորիզոնական թեքում առնվազն ` 90° Հորիզոնական սահք՝ առնվազն 0-350 մմ Անվտանգ աշխատանքային բեռ՝ առնվազն 250 կգ Արգելակի</p>

				<p>առկայությունը Ներքնակը կայուն հեղուկ քիմիական ախտահանող նյութերին, մարմնի «հիշողության» հատկությունով Ներկառուցված մարտկոցի առկայությունը, նախատեսված առնվազն 120 ամբողջական աշխատանքային ցիկլի համար Կառավարումը ձեռքի կառավարման վահանակի միջոցով Պատրաստման նյութը չժանգոտվող մետաղ, 304 կամ ավել դասի Լրակազմում առնվազն. կառավարման վահանակ՝ 1հատ, մահճակալի շրջանակ՝ 1 հատ, ներքնակ՝ 1 հավաքածու, անզգայացման Էկրանի շրջանակ՝ 1 հատ, ուսի հենակներ՝ 2 հատ, թևատակ՝ 2 հատ, ոտքերի հենարան՝ 2 հատ, ծնկների հենարան՝ 2 հատ, ձեռքերի հենարան՝ 2 հատ, արմուկների հենարան՝ 2 հատ: Լրակազմում պետք է ներառված լինեն բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Տեղադրման և փորձարկման աշխատանքներ, Աշխատակազմի ուսուցում տեղում՝ մասնագետի կողմից: Երաշխիք՝ առնվազն 12 ամիս: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Որակի սերտիֆիկատների պարտադիր առկայությունը առնվազն՝ ISO13485, CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA: Արտադրողի կողմից մատակարարին տրված հավաստագրի առկայությունը սույն ծածկագրով մրցույթին մասնակցելու և մատակարարման մասին:</p>
--	--	--	--	--