ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԱՅ ԷՍ ԱՅ» ՍՊԸ-ն ԷԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/06 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Դյուրակիր ուլտրաձայնային հետազոտությունների սարք երեք տվիչներով	Mindray z60	Չինաստան, Mindray z60	Դյուրակիր ուլտրաձայնային հետազոտությունների սարք երեք տվիչներով--Կիրառության պահանջվող ոլորթները առնվազն՝ Abdomen, Obstetrics, Gynecology, Cardiology, Small Parts, Urology, Vascular, Pediatric, Emergency, Nerve Սարքի հիմնական միավորի պահանջվող կոնֆիգուրացիա և բնութագրեր Մոնիտորը գունավոր՝ առնվազն 15" անկյունագծով, LCD, 1024 x 768 լուծաչափով, 0-60 աստճան տիրույթը ներառող անկյան տակ կարգավորվող: Պատկերավորումների տեսակները պարտադիր՝ B-Mode; M Mode; Color Mode; Power Mode; PW (Pulse Wave Doppler); CW; TDI; առանձին պատվերով պետք է հնարավոր լինեն- 3D/4D; Natural Touch Elastography և ECG Module Առնվազն 3 հարակցիչներ 3 տվիչների միաժամանակ միացնելու համար, /առանց արտաքին հարմարանքների

				անհրաժեշտության/: Սարքի հետ աշխատող տվիչների պարտադիր տեսակները՝ կոնվեքսային; գծային այդ թվում T-ա ձև ինտրաօպերացիոն; փուլային /ֆազային/մեծահասակների և երեխաների; ներխորոճային կոնոեքսային այդ թվում բիպլան; ծավալաին: Տարբեր տեսակի ուսումնասիրությունների չափման եւ հաշվարկման ծրագային փաթեթներ ներառյալ՝ մանկաբարձական, մանկաբուժության, գինեկոլոգիական, որովայնային, ուրոլոգիական, փոքր օրգանների, անոթային, սրտաբանական, նյարդաբանական և անհետաձգելի բժշկության Առնվազն 500 GB տարողությամբ կոշտ սկավառակ Աջակցություն IOS/Android սարքերին DICOM Basic առկայություն USB պորտ առնվազն 4 հատ Առնվազն 1.5 ժամի ընթացքում ներդրված մարտկոցի սնուցմամբ լիարժեք աշխատելու հնարավորությամբ: Արտաքին չափերը ոչ ավելի քան /մմ/ ՝ L200×Ե420×Բ410 Քաշը առանց տեղադրված մարտկոցի և տվիչների ոչ ավելի քան /կգ/՝ 8.3: Ձեռքով տեղափոխման բռնակի առկայություն: Սքանավորման պարտադիր տեսակները /mode/ և բնութագրերը՝ B mode՝ ներառյալ Tissue Harmonic Imaging; Phase Shift Harmonic Imaging • Հետազոտման խորությունը՝ նվազագույնը ոչ ավելի քան 0.9 սմ., առավելագույնը ոչ պակաս քան 38.8 սմ.: • Կադրերի հաճախականությունը՝ առավելագույնը ոչ պակաս քան 400 կ/վրկ: • Կարգավորվող կիզակետային հատվածների թիվը առնվազն՝ 4 • Կարգավորվող կիզակետային դիրքերի առավելագուն թիվը ոչ պակաս 16 • Պատկերի խոշորացման տեսակները առնվազն՝:

				անընդհատ կարգավորմամբ; լոկալ խոշորացում առնվազն 80%-1000% տիրույթում; պատկերը լրիվ էկրանի վրա երկու մակարդակով ներկայացում: • Դինամիկ տիրույթը պետք է ներառի առնվազն՝ 30÷220 • TGC: 8 • FOV: անընդհատ կարգավորմամբ • ExFOV: on/off (սեղանաձև պատկերում գծային տվիչների համար) 1. B պատկերների վերադրում եւ միջինավորված պատկերի կառուցում, պատկերը օպտիմալացնելու և աղմուկները հեռացնելու նպատակով /Persistence/ առնվազն՝ 7 մակարդակ: • Պատկերի պտույտներ և շրջումներ առնվազն: 0°/90°/180°/270°; R/L, U/D Flip • Գծի հաստությանը կարգավորվող: L, M, H, UH • Պատկերների ավտոմատ օպտիմազացում: -12÷12dB, • TSI: General, Fat, Fluid, Muscle • Հետազոտման ուղղության թեքում գծային տվիչների օգտագործման ընթացքում /Steer/ առնվազն 3 տեսակի • Հատիկավորության ճնշման ֆունկցիա, կարգավորվող առնվազն՝ 1-4 մակարդակների • Բազմալիքային կոմպոզիտային սքանավորում /iBeam/: • Gray Invert: • Երկու պատկերների համակցում տեսադաշտի ընդլայման նպատակով գծային տվիչով հետազոտման ընթացքում /Auto Merge/: M Mode • Արագությունների ընտրություն /Speed/առնվազն 1÷6 մակարդակի • Պատկերի պրոֆիլի մեծացման ֆունկցիա պատկերի սահմանները տարբերելու համար /Edge Enhance/: 0~14 մակարդակների : • M պատկերների սկան գծերը մշակելու ֆունկցիա, աղմուկների ճնշելու, պարզեցնելու և հստակեցնելու նպատակով /M Soften/ առնվազն 0÷14 մակարդակների Color Mode • Կադրերի

				հաճախականությունը՝ առավելագույնը ոչ պակաս քան : 405 fps • PRF պետք է ներառի 0.1÷15.5 կՀց տիրույթը: • Հոսքի չափվող արագության տիրույթը պետք է նեարառի 1.0÷262.9 սմ/վրկ.: • Baseline առնվազն՝ -8÷8 • Միջինավորված պատկերի կառուցում /Persistence/ առնվազն 0~4 պատկերների վերադրմամբ • Պատկերի հարթեցում /Smooth/ առնվազն 0÷4 մակարդակների: • ROI • Color Map • Ֆունկցիա հոսքի ցուցադրման մակարդակները սահմանելու համար /Priority/ 0%÷100%, 11 մակարդակ • Անոթի պատերի տատանումներ զտիչ /WF/ առնվազն 0÷7 մակարդակների • Line Density: L, M, H, UH • Dual Live: on/ off • Ինվերսիա /Invert/ • Համատեղ B/C /Align/ • Գունային հոսքի հայտնաբերելու ճշգրտությունը կարգավորելու ֆունկցիա /Packet Size/ առնվազն 0~3 մակարդակի: Power Mode • Դինամիկ տիրույթը պետք է ներառի առնվազն՝ 10÷70 տիրույթը: • Power Map PW/CW Mode • PRF (kHz)՝ PW ոչ պակաս 24.0; CW ոչ պակաս 160.0 • Հոսքի չափվող արագությունները ոչ պակաս՝ PW 920 սմ/վրկ.; CW 6150 սմ/վրկ.: • Բազային գիծը /Baseline/առնվազն -4÷4 մակարդակների • Անկյան տեղադրում /Angle/: -89 ÷ 89°1˚/քայլ • Անկյան արագ տեղակայում /Quick Angle/: -60°, 60° • SVD (CW focus depth): անընդհատ • Speed: 1~6 մակարդակի • Պատկերի ավտոմատ օպտիմալացում • Հետազոտվող նմուշի ծավալը /SV/պետք է ներառի 0.5÷20 մմ. տիրույթը: • Դինամիկ տիրույթը պետք է ներառի 24÷72 • Գունավորում /Colorize/ • WF: 0÷6 • Duplex/Triplex • HPRF • Ժամանակահատվածի և տարածական չափերի

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО АЙ ЭС АЙ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԷԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/06 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2				Միջև հավասարակշռության հարմարեցման ֆունկցիա օպտիմալացման նպատակով /T/F Res/ առնվազն՝ 0÷4 մակարդակի : • Ավտոմատ հաշվարկներ /Auto Calc/ • Auto Calc Cycle: 1÷5 • Auto Calc Param: setting auto spectrum calculation results Color M Mode Free Xros M Mode • Tint map • Gray map • Display format: V1:2,V2:1,V1:1 TDI (Tissue Doppler imaging) TVI (Tissue Velocity Imaging) և TEI (Tissue Energy Imaging) Dual live: B and B+TVI TEI-ում դինամիկ տիրույթը պետք է ներառի 10-70 ROI TVI -ում Baseline առնվազան՝ -8÷8 մակարդակների Wall filter առնվազն 0-7 Packet size առնվազն 0-3 մակարդակների Smooth: 0-4 մակարդակների B/C Align Invert: on/off Line density: L/M/H/UH TVD (Tissue Velocity Doppler Imaging) Display formats: V1:2,V2:1,V1:1,Full Duplex/Triplex Սանդղակ /Scale/ առնվազն 30 մակարդակների Baseline: -4÷4 Դինամիկ տիրույթը պետք է ներառի: 24-72 Speed: 1-6, 6 steps Wall filter առնվազն՝ 0-6 մակարդակների Invert Angle՝ -89÷89°, 1˚/քայլ Quick angle: 0°, -60°, 60° Gray map Tint map Ժամանակահատված/հաճախականության լուծանելիություն /Time/frequency resolution/առնվազն : 0-4 մակարդակների TVM (Tissue Doppler Velocity M Mode) Մատակարման ենթակա պարտադիր ապրանքներ՝ Հիմնական միավոր: Տվիչներ՝ Կոնվեքսային տվիչ Հաճախականությունների տիրույթը պետք է ներառի: 1.7-6ՄՀg; ExFOV ոչ պակաս քան 80°; կորության շառավիղը ոչ պակաս քան 60մմ Գծային տվիչ Հաճախականությունների տիրույթը պետք է

				ներառի: 3.7-13.0 ՄՀg; FOV: 38+/-4մմ.: Ֆազային տվիչ Հաճախականությունների տիրույթը պետք է ներառի:1.5 -5ՄՀg; FOV ոչ պակաս 90° Ջերմային տեսատպիչ, 110մմ. լայնության ջերմազգայուն ժապավենների: Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ ռուսերեն կամ անգլերեն լեզուների: Ուլտրաձայնային սարքի Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 24 ամիս տեղակաման օրվանից: Տվիչների Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 18 ամիս տեղակաման օրվանից Գինը պետք է ներառի մատակարման, տեղակայման և օպերատորական ուսուցման բոլոր ծախսերը CE դեկլարացիան պարտադիր է