

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ՍԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/9 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
77	Roche Diabetes Care	Roche Diabetes Care	<p>արյան մեջ գլյուկոզի որոշման ակտու-Չեկ պերֆորմա սարքի թեստ-երիզներ, ֆորմատը՝ 50-100 հատնմուշի տեսակը՝ մազանոթային արյուն: Չափման մեթոդ՝ Էլեկտրոքիմիական: Չափման միջակայքը՝ 0.6-33.3 մմոլ/լ: Չափման ժամանակահատվածը՝ 5վրկ: արյան ծավալը՝ 0.6 մկլ: հեմատոկրիտի թուլյատրեի միջակայքը՝10-65%կալիբրացիա՝համակարգը կալիբրավորված է ըստ երակային արյան, որը հիմնված է հեքսոկինազային մեթոդի վրա և համապատասխանում է NIST չափորոշիչին, Mut. Q- GDH 2 կայուն թթվածնի ազդեցության հանդեպ: թեստ-երիզների ժամկետը՝ չի փոփոխվում անկախ սրվակի բացման պայմանից: համակարգը համապատասխանում է EN ISO 15197:2013, ISO 13485:2012 CE0088 չափորոշիչների պահանջներին:մասնակիցը կներկայացնի արտադրողի կողմից հաստատված հի տարածքում վաճառքի արտոնագիր (ավտորիզացիա) և հավաստագրեր արտադրողի ձևաթղթով : հանձնման պահին ապրանքը կունենա առնվազն 1 (մեկ) տարի պիտանիության ժամկետ:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UCF4-ECΔU72P-25/9 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
77			