ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՅՈՒՆԻՄԵԴ ՍՊԸ-ն ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/112 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Meditech Equipment Co.,Ltd,,	EKG1212T	EKG1212T	Meditech Equipment Co.,Ltd,,	ԷՍԳ շարժական ։ Ձայնագրող ԷՍԳ արտածումներ. 12 ստանդարտ արտածումներ ։ Ձայնագրող կանալներ. 1/3-ի օգտագործողի ընտրությամբ ։ LCD դիսփլեյ. անկյունագիծը 8" ։ Արտածումների փոխումը. ձեռքով և ավտոմատ ։ Զգայունություն, մմ / մվ՝ 2,5, 5, 10, 20, 40 ավտոմատ։ Կարգաբերման ազդանշան. ավտոմատ և ձեռքով ։ ԷՍԳ չափումներ՝ բոլոր արտածումները, միջին, ճշգրտված HR- ի միջին RR PR- ի միջակայքում QRS տևողություն QT ընդմիջում և QTc միջակայք, առավելագույն R [V5]

						կամ [V6] և S [V1, Սոկոլով-Լիոն ինդեքս P, R, T առանցք: Հաճախականությունների սահմանը, Hz ախտորոշիչ. Դեֆիբրիլյացիայի պաշտպանություն ըստ AAMI / IEC 60601-2-25: 2011 ստանդարտներ ։ Չֆիլտրացված՝ 0,05... 150 Հց ։ Ձայնագրիչ. INOP-ի կառավարումն անկախ յուրաքանչյուր էլեկտրոդի և պեյսմեյկերի հայտնաբերման համար ։ Ձայնագրման եղանակը՝ ջերմային թուղթ Տարլուծումը՝ 8 կետ / մմ ։ Ձայնագրող թուղթ 210մմ x 30մ ։ Ձայնագրման արագությունը՝ մմ / վրկ՝ 5 /10 / 25/50 օգտագործողի կողմից ընտրելի ։Ներքին վերալիցքավորվող մարտկոց ։ Մարտկոցի գործարկման ժամանակը 90 րոպե ։ Միացման ձևը՝ ստանդարտ կամ կաբրերա ։ Ավտոմատ ԷՍԳ վերլուծության և առիթմիայի ճանաչման գործառույթի առկայություն: Էլեկտրասրտագրությունների ավտոմատ մեկնաբանության առկայություն: Էլեկտրոսնուցումը ՝ 220 Վ / 50 Հց: Ռուսերեն և անգլերեն մենյուի առկայություն ։ Աքսեսուարներ ։ 1. Հիվանդի

					մալուխ: 2. Կրծքավանդակի վերջույթների 6 էլեկտրոդ ։ 3. 4 վերջույթների էլեկտրոդներ ։ 4. 1 շիշ ԷՍԳ գել ։ 5. 2 թղթի փաթույթ ։ Լրակազմ և պարագաներ ։ Տեղադրում և մեկնարկ ։ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում ։ Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն ։ Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված ։ Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար ։ Երաշխիքը 24 ամիս ։ Որակի վկայականներ (առկայություն) ։ ISO13485 ։ CE Mark (Directive 93/42/EEC)

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՅՈՒՆԻՄԵԴ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/112 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Meditech Equipment Co.,Ltd,,	EKG1212T	EKG1212T	Meditech Equipment Co.,Ltd,,	Портативная ЭКГ. Запись результатов ЭКГ. 12 стандартных постановок. Запись каналов. 1/3 по выбору пользователя. ЖК-дисплей. диагональ 8". Переключение выходов: ручное и автоматическое. Чувствительность, мм/мс: 2,5, 5, 10, 20, 40 автомат. Калибровочный сигнал: автоматический и ручной. Измерения ЭКГ: все выходы, среднее, скорректированное ЧСС среднее RR PR интервал QRS продолжительность интервала QT и интервала QTc, максимум R [V5] или [V6] и S [V1, Индекс Соколова-

						Лиона. Предел частоты: Дефибрилляция по стандартам AAMI 2011: 0,05...150 Гц и для обнаружения кардиостимулятора. Способ записи: термобумага. Разрешение: 8 точек/мм. 210 мм х 30 м Скорость записи: 5/10/50 мм Внутренняя аккумуляторная батарея: стандартная или функция Кабрера: Наличие автоматической интерпретации электрокардиограмм: 220 В/50 Гц. Наличие русского и английского меню. Аксессуары. 1. Кабель пациента. 2. 6 электродов грудных конечностей. 3. 4 электрода для конечностей. 4. 1 флакон геля для ЭКГ. 5. 2 пачки бумаги. Оборудование и аксессуары. Установка и запуск. Обучение персонала на месте. Руководство пользователя на английском языке. Оборудование новое, неиспользованное. В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и аксессуары, необходимые для полноценной работы. Гарантия составляет 24 месяца.

					Сертификаты качества (наличие). ISO13485. Маркировка CE (Директива 93/42/EEC)