

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/112 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի                      |   |   |   |  |
|--------------------|---|---|---|---|--|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը                   | ապրանքային<br>նշանը                     | մակնիշը                                 | արտադրողի<br>անվանումը                  | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 2                  | սրտի աշխատանքի<br>հսկողության<br>սարքեր | սրտի աշխատանքի<br>հսկողության<br>սարքեր | սրտի աշխատանքի<br>հսկողության<br>սարքեր | սրտի աշխատանքի<br>հսկողության<br>սարքեր | ԷՍԳ շարժական : Ձայնագրող ԷՍԳ<br>արտածումներ. 12 ստանդարտ<br>արտածումներ : Ձայնագրող<br>կանալներ. 1/3-ի օգտագործողի<br>ընտրությամբ : Թվային դիսփլեյ.<br>անկյունագիծը ոչ պակաս քան 8" :<br>Արտածումների փոխումը. ձեռքով և<br>ավտոմատ : Չգայունություն, մմ / մվ`<br>ոչ պակաս քան 5, 10, 20, ավտոմատ<br>: Կարգաբերման ազդանշան.<br>ավտոմատ և ձեռքով : ԷՍԳ<br>չափումներ` բոլոր արտածումները,<br>միջին, ճշգրտված HR- ի միջին RR<br>PR- ի միջակայքում QRS<br>տևողություն QT ընդմիջում և QTc |

միջակայք, առավելագույն R [V5]  
կամ [V6] և S [V1, Սոկոլով-Լին  
ինդեքս P, R, T առանցք :  
Հաճախականությունների սահմանը,  
Hz ախտորոշիչ. Դեֆիբրիլյացիայի  
պաշտպանություն ըստ AAMI / IEC  
60601-2-25: 2011 ստանդարտներ :  
Չֆիլտրացված՝ ոչ պակաս քան  
0,05... 150 Հց : Ձայնագրիչ. INOP-ի  
կառավարումն անկախ  
յուրաքանչյուր էլեկտրոդի և  
պեյսմեյկերի հայտնաբերման  
համար : Ձայնագրման եղանակը՝  
ջերմային թուղթ Տարլուծումը  
առնվազն՝ 8 կետ / մմ : Ձայնագրող  
թուղթ՝ ոչ պակաս քան 210մմ x 30մմ :  
Ձայնագրման արագությունը՝ մմ /  
վրկ՝ 5 /10 / 25/50 օգտագործողի  
կողմից ընտրելի :Ներքին  
վերալիցքավորվող մարտկոց :  
Մարտկոցի գործարկման  
ժամանակը. ոչ պակաս քան 90  
րոպե : Միացման ձևը՝ ստանդարտ  
կամ կաբրերա : Ավտոմատ EՍԳ  
վերլուծության և առիթմիայի  
ճանաչման գործառույթի  
առկայություն:  
Էլեկտրասրտագրությունների  
ավտոմատ մեկնաբանության

առկայություն : Էլեկտրոսնուցումը ` 220 Վ / 50 Հց : Ռուսերեն և անգլերեն մենյուի առկայություն : Աքսեսուարներ : 1. Հիվանդի մալուխ : 2. Կրծքավանդակի վերջույթների 6 էլեկտրոդ : 3. 4 վերջույթների էլեկտրոդներ : 4. 1 շիշ ԷՍԳ գել : 5. 2 թղթի փաթույթ : Լրակազմ և պարագաներ : Տեղադրում և մեկնարկ : Աշխատակազմի ուսուցում տեղում : Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն : Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված : Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար : Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս : Որակի վկայականներ (առկայություն) : ISO13485 կամ համարժեք : CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք Եթե առկա են հղումներ ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, եսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է «կամ համարժեք»

արտահայտությունը:

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Մեղստեխսերվիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/112 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар                |                                   |                                   |                                   |  |
|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
|            | фирменное наименование            | товарный знак                     | марка                             | наименование производителя        | технические характеристики   |
| 2          | սրտի աշխատանքի հսկողության սարքեր | սրտի աշխատանքի հսկողության սարքեր | սրտի աշխատանքի հսկողության սարքեր | սրտի աշխատանքի հսկողության սարքեր | ԷՍԳ շարժական : Ձայնագրող ԷՍԳ արտածումներ. 12 ստանդարտ արտածումներ : Ձայնագրող կանալներ. 1/3-ի օգտագործողի ընտրությամբ : Թվային դիսփլեյ. անկյունագիծը ոչ պակաս քան 8" : Արտածումների փոխումը. ձեռքով և ավտոմատ : Չգայունություն, մմ / մվ՝ ոչ պակաս քան 5, 10, 20, ավտոմատ : Կարգաբերման ազդանշան. ավտոմատ և ձեռքով : ԷՍԳ չափումներ՝ բոլոր արտածումները, միջին, ճշգրտված HR- ի միջին RR PR- ի միջակայքում QRS տևողություն QT ընդմիջում և QTc |

միջակայք, առավելագույն R [V5]  
կամ [V6] և S [V1, Սոկոլով-Լին  
ինդեքս P, R, T առանցք :  
Հաճախականությունների սահմանը,  
Hz ախտորոշիչ. Դեֆիբրիլյացիայի  
պաշտպանություն ըստ AAMI / IEC  
60601-2-25: 2011 ստանդարտներ :  
Չֆիլտրացված՝ ոչ պակաս քան  
0,05... 150 Հց : Ձայնագրիչ. INOP-ի  
կառավարումն անկախ  
յուրաքանչյուր էլեկտրոդի և  
պեյսմեյկերի հայտնաբերման  
համար : Ձայնագրման եղանակը՝  
ջերմային թուղթ Տարլուծումը  
առնվազն՝ 8 կետ / մմ : Ձայնագրող  
թուղթ՝ ոչ պակաս քան 210մմ x 30մմ :  
Ձայնագրման արագությունը՝ մմ /  
վրկ՝ 5 /10 / 25/50 օգտագործողի  
կողմից ընտրելի :Ներքին  
վերալիցքավորվող մարտկոց :  
Մարտկոցի գործարկման  
ժամանակը. ոչ պակաս քան 90  
րոպե : Միացման ձևը՝ ստանդարտ  
կամ կաբրերա : Ավտոմատ EՍԳ  
վերլուծության և առիթմիայի  
ճանաչման գործառույթի  
առկայություն:  
Էլեկտրասրտագրությունների  
ավտոմատ մեկնաբանության

առկայություն : Էլեկտրոսնուցումը ` 220 Վ / 50 Հց : Ռուսերեն և անգլերեն մենյուի առկայություն : Աքսեսուարներ : 1. Հիվանդի մալուխ : 2. Կրծքավանդակի վերջույթների 6 էլեկտրոդ : 3. 4 վերջույթների էլեկտրոդներ : 4. 1 շիշ ԷՍԳ գել : 5. 2 թղթի փաթույթ : Լրակազմ և պարագաներ : Տեղադրում և մեկնարկ : Աշխատակազմի ուսուցում տեղում : Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն : Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված : Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար : Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս : Որակի վկայականներ (առկայություն) : ISO13485 կամ համարժեք : CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք Եթե առկա են հղումներ ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, եսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է «կամ համարժեք»

արտահայտությունը: