

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՄ ՍԵԴԻՔԼ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/16-2-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
35	Contour Plus	Contour Plus	Արյան մեջ գլյուկոզի մակարդակի որոշման թեստ-երիզ	ASCENSIA Diabetes Care	Արյան մեջ գլյուկոզի մակարդակի որոշման թեստ-երիզ Contour Plus գլյուկոմետրի համար և պարտադիր համատեղելի Contour Plus գլյուկոմետրի հետ: Չափման ժամանակահատվածը՝ ոչ ավել, քան՝ 5 վրկ: Չափման միջակայքը՝ 0.6 -33.3 մմոլ/լ: Արյան նմուշի ծավալը՝ 0,6մկլ-0.8մկլ: Հեմատոկրիտի թույլատրելի միջակայքը՝ 0-70%: Արյան ծավալի անբավարարության դեպքում 30վ. ընթացքում արյուն ավելացնելու երկրորդ հնարավորություն (Second chance): Տուփում թեստ-երիզների

քանակը՝ առնվազն 25 հատ:
Ֆորմատ՝ 1 թեսթ-երիզ: Թեսթ-
երիզների պիտանելիության
ժամկետը չի փոխվում՝ անկախ
տուփի բացման պայմանից և
մատակարարը պարտադիր
ներկայացնելու է կայունության
/Stability/ սերտիֆիկատ: Գնման
առարկան նախատեսված է
համալսարանական
հիվանդանոցներում շահագործվող
Contour Plus գյուկոմետրերի համար
(հանդիսանում են փակ
համակարգեր), որոնք կարող են
աշխատել միայն օրիգինալ թեսթ-
երիզներով: Աշխատանքային
ջերմաստիճան՝ 5-45°C:
Պահպանման ջերմաստիճան՝
0-30°C: Մատակարարման պահին
պիտանելիության ժամկետի
առնվազն 1/2-ի առկայություն: Թեստ-
երիզը համապատասխանում է ISO
15197, ISO 13485 չափորոշիչների
պահանջներին: Պարտադիր
պայման է հանդիսանում
մասնակիցը պայմանագրի
կատարման փուլում ներկայացնում
է՝ ապրանքն արտադրողից կամ
վերջինիս ներկայացուցչից

				<p>Երաշխիքային սամակ: Նշված Երաշխիքային սամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի Երաշխիքային սամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը Երաշխավորվում է արտադրողի կողմից:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «АМ МЕДИКАЛ ГРУП» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-2025/16-2-БПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
35					