

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Մեդ Քեփիթ» ՍՊԸ -ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/4 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
39	Concept Medical	Magic Touch SCB	Concept Medical	Concept Medical	Բալոն կատետեր պատած սիրուլիմուս դեղով, կատետերի երկարությունը ոչ պակաս 140սմ, նոմինալ ճնշումը ոչ պակաս 6 բար., մաքսիմալ ճնշումը ոչ պակաս 16 բար. , անհրաժեշտ չափերը 1.5-4մմ տրամագիծ, 10-40մմ երկարություն: CE սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է: Հանձման պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի 75%-ի առկայություն: Միջազգային ISO13485, CE MARK, FDA որակի վկայականների առկայություն: Պատվիրատուի կողմից նշված

				<p>վերջնական օգտագործողը իրավունք ունի վերադարձնել կամ փոխել ստացված չափը այլ չափսով՝ ըստ անհրաժեշտության: Կճարը կատարվում է ըստ փաստացի օգտագործված ապրանքի: Մատակարարը պարտավոր է մոնիտավորել մատակարարված ապրանքի պիտանելիության ժամկետները եւ ժամանակին փոխարինել այն:</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БРФЧ-БЦХЦПЗР-25/4 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
39	Concept Medical	Magic Touch SCB	Concept Medical	Concept Medical	Балон катетер, покрытый препаратом сиролimus, длина катетера не менее 140 см, номинальное давление не менее 6 бар, максимальное давление не менее 16 бар. , необходимые размеры диаметр 1,5-4мм, длина 10-40мм. Наличие сертификата CE обязательно. Наличие международных сертификатов качества ISO13485, CE MARK, FDA. Конечный пользователь, указанный заказчиком, имеет право вернуть или изменить полученный размер по мере необходимости. Оплата

					производится по факту использования товара.Поставщик обязан следить за сроком годности поставляемого товара и своевременно заменять его.
--	--	--	--	--	--