

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարզ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/4 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
110	Ասպիրացինոն կաթետեր	MERIL	Aspiron	Meril Life Sciences Pvt.Ltd	Ասպիրացինոն կաթետեր Ներանոթային թրոմբոէկստրակցիայի համար: Լիարժեք աշխատանքի համար նախատեսված լրակազմով, այդ թվում` 1 փական, 1հատ 30 մլ ներարկիչ, 1հատ թրոմբի հավաքման զամբյուղ, 1հատ երկարացման խողովակ, 1 հատ լվացման ասեղ: Rx պորտը առնվազն 10 մմ երկարությամբ, համատեղելի է 0,014 ուղեցույց լարերի հետ: Կատետրի պրոքսիմալ ծայրը հագեցած է ստանդարտ luer կողպեքով: Դիստալ ծայրի տրամագիծը ոչ ավել քան 1,7 Fr:

				<p>Թրոմբասպիրացին պատուհանի չափսը առնվազն 2.85 Fr: Արտաքին խողովակի տրամագիծը դիստալ և պրոքսիմալ հատվածներում ոչ ավել քան 3.9 Fr: Աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 140սմ: Ուղեցույց կաթետրի մինիմալ չափսը 6Fr: Ներանոթային ամենալայն տեղում արտաքին տրամագիծը 5.1Fr: CE սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է:</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/4 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
110	Ասպիրացիոն կաթետր	MERIL	Aspiron	Meril Life Sciences Pvt.Ltd	Ասպիրացիոն կաթետր Ներանոթային թրոմբոէկստրակցիայի համար: Լիարժեք աշխատանքի համար նախատեսված լրակազմով, այդ թվում` 1 փական, 1հատ 30 մլ ներարկիչ, 1հատ թրոմբի հավաքման զամբյուղ, 1հատ երկարացման խողովակ, 1 հատ լվացման ասեղ: Rx պորտը առնվազն 10 մմ երկարությամբ, համատեղելի է 0,014 ուղեցույց լարերի հետ: Կատետրի պրոքսիմալ ծայրը հագեցած է ստանդարտ luer կողպեքով: Դիստալ ծայրի տրամագիծը ոչ ավել քան 1,7 Fr:

				<p>Թրոմբասպիրացին պատուհանի չափսը առնվազն 2.85 Fr: Արտաքին խողովակի տրամագիծը դիստալ և պրոքսիմալ հատվածներում ոչ ավել քան 3.9 Fr: Աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 140սմ: Ուղեցույց կաթետրի մինիմալ չափսը 6Fr: Ներանոթային ամենալայն տեղում արտաքին տրամագիծը 5.1Fr: CE սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է:</p>
--	--	--	--	--