

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ-ն ՈՒԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/30 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | |
|-----------------|---|---|---|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 4 | Սառը արյան և դրա կոմպոնենտների հալեցման սարքավորում | Սառը արյան և դրա կոմպոնենտների հալեցման սարքավորում | Սառը արյան և դրա կոմպոնենտների հալեցման սարքավորում | Արյան հալեցման սարքավորումը նախատեսված է սառած դոնորական արյան, պլազմայի, Էրիթրոցիտար զանգվածի հալեցման և մարդու մարմնի նորմալ ջերմաստիճանի հասցնելու համար: Սարքավորումը պետք է ունենա տաքացնող բլոկ նախատեսված արյան պարկերի տեղադրման համար: Տաքացումը պետք է իրականացվի ջրային խողովակների միջոցով կամ համարժեք մեթոդով: Պետք է ունենա առնվազն միաժամանակ 3 արյան պարկի տաքացման հնարավորություն: Պետք է ունենա ջեռուցման համակարգ որտեղ առկա է ջրի և էլեկտրականության բաժանման համար հաստ թաղանթ Պետք է ունենա ջեռուցման համակարգ որտեղ առկա է ջրի և էլեկտրականության բաժանման համար հաստ թաղանթ ջրային տաքացման մեթոդի պարագայում: Պետք է |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>ուևենա ջրի լցման ավտոմատ գործառույթ: Պետք է ուևենա USB մուտք տվյալների արտահանման և պահպանման համար: Ջրի պահպանման տարան պետք է լինի 20-24 լիտր: Չափերը՝ 550x460x450մմ 10% Քաշը՝ առավելագույնը 35 կգ: Մեկ ցիկլի տևողությունը առավելագույնը 30 րոպե: Ջերմային միջակայք՝ առնվազն 20°C-ից 40°C Ջերմաստիճանի ճշգրտություն $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ է: Պետք է լինի պաշտպանություն գերտաքացումից. անվտանգության այս ֆունկցիան ավտոմատ կերպով անջատում է տաքացուցիչը, եթե ջերմաստիճանը գերազանցում է անվտանգ սահմանաչափը 42-43°C: Էլեկտրաէներգիայի մատակարարում. Մուտքային լարում. 100-240 Վ և 50-60 Հց՝ գլոբալ համատեղելիության համար: Հզորությունը առնվազն 1500W: Պետք է ուևենա ազդանշան որը ազդարարում է ցիկլի ավարտի մասին: Պետք է ուևենա դյորին կիրառելի կառավարման վահանակ:</p> |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Теофарма Импорт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ПЦЧ-ЕЦДЦПР-25/30 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | |
|------------|------------------------|-------|----------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 4 | | | | |