

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ինտերմեդի Գրուպ ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/4 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
61	Medtronic CRTP MRI	Medtronic CRTP MRI	CRTP	Medtronic	<p>"Իմպլանտացվող եռախոռոչ/ ռեսինքրոնիզացնող կարդիոստիմուլյատոր, օժտված է էքսկլուզիվ RA, RV and LV Capture Management ալգորիթմով և ինքնակարգավորվելու հատկությամբ, ունի բլուրթուր անլար հեռաչափի հնարավորություն: Կոնսեկտորի տիպը 2xIS-1, 1xIS-4/ 3xIS-1: Չափերը՝ ոչ ավել քան 59մմx46,5մմ x11մմ: Մարտկոցի տիպը՝ լիթիում-արծաթ-վանադիլի օքսիդ: Խթանման ռեժիմները՝ (MVP): DDDR, AAI(R): MRI համատեղելի է: Հավաքածուն իր մեջ</p>

Նաև ներառում է երկու հատ  
էլեկտրոդ, մեկ հատ ՄՌՏ  
համատեղելի ձախ փորոքի  
խթանման քառաբևեռ/երկբևեռ  
էլեկտրոդ, մեկ առաքման  
համակարգ՝ երկու կաթետրով,  
երկու հատ ինտրոդյուսեր, 1 հատ  
բալոն-կաթետեր՝ վենոգրաֆիայի  
համար: Ունի քնի գործառույթ, VSP,  
VRS համակարգեր: Միջազգային  
ISO13485 կամ CE MARK կամ FDA  
որակի վկայականների  
առկայություն: Պետք է լինի  
կիրառելի կլինիկայում առկա  
Medtronic ծրագրավորիչի հետ:  
Անհրաժեշտ է սարքերիի  
տեխնիկական և երաշխիքային  
սպասարկում պայմանագրի ողջ  
ընթացքում: Պայմանագրի  
կատարման փուլում մատակարարը  
ապրանքի մատակարարված  
խմբաքանակի հետ պետք է  
ներկայացնի ապրանքն  
արտադրողից կամ վերջինիս  
ներկայացուցչի կողմից տրված  
երաշխիքային նամակ կամ  
համապատասխանության  
սերտիֆիկատ: Վաճառողը  
պարտավոր է պայմանագրի

կատարման փուլում ներկայացնել փաստաթղթային հավաստում, որ ստորև որևէ կետի ի հայտ գալու դեպքում կարող է ապահովել տվյալ կետի իրականացումը և սեփական միջոցների հաշվին իրականացնել հետևյալ գործառույթները, ընդ որում Գնորդը իրավունք ունի ստուգել ներկայացված տեղեկության իսկությունը հենց արտադրողի հետ:

1.յուրաքանչյուր խոտանված ապրանքի կամ աշխատանքային ռեժիմի խախտման դեպքում Պատվիրատուից տրամադրված տեղեկությունը փոխանցել Արտադրողին, ստանալ այդ դեպքի համար արտադրողի բացատրությունը և ներկայացնել Գնորդին: Արտադրողը պարտավորվում է նաև իրականացնել առցանց ախտորոշում 2.արտադրական խոտանի դեպքում ապրանքը փոխարինել նորով, 3.արտադրողի կողմից ապրանքի որևէ խմբաքանակի (Գնորդին մատակարարած) հետ կանչի դեպքում այդ տեղեկությունը Գնորդին փոխանցել և հետ կանչված



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Интермед Груп в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/4 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
61	Medtronic CRTP MRI	Medtronic CRTP MRI	CRTP	Medtronic	<p>"Իմպլանտացվող եռախոռոչ/  նեսինքրոնիզացնող  կարդիոստիմուլյատոր, օժտված է  էքսկլուզիվ RA, RV and LV Capture  Management արգորիթմով և  ինքնակարգավորվելու  հատկությամբ, ունի բլուբուբ անլար  հեռաչափի հնարավորություն:  Կոնսեկտորի տիպը 2xIS-1, 1xIS-4/  3xIS-1: Չափերը՝ ոչ ավել քան  59մմx46,5մմ x11մմ: Մարտկոցի  տիպը՝ լիթիում-արծաթ-վանադիլի  օքսիդ: Խթանման ռեժիմները՝  (MVP): DDDR, AAI(R): MRI  համատեղելի է: Հավաքածուն իր մեջ</p>

Նաև ներառում է երկու հատ  
էլեկտրոդ, մեկ հատ ՄՌՏ  
համատեղելի ձախ փորոքի  
խթանման քառաբևեռ/երկբևեռ  
էլեկտրոդ, մեկ առաքման  
համակարգ՝ երկու կաթետրով,  
երկու հատ ինտրոդյուսեր, 1 հատ  
բալոն-կաթետեր՝ վենոգրաֆիայի  
համար: Ունի քնի գործառույթ, VSP,  
VRS համակարգեր: Միջազգային  
ISO13485 կամ CE MARK կամ FDA  
որակի վկայականների  
առկայություն: Պետք է լինի  
կիրառելի կլինիկայում առկա  
Medtronic ծրագրավորիչի հետ:  
Անհրաժեշտ է սարքերիի  
տեխնիկական և երաշխիքային  
սպասարկում պայմանագրի ողջ  
ընթացքում: Պայմանագրի  
կատարման փուլում մատակարարը  
ապրանքի մատակարարված  
խմբաքանակի հետ պետք է  
ներկայացնի ապրանքն  
արտադրողից կամ վերջինիս  
ներկայացուցչի կողմից տրված  
երաշխիքային նամակ կամ  
համապատասխանության  
սերտիֆիկատ: Վաճառողը  
պարտավոր է պայմանագրի

կատարման փուլում ներկայացնել փաստաթղթային հավաստում, որ ստորև որևէ կետի ի հայտ գալու դեպքում կարող է ապահովել տվյալ կետի իրականացումը և սեփական միջոցների հաշվին իրականացնել հետևյալ գործառույթները, ընդ որում Գնորդը իրավունք ունի ստուգել ներկայացված տեղեկության իսկությունը հենց արտադրողի հետ:

1.յուրաքանչյուր խոտանված ապրանքի կամ աշխատանքային ռեժիմի խախտման դեպքում Պատվիրատուից տրամադրված տեղեկությունը փոխանցել Արտադրողին, ստանալ այդ դեպքի համար արտադրողի բացատրությունը և ներկայացնել Գնորդին: Արտադրողը պարտավորվում է նաև իրականացնել առցանց ախտորոշում 2.արտադրական խոտանի դեպքում ապրանքը փոխարինել նորով, 3.արտադրողի կողմից ապրանքի որևէ խմբաքանակի (Գնորդին մատակարարած) հետ կանչի դեպքում այդ տեղեկությունը Գնորդին փոխանցել և հետ կանչված

