ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԼԵՑԱ ՄԵԴ» ՍՊԸ -ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/16-4-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
89	Atropos SC , Hermes NC, Minerva SC , Achilles NC , Castor NC , Polux SC	Atropos SC , Hermes NC, Minerva SC , Achilles NC , Castor NC , Polux SC	Պերիֆերիալ դիլատացիոն կաթետեր՝ 0,035”, 0.018”, 0.014” ուղորդիչ լարերի հ ամակարգով"-Atropos SC , Hermes NC, Minerva SC , Achilles NC , Castor NC , Polux SC	BROSMED Medical co.LTD	Դիլատացիոն կաթետեր՝ ընդլայնվող գնդանոթով և չնդլայնվող գնդանոթով, կախված ցուցումից, պերիֆերիալ անոթների համար: Կաթետերի երկարությունը 70սմ-ից 150սմ սահմաններում: Մուտքի ծայրի տրամագիծը ոչ ավել՝ 0,035’’ ուղղորդիչի դեպքում 0,038”, 0.018” ուղղորդիչի դեպքում՝ 0,020”, 0.014” ուղղորդիչի դեպքում՝ 0,017”: Կախված վիրահատվող անոթի տրամագծի չափից կաթետերի պահանջվող չափերն են ըստ երկարության՝ 0,035’’ ուղղորդիչի դեպքում 20-200մմ սահմաններում

						ընդլայնվող գնդանոթի պարագայում և 20-150մմ սահմաններում, չընդլայնվող գնդանոթի պարագայում: 0.018” ուղղորդիչի դեպքում 5-200մմ սահմաններում ընդլայնվող գնդանոթի պարագայում և 10-150մմ սահմաններում չընդլայնվող գնդանոթի պարագայում: 0.014” ուղղորդիչի դեպքում 5-200մմ սահմաններում ընդլայնվող գնդանոթի պարագայում և 1,5-6մմ սահմաններում չընդլայնվող գնդանոթի պարագայում: Նոմինալ ճնշումը ոչ պակաս 6 ատմ., մաքսիմալ ճնշումը ոչ պակաս 14 ատմ.ընդլայնվող գնդանոթի պարագայում: Նոմինալ ճնշումը ոչ պակաս 12 ատմ., մաքսիմալ ճնշումը ոչ պակաս 22 ատմ. կախված տրամագծից չընդլայնվող գնդանոթի պարագայում: Կախված անոթի վնասված մասի չափից կաթետերի պահանջվող չափերն են ըստ տրամագծի՝ 0,035’’ ուղղորդիչի դեպքում 3-10մմ սահմաններում երկու դեպքում էլ (ընդլայնվող և չընդլայնվող կաթետեևների դեպքում), 0.018” ուղղորդիչի

					դեպքում 3-10մմ սահմաններում ընդլայնվող գնդանոթի պարագայում, և 2-8մմ սահմաններում՝ չընդլայնվող գնդանոթի պարագայում, 0.014” ուղղորդիչի դեպքում՝ 1,5-6մմ սահմաններում ընդլայնվող գնդանոթի պարագայում և 2-7մմ սահմաններում՝ չընդլայնվող գնդանոթի պարագայում: Բոլոր չափսերի թույլատրելի տատանումը ±1%: Ֆորմատ՝ հատ: CE MARK որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ЛЕЯ МЕД в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/16-4-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
89					