

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ս.Ա.Վ. ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/16-2-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
46	--	--	--	--	<p>Ջրային հիմքով, մածուցիկ գել նախատեսված ուլտրաձայնային հետազոտությունների ժամանակ օգտագործելու համար: Չի գրգռում մաշկը, չի վնասում ուլտրաձայնային սարքավորումների տվիչները:</p> <p>Պարունակում է՝ ջուր, պոլիմեր, խոնավեցնել միջոցներ, կոնսերվանտներ և գունավորող միջոցներ: Սոնո գելի pH-ը՝ $6,5 \pm 0,5$: Խտությունը՝ $1,05 \text{ gr/cm}^3 \pm 0,03$: Փաթեթավորումը՝ $260\text{գ} \pm 10\text{գ}$:</p> <p>Առաջարկվող ուլտրաձայնային գելը պարտադիր ներառված է GE Healthcare ընկերության</p>

				<p>ուլտրաձայնային համակարգերի համալրիչ տվիչների շահագործման համար նախատեսված թույլատրելի միջոցների ցանկի մեջ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն:</p>
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО С.А.В. ГРУП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊԶԲ-2025/16-2-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
46	--	--	--	--	<p>Ջրային հիմքով, մածուցիկ գել նախատեսված ուլտրաձայնային հետազոտությունների ժամանակ օգտագործելու համար: Չի գրգռում մաշկը, չի վնասում ուլտրաձայնային սարքավորումների տվիչները:</p> <p>Պարունակում է՝ ջուր, պոլիմեր, խոնավեցնել միջոցներ, կոնսերվանտներ և գունավորող միջոցներ: Սոնո գելի pH-ը՝ $6,5 \pm 0,5$: Խտությունը՝ $1,05 \text{ gr/cm}^3 \pm 0,03$: Փաթեթավորումը՝ $260\text{գ} \pm 10\text{գ}$:</p> <p>Առաջարկվող ուլտրաձայնային գելը պարտադիր ներառված է GE Healthcare ընկերության</p>

				<p>ուլտրաձայնային համակարգերի համալրիչ տվիչների շահագործման համար նախատեսված թույլատրելի միջոցների ցանկի մեջ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն:</p>
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------